

**T.C.**  
**Erciyes Üniversitesi**  
**Diş Hekimliği Fakültesi**

**Diş Hekimliği Fakültesi**

**01.03.2023**

**Sayı : / DT - 13**

**Konu : Teklif Mektubu Hakkında**

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

**Faik AĞAÇ**  
**Şube Müdürü**

| S.No | Malzemenin Adı                | Miktarı | Ölçü Birimi |
|------|-------------------------------|---------|-------------|
| 1 .  | ENDODONTİK AMAÇLI SOĞUK SPREY | 5       | Adet        |
| 2 .  | BİOSERAMİK KÖK KANAL PATI     | 8       | Adet        |

---

**İletişim Bilgileri :**

**Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)**

**Fax : 0 (352) 438 06 10**

**E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr**

## TEKNİK ŞARTNAME

### 1 . ) ENDODONTİK AMAÇLI SOĞUK SPREY

- 1- Endodontik amaçlı üretilmiş olmalı.
- 2- Basıncılı soğuk hava üfleme özelliğine sahip olmalı.
- 3- En az 200ml olmalıdır.
- 4- Ucunda üfleme aparatı olmalıdır.
- 5- Üzerinde CE belgesi olmalı.
- 6- Şişe üzerinde üretici firmanın adı ve menşei olmalıdır.
- 7- Numuneler denenerek karar verilmelidir.

### 2 . ) BİOSERAMİK KÖK KANAL PATI

- 1-Akışkan bir macun kıvamında olmalı
- 2-Tek kullanımlık uç ve yoğunlaştırıcı bir ajan kullanılarak kök kanal içerisine uygulanmalı.
- 3-Rengi beyaz ve estetik olmalı.
- 4-İçeriğinde kalsiyum slika ve zirkonyum oksit olmalı.
- 5-Antibakteriyel ve radyo opak olmalı.
- 6-Sertleşme süresi 5 saat 30 dk 'dan daha az olmalı.
- 7- Numuneler denenerek karar verilecektir.

#### NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

**TEKLİFLERİN EN GEÇ 13.03.2023 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.**