

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

16.03.2023

Sayı : / DT - 17

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	SAKŞIN		400	Paket
2 .	APLİKATÖR (MOR RENK)		50	Kutu
3 .	KLORHEKSİDİN KANAL İÇİ YIKAMA SOLÜSYONU		50	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) SAKŞIN

- 1) Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat " 100 adet " içindir,
- 2) Tek kullanımlık ve plastik olmalıdır,
- 3) Esnek değildir,
- 4) İçinden tel geçirilmiş olmalıdır,
- 5) En fazla 200 adet tükürük emici içeren poşetler şeklinde ambalajlanmış olmalıdır,
- 6) Uçları kolaylıkla çıkmamalıdır,
- 7) Verilen formu korumalıdır.
- 8) Boyu 14±0,5 cm olmalıdır,
- 9) Tükürük emicilerin hepsi standart boyda düzgün kenarlara sahip olmalıdır,
- 10) Ürün numunesi denenecektir,
- 11) Satınalma komisyonuna ürün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

2 .) APLİKATÖR (MOR RENK)

1. Orijinal şeffaf ambalajında 100 adet aplikatör içermelidir.
2. Uygulama alanına kolay ulaşabilmesi için yeterli uzunlukta bir plastik sapı olmalı, plastik sap uç kısmından yaklaşık 2 cm mesafeden kıvrılabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Aplikatörler tek kullanımlık olmalıdır.
4. Mor renkte olmalıdır.
5. Aplikatör uç kısmında bulunan pamuk hacimce yeterli olmalı,
6. Kullanım için uç kısmı eğildiğinde kırılmamalı,
7. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALIN MAYA KAKTIR.

3 .) KLORHEKSİDİN KANAL İÇİ YIKAMA SOLÜSYONU

- a-Sızdırmaz ışık geçirmez en az 100 ml'lik şişelerde olmalıdır.
- b-İçeriği %2'lik Klorheksidin Glukonat'tan oluşmalıdır.
- c-Kök kanal dezenfektanı olarak kullanılmak üzere imal edilmiş olmalıdır.
- d-Satınalma Komisyonu'na ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 27.03.2023 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.