

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

04.04.2023

Sayı : / DT - 20

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	NİTİ KANAL EĞESİ GOLD PEDO		120	Adet
2 .	BANT, ŞEFFAF, DOLGU		30	Paket
3 .	KANAL EĞESİ K TİPİ NO:15		250	Paket
4 .	KANAL EĞESİ K TİPİ NO:15-40		500	Set
5 .	KANAL EĞESİ K TİPİ NO:8		150	Paket
6 .	KANAL EĞESİ K TİPİ NO:6		100	Paket
7 .	PAPER POINT 40		250	Kutu
8 .	PAPER POINT 20		150	Kutu
9 .	SİMAN, ÇİNKO FOSFAT		30	Kutu

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) NİTİ KANAL EĞESİ GOLD PEDO

- 1) Nikel Titanyum olmalıdır.
- 2) Kanal eğelerinin kesitleri üçgen yapıya sahip olmalıdır.
- 3) Kırılmayı önlemek için Eğeler ısıtılma işlemi görmüş gold rengine sahip olmalıdır.
- 4) Eğelerin sap kısmı gövde kısmı gövde kısmına sıkıştırılarak tutturulmuş olmalıdır.
- 5) Sistem Pedodonti için tasarlanmış 15-17 mm uzunluğunda,25 -30 numara eğelere sahip olmalı ve
25 numara eğeden 60 adet
30 numara eğeden 60 adet olmalıdır.
- 6) Sistem 04 ve 06 açığına sahip eğelerden oluşan asorti paketi olmalıdır.
- 7) İstenildiğinde eğelerin istenilen numaralarda sortisi de tedarik edilebilmelidir.
- 8) 134 derecede otoklavda steril edilebilmelidir.

2 .) BANT, ŞEFFAF, DOLGU

1. 100 lük paketlerde olmalıdır
2. 10* 45mm ebatında, 0,8 mm kalınlığında olmalıdır
3. Çekme, makaslama hareketinde kolaylıkla kopmamalıdır
4. Orijinal ambalajında, fabrikasyon olarak üretilmiş olmalı, makas ile kesilerek imal edilmiş olmamalıdır
5. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

3 .) KANAL EĞESİ K TİPİ NO:15

- a- Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı.
- b- Eğelerin her bir kutusu veya blister ambalajı 6 (adet) ayrı ebatla eğe içermeli.
- c- Eğelerde lastik stoper olmalıdır.
- d- Eğeler otoklavlanabilir olmalı, sterilizasyon sonrası herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır.
- e- Eğeler 25 mm uzunlukta olmalıdır.
- f- Eğeler kare kesitli olmalı, sap kısmında eğenin tipi sembolik olarak gösterilmelidir.
- g- Yüklenici firma, ürün teslim aşamasında ana üretici firmadan veya Türkiye distribütöründen ürün lot numaralarının orijinalliğini belgelemelidir.
- h- Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası, eğenin tipi ve boyutları CE belge ibaresi ve numarası, kutu veya ambalaj içeriğindeki eğe adeti yazılı olmalıdır.
- i- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.
- j- Teslim tarihinden itibaren raf ömrü en az 3 (üç) yıl olmalıdır.

4 .) KANAL EĞESİ K TİPİ NO:15-40

- a- Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı.
- b- Eğelerin her bir kutusu veya blister ambalajı 15-20-25-30-35-40 numara ebatla 6 (adet) eğe içermeli.
- c- Eğelerde lastik stoper olmalıdır.
- d- Eğeler otoklavlanabilir olmalı, sterilizasyon sonrası herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır.
- e- Eğeler 25 mm uzunlukta olmalıdır.
- f- Eğeler kare kesitli olmalı, sap kısmında eğenin tipi sembolik olarak gösterilmelidir.
- g- Yüklenici firma, ürün teslim aşamasında ana üretici firmadan veya Türkiye distribütöründen ürün lot numaralarının orijinalliğini belgelemelidir.
- h- Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası, eğenin tipi ve boyutları CE belge ibaresi ve numarası, kutu veya ambalaj içeriğindeki eğe adeti yazılı olmalıdır.
- i- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.
- j- Teslim tarihinden itibaren raf ömrü en az 3 (üç) yıl olmalıdır.

5 .) KANAL EĞESİ K TİPİ NO:8

- a- Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı.
- b- Eğelerin her bir kutusu veya blister ambalajı 6 (adet) ayrı ebatla eğe içermeli.
- c- Eğelerde lastik stoper olmalıdır.
- d- Eğeler otoklavlanabilir olmalı, sterilizasyon sonrası herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır.
- e- Eğeler 25 mm uzunlukta olmalıdır.
- f- Eğeler kare kesitli olmalı, sap kısmında eğenin tipi sembolik olarak gösterilmelidir.
- g- Yüklenici firma, ürün teslim aşamasında ana üretici firmadan veya Türkiye distribütöründen ürün lot numaralarının orijinalliğini belgelemelidir.
- h- Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası, eğenin tipi ve boyutları CE belge ibaresi ve numarası, kutu veya ambalaj içeriğindeki eğe adeti yazılı olmalıdır.
- i- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.
- j- Teslim tarihinden itibaren raf ömrü en az 3 (üç) yıl olmalıdır.

6 .) KANAL EĞESİ K TİPİ NO:6

- a- Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı.
- b- Eğelerin her bir kutusu veya blister ambalajı 6 (adet) ayrı ebatla eğe içermeli.
- c- Eğelerde lastik stoper olmalıdır.
- d- Eğeler otoklavlanabilir olmalı, sterilizasyon sonrası herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır.
- e- Eğeler 25 mm uzunlukta olmalıdır.
- f- Eğeler kare kesitli olmalı, sap kısmında eğenin tipi sembolik olarak gösterilmelidir.
- g- Yüklenici firma, ürün teslim aşamasında ana üretici firmadan veya Türkiye distribütöründen ürün lot numaralarının orijinalliğini belgelemelidir.
- h- Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası, eğenin tipi ve boyutları CE belge ibaresi ve numarası, kutu veya ambalaj içeriğindeki eğe adeti yazılı olmalıdır.
- i- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.
- j- Teslim tarihinden itibaren raf ömrü en az 3 (üç) yıl olmalıdır.

7 .) PAPER POINT 40

- a- Biyolojik olarak nötral olmalıdır.
- b- Absorbe edici özelliği yüksek olmalıdır
- c- Fabrikasyon olmalıdır, mm'lik işaretlenmiş olmalı, bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
- d- MM'lik işaretlendirme dereceleri 18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir.
- e- Her kutu tek bir numara paper point içermeli.
- f- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- g- Kutu içinde en az 200 adet olmalıdır.
- h- CE belgesi olmalıdır

8 .) PAPER POINT 20

- a- Biyolojik olarak nötral olmalıdır.
- b- Absorbe edici özelliği yüksek olmalıdır
- c- Fabrikasyon olmalıdır, mm'lik işaretlenmiş olmalı, bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
- d- MM'lik işaretlendirme dereceleri 18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir.
- e- Her kutu tek bir numara paper point içermeli.
- f- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- g- Kutu içinde en az 200 adet olmalıdır.
- h- CE belgesi olmalıdır

9 .) SİMAN, ÇİNKO FOSFAT

1. 80 gr toz ve 55 gr likitten oluşmalıdır.
2. Toz ve likit karıştırıldığında homojen bir pat oluşturmaktadır.
3. Toz içeriğinde çinko oksit, alüminyum oksit ve magnezyum oksit olmalıdır.
4. X - ray ışınlarından radyoopak görünmelidir.
5. Çalışma zamanı karıştırma anından itibaren 4 - 4,5 dakika olmalıdır.
6. Ürünün hepsi orijinal kutusu içerisinde olmalıdır.
7. Ürünün üzerinde firma adı, üretim tarihi ve son kullanma tarihi bulunmalı, okunaklı ve tahribatsız olmalıdır.
8. CE belgesi olmalıdır.
9. Ürünün son kullanma tarihine en az 2 sene olmalıdır.
10. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYİ ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 10.04.2023 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.