

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

24.05.2023

Sayı : / DT - 36

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	FREZ KUTUSU		200	Adet
2 .	ALÜMİNYUM OXİDE İÇERİKLİ POLİSAJ PATI		5	Adet
3 .	ELMAS PARTİKÜLLÜ POLİSAJ PATI		5	Adet
4 .	BANT, MATRİKS, MOLAR, U ŞEKLİNDE		4	Paket
5 .	POLİSAJ SİRAL DİSKLERİ (Twist Dia veya Muadil)		5	Kutu
6 .	DEVİTAL DİŞ BEYAZLATMA AJANI		4	Adet
7 .	LASTİK, POLİSAJ, KOMPOZİT		400	Adet
8 .	ÖNLÜK, HASTA		350	Rulo
9 .	ASİT (FOSFORİK)		10	Kutu

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1.) FREZ KUTUSU

1. Kutu içinde 15 adet frez yerleştirmek için frez yuvası bulunmalı.
2. AERATÖR frezleri için 10 adet en az 1,7mm çapında yuvarlak yuvaya sahip olmalı
3. ANGLDRUVA frezleri için 5 adet en az 2,5mm çapında yuvarlak yuvaya sahip olmalı.
4. Kutuya yerleştirilecek olan en uzun frez 26mm, en kısa frez 20mm uzunluğunda olacağından hesaplamalar buna göre yapılmalıdır.
5. AERATÖR Frezler yuva içinde 8mm içerde gömülü olacak şekilde, ANGLDRUVA frezleri 12mm içerde gömülü olacak şekilde yuvalar delinmelidir.
6. Kutu içinde frezlerin çıkıp düşmesini önleyecek kutuyla entegre kapak bulunmalıdır.
7. Kutu içinde gömülü 8mm ve 12mm kısımlar hariç, kapak kısmı ile gömülü yuva başlangıç kısmı arasında en fazla 15mm mesafe olmalıdır.
8. Kutu içine yerleştirilmesi planlanan en kısa frez olan 20mm uzunluğundaki frez, kapak kapatıldığında her hangi bir şekilde düşmeyecek durumda kutu içinde muhafaza edilebilmelidir.
9. Kutu için kullanılacak ürün malzemesi günde 3-4 kez, 134°C sıcaklığa dayanabilecek, kuru-hava ya da buharlı sterilizasyona ve ultrasonik temizleyici de herhangi bir korozyona veya paslanmaya uğramayacak türde olmalıdır.
10. Kutu altında her yuvadan temizlenme esnasında içinden Hava-Su geçmesi için en fazla 1mm çapında kanal bulunmalı.
11. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi gelmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

2.) ALÜMİNYUM OXİDE İÇERİKLİ POLİSAJ PATI

- 1) Amalgam ve kompozit polisajı için kullanılabilmesi
- 2) İçerisindeki aluminium oxide parçacıkları ile etkili bir parlatma sağlamalı
- 3) Kıl ve keçe ile kullanılabilmesi
- 4) Set içerisinde 6 adet keçe bulunmalı
- 5) Ürün numunesi muayene komisyonuna teslim edilmelidir.

3.) ELMAS PARTİKÜLLÜ POLİSAJ PATI

1. Kompozit ve porselen restorasyonları parlatmak için kullanılabilmelidir.
2. 0.5 µm veya 1.0 µm' lik farklı grenlerde beyaz mikro kristal elmas partiküller içermelidir.
3. Nane aromalı olmalıdır.
4. 1.2 ml lik şırınga şeklinde olmalı, kolay uygulanabilmelidir.
5. Keçi kılı fırça ya da parlatma lastikleri ile kullanılabilmelidir.
6. Kitin içerisinde 2 adet 1.2 ml'lik polisaj patı şırıngası olmalıdır.

4.) BANT, MATRİKS, MOLAR, U ŞEKLİNDE

1. Paslanmaz çelik olmalıdır.
2. Steril edilebilmelidir.
3. Orijinal paketinde olmalıdır.
4. Üretici firma adı, CE belgesi paket üzerinde belirtilmeli.
5. Boyutları orijinal paketi üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
6. Numunesi olmayan ürünler satınalma komisyonunca değerlendirmeye alınmayacaktır.
7. Ürün görselleri ekte belirtilmiştir.

5 .) POLİSAJ SPIRAL DİSKLERİ (TWİST DİA veya MUADİL)

1. Kutu içerisinde 3 adet ön polisaj + 3 adet yüksek parlaklıkta polisaj disk olmalıdır.
2. Ön polisaj,yumuşak grenli, yüksek parlaklıkta polisaj,sert grenli olmalıdır.
3. Kolay sterilize edilebilir ve yeniden kullanılabilir olmalıdır.
4. Numuneler denenerek karar verilecektir, numunesi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 .) DEVİTAL DİŞ BEYAZLATMA AJANI

- 1) %35 oranında hidrojen peroksit içermelidir.
- 2) Önceden kanştırılmış tek şırınga sistemi şeklinde olmalıdır.
- 3) Walking bleach tekniği ile uyumlu olmalıdır.
- 4) Şeffaf renkte olmalıdır.
- 5) Pulpa odasında 5 güne kadar kalabilmelidir.
- 6)Raf ömrü en az 24 ay olmalıdır.
- 7) Paket içeriğinde 2 adet şırınga şeklinde 1,2 ml devital diş beyazlatma ajanı ve en az 10 adet uygulama ucu olmalıdır.

7 .) LASTİK, POLİSAJ, KOMPOZİT

- 1.Angul druva ile kullanılabilir nitelikte olmalıdır.
- 2.Uç kısmı silikon esaslı olmalıdır.
- 3.Orijinal kutusunda olmalıdır.
- 4.Lastik uç kısmı ve metal sap kısmı birbirinden kolayca ayrılmayacaktır.
- 5.Lastikler ucu sivri konik şeklinde ve gren boyutu orta olmalıdır.
- 6.İçindeki grenlerin büyüklüğünü belirtmek için renk kodlu olmalıdır.
- 7.CE belgeli olmalıdır.
- 8.Kutusunda üretici firma bilgileri bulunmalıdır.
- 9.Seramik restorasyonlar ve değerli metal ile kompozitlerde kullanılabilir olmalıdır.
- 10.Ürünler yarı yarıya sarı ve beyaz renklerde teslim edilecektir.
- 11.Ürün boyutları gelen numuneler arasından seçilecek olup kullanılmakta olan frez kutularına uyumlu olmalıdır.
- 12.Satınalma Komisyonu'na ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 .) ÖNLÜK, HASTA

- 1.En az 80 (seksen)'lik paketlerde olmalı ve 50*60 cm boyutlarında olmalıdır.
- 2.Dış yüzü sıvıları emici kağıt veya pamuk, iç yüzü hastayı ıslaklıktan koruyacak naylon olacak.
- 3.Hastanın boyun yerine gelen kısmı fabrikasyon olarak düzgün açılmasını ve bağlanmasını sağlayan delikli çizgilerle işaretlenmiş olacak.
- 4.Boynu sararak bağlayan kısım yeterli uzunlukta olacak
- 5.Hasta önlükleri test edilecek, kolaylıkla bağlanamayan uzunlukta olanlar ve düzgün bir şekilde bağlanmadan kopan önlükler kabul edilmeyecektir
- 6.Numuneler komisyonca denenerek karar verilecektir.

9 .) ASİT (FOSFORİK)

1. En az 50ml tüp içerisinde kendi orijinal marka ve cinsi belirtilen ambalaj içerisinde olmalıdır.
2. % 37' lik fosforik asit içermelidir.
3. Jel şeklinde olmalıdır, enjektör içerisinde donmamalı, tıkanmamalı ve miktarı kontrol edilebilir şekilde kolaylıkla akıtılabilmelidir.
4. Orijinal paketinde ve en az 2 ml asit içeren yedek enjektörleri olmalıdır.
5. Her bir pakette tek kullanımlık uçlar olmalıdır, tüpten enjektörlere asit aktarmasını kolaylaştıran plastik adaptöre sahip olmalıdır.
6. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibarıyla en az 1 yıl olmalıdır.
7. Ürün numunesi komisyonca değerlendirilecektir
8. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

--

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.
ZAMANINDA VERİLMİYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.
TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.
NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
<u>TEKLİFLERİN EN GEÇ 29.05.2023 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.</u>