

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

07.06.2023

Sayı : / DT - 41

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	PERİODONTAL SOND (UNC15)		100	Adet
2 .	SÜTUR PENİ		5	Adet
3 .	15 DERECE BİSTÜRİ SAPI		5	Adet
4 .	30 DERECE BİSTÜRİ SAPI		5	Adet
5 .	45 DERECE BİSTÜRİ SAPI		5	Adet
6 .	AYNA, FOTOĞRAF		2	Adet
7 .	EKARTÖR, İMPLANT		2	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) PERİODONTAL SOND (UNC15)

- 1- 15 mm uzunluğunda ,UNC 15 dizaynına uygun olmalıdır.
(15 mm uzunluğunda her mm.'yi gösteren işaretleri olmalı, her 5,10 ve 15 mm.'de renk kodu olmalıdır.)
- 2- Otoklava girebilmeli.
- 3- Dezenfeksiyon solüsyonlarında paslanma veya metal özelliklerinde bozulma olmamalı.
- 4- Alet uçları bileylenilebilmeli.
- 5- Kırılmalı çelik olmamalı.
- 6- Uçları el ile işlenmiş olmalı.
- 7- Üzerinde markası ve tipine göre numarası ve fabrika katalog numarası yazılı olmalı.
- 9- Minimum 2 (iki) sene garantili olmalı.
- 9- İthalatçı firmanın ithalat ve distribütörlük belgesi olmalı.
- 10- Aletler el ile işlenmiş olarak üretilmiş olacağından muayane komisyonu tarafından muayenesi yapılarak kontrol edilmeli.
- 11- Numuneler satın alma komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Numune göndermeyen firmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

2 .) SÜTUR PENİSİ

1. Yeterince sert bir yapı oluşturulabilmesi için paslanmaz özellikli karbon çeliğinden imal edilmiş olmalıdır.
2. Boyu 15,5 cm olmalıdır.
3. Sütur atarken dokuyu rahatça tutabilmesi için ucunda tırtıkları olmalı ve kapandığında ışık sızdırmamalıdır.
4. Flebin altına girebilmesi için ince olmalıdır.
5. Sütur içinden geçtikten sonra rahatça çıkabilmesi için uç kısımdaki yuvarlak kısımda boşluk olmalıdır.
6. Numuneler satın alma komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Numune göndermeyen firmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

3 .) 15 DERECE BİSTÜRİ SAPI

- 1.Korozyon direnci açısından karbon içeriği düşük olan bir paslanmaz çelikten imal edilmelidir.
- 2.Elektropolisaj yapılabilmesi için sap kısmında bir delik olmalı ya da uç kısmından daldırmaya uygun olmalıdır.
- 3.Bistüri takılan kısmın sap ile arasında 15 derece açı olmalıdır.
- 4.3 numara bistüri için uygun olmalıdır.
5. Numuneler satın alma komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Numune göndermeyen firmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

4 .) 30 DERECE BİSTÜRİ SAPI

1. Korozyon direnci açısından karbon içeriği düşük olan bir paslanmaz çelikten imal edilmelidir.
2. Elektropolisaj yapılabilmesi için sap kısmında bir delik olmalı ya da uç kısmından daldırmaya uygun olmalıdır.
3. Bistüri takılan kısmın sap ile arasında 30 derece açı olmalıdır.
4. 3 numara bitüri için uygun olmalıdır.
5. Numuneler satın alma komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Numune göndermeyen firmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

5 .) 45 DERECE BİSTÜRİ SAPI

1. Korozyon direnci açısından karbon içeriği düşük olan bir paslanmaz çelikten imal edilmelidir.
2. Elektropolisaj yapılabilmesi için sap kısmında bir delik olmalı ya da uç kısmından daldırmaya uygun olmalıdır.
3. Bistüri takılan kısmın sap ile arasında 45 derece açı olmalıdır.
4. Bistüri ucu sapa çift yönlü olarak takılabilmelidir.
5. 3 numara bistüri için uygun olmalıdır.
6. Numuneler satın alma komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Numune göndermeyen firmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

6 .) AYNA, FOTOĞRAF

- 1.Düşük karbon içerikli paslanmaz çelikten olmalıdır.
- 2.Ebat olarak yetişkin bireylerde kullanılmaya uygun olmalıdır.
- 3.Farklı tasarımlarda ve ebatlarda temin edilebilmelidir.
- 4.Fotoğraf çekimi esnasında ağız içini ve dişleri net göstermelidir.
- 5.Sterilizasyon ve dezenfeksiyonda deforme olmamalıdır.
- 6.Numuneler satın alma komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Numune göndermeyen firmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

7 .) EKARTÖR, İMPLANT

- 1.Korozyona dirençli olması açısından karbon çeliği olmamalıdır.
- 2.Boy 14,5 cm olmalıdır.
- 3.Bir ucu yanağı ekarte etmelidir, istenildiği takdirde diğer ucu ile flep ekarte edilebilmelidir.
- 5.Flebi ekarte eden ucun diş etini veya kemiği travmatize etmemesi için keskin olmamalıdır.
6. Numuneler satın alma komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Numune göndermeyen firmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.
ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.
TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.
NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
<u>TEKLİFLERİN EN GEÇ 19.06.2023 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.</u>