

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

07.07.2023

Sayı : / DT - 47

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	BİOSERAMİK KÖK KANAL PATI		5	Adet
2 .	GEÇİCİ DOLGU MADDESİ		20	Adet
3 .	AĞIZ İÇİ FOSFOR PLAK NO:2		3	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) BİOSERAMİK KÖK KANAL PATI

- 1-Akışkan bir macun kıvamında olmalı
- 2-Tek kullanımlık uç ve yoğunlaştırıcı bir ajan kullanılarak kök kanal içerisine uygulanmalı.
- 3-Rengi beyaz ve estetik olmalı.
- 4-İçeriğinde kalsiyum slika ve zirkonyum oksit olmalı.
- 5-Antibakteriyel ve radyo opak olmalı.
- 6-Sertleşme süresi 5 saat 30 dk 'dan daha az olmalı.
- 7- Numuneler denenerek karar verilecektir.

2 .) GEÇİCİ DOLGU MADDESİ

1. Kavileri geçici olarak doldurmak için kullanılmalı.
2. Nemli ortamda kendiliğinden sertleşebilmeli.
3. Sertleşme birkaç dakika içinde başlamalıdır.
4. Kavite içerisine kolayca uygulanabilmeli, dökülme göstermemeli, el aletlerine yapışmamalı.
5. Net ağırlığı en az 28 gr.lık pasta şeklinde orijinal kutusu veya ambalajında olmalıdır.
6. Ojenol içermemeli, radyopak olmalı.
7. Teklif edilecek ürünün orijinal kutusu veya ambalajı üzerinde, Üretici firmanın ismi, üretim ve son kullanma tarihleri yazılı olmalıdır.
8. Ürünün son kullanma tarihi, üzerinde veya ambalajında yazılı olmalı ve teslim tarihinden itibaren en az 18 (on sekiz) ay olmalıdır.
10. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

3 .) AĞIZ İÇİ FOSFOR PLAK NO:2

- 1.Teklif edilecek filmler, kurumumuzda mevcut bulunan PLANMECA marka fosfor plak tarayıcısına uyumlu olmalıdır.
- 2.Fosfor plaklar ince, esnek ve kablosuz olmalıdır.
- 3.Fosfor plaklar esnemesinden dolayı sensör yüzeyi kırılmayacak yapıda olmalıdır.
- 4.Erişkin boyutu en fazla 31 x 41 mm olmalıdır.
- 5.Fosfor plakların aktif alanı %100 olmalıdır.
- 7.Fosfor plakların çözünürlükleri en az 17 lp/mm olmalıdır.
8. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 17.07.2023 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.