

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

19.07.2023

Sayı : / DT - 48

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	DEZENFEKTAN MENDİLİ		5000	Adet
2 .	TÜP ENTÜBASYON KAFLI NO:4		200	Adet
3 .	AĞRI POMPA SETİ		100	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) DEZENFEKTAN MENDİLİ

1. Ürün alkol, amin, perasetik asit, klor ve kuarterner amonyum bileşikleri yada türevlerini içermemelidir.
2. Dezenfektan, yeni nesil hızlandırılmış hidrojen peroksit içermelidir.
3. Ürün kokusuz olmalı, hasta varlığında dahi kullanılabilirdir.
4. Ürün hem temizleyici hem de dezenfekte edici özellikte olmalıdır ve ürünün temizleyici özelliği ilgili ibareler ürünün orijinal etiketinde belirtilmiş olmalıdır.
5. Ürün mendil formda olmalı ve bir ambalaj en fazla 100 adet mendil içermelidir, mendil boyutu en az 25X25 cm olmalıdır
6. Ürünün içeriğinde en fazla %0,5 oranında hidrojen peroksit bulunmalıdır
7. Her bir ambalaj üzerinde kullanım şekli ve son kullanma tarihi kayıtlı olmalıdır.
8. Ürün kadın doğum, bebek kuvözleri, yeni doğan üniteleri, ameliyathane, yoğun bakım, acil servis, dental cerrahi vb tüm hastane birimlerinde tüm tıbbi cihaz ve aletlerde kullanıma uygun olmalıdır.
9. Ürünün veya ürün grubunun akrilik, ABS, Seramik, EPDM, HDPE, PP, Teflon, PVC gibi hammaddeler ile uyumlu olmalı ve uyumlu olduğunu gösteren uyumluluk listesi dosyada sunulmalıdır.
10. Ürünün problemlerin temizliği ve dezefeksiyonuna uygun olduğu, Siemens, Philips, GE vb gibi prob üretici firmalardan uyumluluk onayı olmalıdır.
11. Teslim tarihi itibarıyla raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
12. Ürünün, en fazla 30 saniye bakterisid (EN 13727), 30 saniye fungisidal, yeastisidal (mantar, maya) (EN13624), 30 saniye tüm zarflı ve zarfsız virüsler, 30 saniye Poliovirüs, 30 saniye Adenovirüs, 30 saniye Norovirüs (EN 14476), 30 saniye BovineViralDiarrheavirüs, 1 dakikada mikobakterisit, 1 dakika tüberkülosid (EN 14348) ve 5 dakika sporisid (EN13704) etkinliği olmalıdır. Bu konuda Avrupa normlarına göre yapılmış çalışmalar ihale dosyasında sunulmalıdır.
13. Ürün kolay kullanılması için kutu içerisinde üstten açılan kapak ile kullanılabilen formda olmalıdır.
14. Aynı özellikleri taşıyan ürünlerde temas süresinin kısalığı tercih sebebi olacaktır.
15. Ürün 93/42/EEC direktifine göre CE sertifikasıyla belgelendirilmiş olmalıdır.
16. Ürünün ÜTS kaydı yapılmış ve Sağlık Bakanlığında onaylı olmalıdır.

2 .) TÜP ENTÜBASYON KAFLI NO:4

- 1- Materyal optimal termal sensiviteye sahip olmalı ve transparan olmalıdır.
- 2- Kolay görünen uzunluk işaretleri ve X-ray opak çizgi bulunmalıdır
- 3- Tüplerin entübasyon için yeterli sertliğe sahip olmalıdır. Vücut sıcaklığında hastanın solunum yolunun şekline uyarak minimum travma oluşturmalıdır.
- 4- Tüp nonstatik ve apirojen özellikte olmalıdır.
- 5- Tüp iç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
- 6- Murphy distal uç açıklığı bulunmalıdır.
- 7- Vücut içine giren kısmının seviyesini(uzunluğunu) gösterir(cm cinsinden) işaret olmalıdır.
- 8- Oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.
- 9- Tüpün kafı tüpün çapına uygun havayla şişirildiğinde trakea?ya iyice oturmalı trakea?da ödem vb. travma yapmayacak kıvrım da ve sertlikte olmalı ve ameliyatta hastaya verilebilecek her türlü pozisyonda trakea?dan kaymayacak şekilde olmalıdır.
- 10- Entübasyon tüplerinin tüpün iç çap numarası pilot valf ve tüpün dış kısmında konnektöre yakın bölgede yazılı olmalıdır.
- 11- Tüpün üzerinde konnektör takılı olmalıdır.
- 12- Tüplerin TSE ve CE Onayı olmalıdır.
- 13- Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir.
- 14- Ürün teslim tarihinden itibaren son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
- 15- Ürünün ÜTS kaydı yapılmış ve Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.
- 16- Numuneler denenerek karar verilecektir.

Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda " Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

3 .) AĞRI POMPA SETİ

- 1.Set hasta kontrollü analjezi uygulamalarında kullanılan ağrı pompaları ile kullanılacak özellikte olmalıdır.
- 2.İntravenöz ,subkutan ve epidural uygulamalarında teklip set kullanılabilmelidir.
- 3.Setin uzunluğu en az 200 cm olmalıdır.
- 4.Set üzerinde enjeksiyon yapılabilmesi için Y girişi bulunmalıdır.
- 5.Set üzerinde hava kabarcıklarının hastaya gitmesini engelleyecek hava eliminasyon filtresi olmalıdır.
- 6.Setin doldurma işlemi manuel ve otomatik olarak cihaz üzerinden sağlanabilmelidir.
- 7.Set üzerinde serbest akışı önleyici auto-damp sistemi olmalıdır.
- 8.Set ,bir ucu serum torbasına girişi sağlayan bağ spike'a sahip olmalı, diğer ucu luer lock yapıda olmalıdır.
- 9.Setler Steril olmalıdır.Steril olma zamanından sonra en az 3 yıl miadlı olmalıdır.
- 10.Set ambalajının üzerinde, CE işareti, steril olma şekli, üretim ve son kullanım tarihi, barkod numarası,setin marka ve modeli bulunmalıdır.
- 11.Ağrı pompa setleri Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Genel Ameliyathanede kullanılmakta olan ACCUMATE-1100 marka cihazla uyumlu olmalıdır.
12. Ürünlerin ÜTS'de (Ürün Takip Sistemi) kaydı bulunmalıdır.
13. Numuneler denenerek karar verilecektir.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.
ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.
SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.
TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.
NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
<u>TEKLİFLERİN EN GEÇ 24.07.2023 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.</u>