

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

18.09.2023

Sayı : / DT - 69

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	RULMAN PİYESEMEN NSK ARKA		50	Adet
2 .	RULMAN PİYESEMEN NSK ÖN		50	Adet
3 .	RULMAN PİYESEMEN BIEN AIR ÖN		50	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) RULMAN PİYESEMEN NSK ARKA

- 1.İÇ ÇAPI 5 MM OLMALI.
- 2.DİŞ ÇAPI 10 MM OLMALI.
- 3.KALINLIK 3MM OLMALI.
- 4.MODEL NUMARASI SMR 105 OLMALI.
- 5.RULMAN AÇIK TİP OLMALI(ÖN VE ARKASINDA KAPAK OLMAMALI)
- 6.RULMAN PASLANMAZ ÇELİKTEN OLMALIDIR.
- 7.RULMANIN HIZI MİNİMUM 40.000 RPM OLMALIDIR.
- 8.RULMANLAR SKF NMB DENGİ OLACAKTIR.
- 9.RULMANLAR ORJİNAL KAPALI KUTUSUNDA OLACAK AYRICA KUTU ÜZERİNDE ÜRETİM YERİ (MENŞEİ) OLMALIDIR.

2 .) RULMAN PİYESEMEN NSK ÖN

- 1.İÇ ÇAPI 4 MM OLMALI.
- 2.DİŞ ÇAPI 8 MM OLMALI.
- 3.KALINLIK 3 MM OLMALI.
- 4.MODEL NUMARASI SMR 84 ZZ OLMALI.
- 5.RULMAN KAPALI TİP OLMALI (ÖN VE ARKASINDA KAPAK OLMALI)
- 6.RULMAN PASLANMAZ ÇELİK OLMALIDIR.
- 7.RULMANIN HIZI MİNİMUM 40.000 RPM OLMALIDIR.
- 8.RULMANLAR SKF NMB DENGİ OLACAKTIR.
- 9.RULMANLAR ORJİNAL KAPALI KUTUSUNDA OLACAK AYRICA KUTU ÜZERİNDE ÜRETİM YERİ (MENŞEİ) OLMALIDIR.

3 .) RULMAN PİYESEMEN BIEN AIR ÖN

- 1.İÇ ÇAPI 5 MM OLMALI.
- 2.DİŞ ÇAPI 8MM OLMALI.
- 3.KALINLIK 2.5 MM OLMALI.
- 4.MODEL NUMARASI SMR 85 ZZ OLMALI.
- 5.RULMAN KAPALI TİP OLMALI (ÖN VE ARKASINDA KAPAK OLMALI)
- 6.RULMAN PASLANMAZ ÇELİKTEN OLMALIDIR.
- 7.RULMANIN HIZI MİNİMUM 40.000 RPM OLMALIDIR.
- 8.RULMANLAR SKF NMB DENGİ OLACAKTIR.
- 9.RULMANLAR ORJİNAL KAPALI KUTUSUNDA OLACAK AYRICA KUTU ÜZERİNDE ÜRETİM YERİ (MENŞEİ) OLMALIDIR.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.
ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.
SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.
TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.
NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
<u>TEKLİFLERİN EN GEÇ 25.09.2023 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.</u>