

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

06.10.2023

Sayı : / DT - 77

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	FLOR UYGULAMA KAŞIĞI		15000	Adet
2 .	AĞIZ İÇİ FOSFOR PLAK NO:2		15	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1.) FLOR UYGULAMA KAŞIĞI

1. Dış etine zarar vermeyecek şekilde yumuşak bir malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Kanserojen ve toksik malzeme içermemelidir.
3. Sap kısmı, alt ve üst çeneye yerleşecek kısımlarıyla beraber tek parça olmalı ve kullanımından önce flor yüklemek haricinde ekstra işlem yapmaya gerek duyulmamalıdır.
4. En fazla 2,5 cc (alt ve üst çene için total olarak) flor preparatı yüklenebilmelidir. Kullanılacak flor jelini daha ekonomik kullanmaya olanak sağlamalıdır.
5. Ağızda minimal flor kalıntısı bırakmalıdır.
6. Yerleştirilmesi ve kullanımı kolay olmalı, diz aynı bulantıya neden olmamalıdır.
7. 5 - 15 yaş pedodonti hastaları için üniversal boy olmalı veya yaş gruplarına göre 3 farklı boyutta üretilmiş olmalıdır.
8. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

2.) AĞIZ İÇİ FOSFOR PLAK NO:2

1. Teklif edilecek filmler, kurumumuzda mevcut bulunan PLANMECA marka fosfor plak tarayıcısına uyumlu olmalıdır.
2. Fosfor plaklar ince, esnek ve kablosuz olmalıdır.
3. Fosfor plaklar esnemesinden dolayı sensör yüzeyi kırılmayacak yapıda olmalıdır.
4. Erişkin boyutu en fazla 31 x 41 mm olmalıdır.
5. Fosfor plakların aktif alanı %100 olmalıdır.
7. Fosfor plakların çözünürlükleri en az 17 lp/mm olmalıdır.
8. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 16.10.2023 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.