

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

26.10.2023

Sayı : / DT - 86

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	İLAVE TİP SİLİKON ÖLÇÜ MADDESİ SETİ		40	Set

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1.) İLAVE TİP SİLİKON ÖLÇÜ MADDESİ SETİ

1. Bu ürüne verilecek tüm teklifler ilave tip silikon ölçü maddesi özelliğinde (otomatik cihazda karıştırılan) olmalıdır.
2. Ürün, ISO 4823 standartlarına uygun Tip 0 putty özelliğinde ilk ölçü ve Tip 3 akışkanlık kıvamında ikinci ölçü maddesi içermelidir. Bu durum ürün ambalajında, kataloğu veya kullanım kılavuzunda belirtilmelidir.
3. Bu ürüne verilecek birim teklif set için olmalıdır. Set aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. (Set sadece birim teklif standardizasyonu için tanımlanmıştır ve paketleme şeklini tanımlamaz)
 - a.) Otomatik karıştırma cihazı (modül mix ve pentamix 2) ile uyumlu 2 ADET kartuş veya folyo ambalaj (en az 300X2=600 mililitre, en fazla 380X2=760 mililitre) içerisinde Tip 0 ilk ölçü maddesi
 - a.1.) Folyo ambalaj şeklinde teklif veren firma kurumda bulunan tüm cihazlara (2 adet) karıştırmayı sağlayacak metal kartuşu ücretsiz temin etmekle yükümlüdür.
 - a.2.) Karıştırma uçları kartuşa tam oturmalı ve kenarlarından sızdırmamalıdır. Aynı zamanda homojen karıştırma sağlamalıdır.
 - a.3.) Hızlı polimerize olan set olmalı.
 - b.) En az 20 adet otomatik makine (modül mix ve pentamix 2) için karıştırma ucu. (Karıştırma uçları cihazlarla uyumlu olmalı, kırılmamalı, ölçü maddesini sızdırmamalı).
 - c.) Her bir set için 50 mililitre tabanca kartuşlarından 2 adet olmak üzere, toplamda 100 mililitre Tip 3 kıvamında ikinci ölçü maddesi verilmelidir.
 - d.) Tip 3 kıvamındaki ölçü maddesini karıştırma ucu en az 15 adet. (Karıştırma ucu homojen karıştırma sağlamalı, kenarlardan sızdırmamalıdır)
4. Her iki ölçü maddesi de implant ve diş destekli sabit protezlerin yapımında ölçü alımı için kullanıma uygun olmalıdır.
5. İlk ve ikinci ölçü maddesi, ideal ölçü almak için aynı markanın aynı model ürünlerinden olmalıdır.
6. İlk ölçü maddesinin (Tip 0 putty) özellikleri;
 - a.) Birinci ölçü maddesi plastik kartuş veya folyo ambalaj içerisinde olmalı.
 - b.) Her bir kartuş veya folyo ambalaj en az 300 en fazla 380 mililitre ilk ölçü maddesi içermelidir.
 - c.) Shore A sertlik değeri 60-68 (alt ve üst değerler dahil) aralığında olmalıdır,
 - d.) Karıştırma başlangıcından itibaren ağız dışı çalışma süresi en fazla 2 dakika olmalıdır. En fazla 2,5 dakika ağızda kalma süresi olmalıdır.
 - e.) Elastik geri dönüşü %99 'dan büyük olmalıdır.
 - f.) Boyutsal değişimi %0,2 veya daha az olmalıdır.
 - g.) Ürün iki aşamalı ölçü tekniği için uygun olmalıdır.
 - h.) Teklif edilecek ürün orijinal kutusu veya ambalajı içerisinde kullanım kılavuzu ile birlikte olmalıdır.
 - i.) Ürünün son kullanma tarihi, üzerinde veya ambalajında yazılı olmalı ve teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.
 - j.) Teklif edilecek ürünün Orijinal Kutusu veya ambalajı üzerinde CE belge ibaresi yazılı olmalıdır.
- 7.İkinci ölçü maddesinin özellikleri;
 - a.) Tabancada karıştırılan kartuşların içerisinde olmalıdır.
 - b.) Her bir tabanca kartuşu 50 mililitre içeriğe sahip olmalıdır ve 1:1 (ölçü maddesi / katalizör)karıştırma oranına sahip olmalıdır.
 - c.) Karıştırma başlangıcından itibaren ağız dışı çalışma süresi en fazla 2 dakika olmalıdır. En fazla 2,5 dakika ağızda kalma süresi olmalıdır.
 - d.) Elastik geri dönüşü %99 'dan büyük olmalıdır.
 - e.) Boyutsal değişimi %0,2 veya daha az olmalıdır.
 - f.) Shore A sertliği 40-50 aralığında olmalıdır.
 - g.) Ürün iki aşamalı ölçü tekniği için uygun olmalıdır.
 - h.) Teklif edilecek ürün orijinal kutusu veya ambalajı içerisinde kullanım kılavuzu ile birlikte olmalıdır.
 - i.) Ürünün son kullanma tarihi, üzerinde veya ambalajında yazılı olmalı ve teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.
8. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi ile birlikte broşürü veya kataloğu olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
9. Satınalma komisyonu gerek duyması durumunda teklif edilen Ürünlerin numunesi denenerek değerlendirilecektir, kullanılan numuneler için ilgili firma ücret talep etmeyecektir.

--

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.
ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.
SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.
TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.
NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
<u>TEKLİFLERİN EN GEÇ 06.11.2023 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.</u>