

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

31.10.2023

Sayı : / DT - 87

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	KLORHEKSİDİNLİ SIVI SABUN		100	Adet
2 .	UÇ, BİSTÜRİ, NO:15 C		15	Kutu
3 .	KAVİTRON UCU		570	Adet
4 .	FREZ CERRAHİ PİYESEMEN İÇİN ROND 2,7 MM		10	Adet
5 .	PERİODONTAL FREZ SETİ		2	Set
6 .	PERİİMLANTİTİS FREZ SETİ		2	Set
7 .	TİTANYUM İMPLANT KÜRETİ SETİ		2	Set
8 .	KAVİTRON BAŞLIĞI ANAHTARI		50	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) Klorheksidinli SIVI SABUN

1. % 4 klorheksidin glukonatlı sıvı el sabunu içermelidir.
2. 1.000 ml.'lik plastik şişelerde olmalıdır.
3. Yakıcı olmamalı, tahriş etmemelidir.
4. Cilt temizleyicisi olarak kullanılabilirdir.
5. Ürünün ambalajının ve kutusunun üzerinde markası, üretici firma adı, imal ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
6. Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 18 (onsekiz) ay olmalıdır.
7. Ürün Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olmalıdır
8. Allerjik reaksiyon ve cilt iritasyonuna neden olmamalıdır.
9. Üzerinde etken madde miktarları, hacmi, kullanım şekli, imalat seri numarası, son kullanma tarihi yazılı olmalı, üzerindeki etiket kolay düşmeyecek, kalkmayacak şekilde yapıştırılmış olmalıdır.
10. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

2 .) UÇ, BİSTÜRİ, NO:15 C

1. Bu ürüne verilecek birim teklif fiyat 100 adet bistüri için olmalıdır.
2. Paket iki katlı olmalı: Birinci kat bistürinin paketi kesmesini engelleyecek kalınlıkta alimünyum folyo olmalı. İkinci kat; alüminyum paketin içinde bistürinin çevresinde delinme ve kesilmeyi engelleyen yapıda kağıt olmalıdır.
3. Paket üzerinde; bistüri numarası, bistürinin şekli, son kullanma tarihi, lot numarası, sterilizasyon yöntemi, CE işareti, üretici firmanın ismi ve üretim yeri okunaklı olarak yazılmalıdır.
4. Paket kenarları sterilizasyonu korumak için iyi yapılmış olmalı, aynı zamanda bir kenarın uçları açarken kolaylık sağlaması için yapışık olmamalıdır.
5. Bistüri paketi açılırken kolay açılmalı, yırtılmamalıdır.
6. Bistürinin kesici uç kısmı paketin açılma yönünde olmamalıdır.
7. İç paket bistüriye yapışık olmamalı, bistüri steril sahaya kolay düşmelidir.
8. Bistüri karbon çelikten üretilmiş olmalıdır.
9. Paket üzerindeki marka ismi bistüri çeliği üzerinde de yazılı olmalıdır.
10. Bistüri, bistüri sapına uygun olmalı, kolay takılabilirdir, kolay çıkartılabilirdir, kullanılırken yuvasına iyi oturmalı, oynamamalıdır.
11. Bistüri dokuyu iyi kesmeli, ameliyat süresince keskinliğini kaybetmemelidir.
12. En az 100 adetlik kutularda verilmelidir.
13. Son kullanma tarihi, ürünün teslim tarihi itibarıyla en az 2 yıl olmalıdır.
14. Numuneler denenerek karar verilecektir.

3.) KAVİTRON UCU

- 1- Periodontal tedavilerde diş taşı temizliğinde kullanılabilmelidir.
- 2- Ön ve arı dişler ile gingiva üzerindeki diş taşlarının temizlenmesinde kullanılabilmelidir.
- 3- Değişik tip ve boyutları bulunmalı aletlerin uluslararası çap ve boyutlarını gösteren kod numaraları ambalaj üzerinde yazmalıdır,
- 4- Paslanmaz çelik olmalıdır.
- 5- Parmak ucu ile lavaj ucu hızı kontrolü sağlayabilecek başlık ile uyumlu olmalıdır.
- 6- Uzun süreli vibrasyona karşı dayanıklı olmalı uçları vibrasyonla hemen küntleşmemelidir.
- 7- 135 santigrat derecede otoklavda steril edilebilmelidir.
- 8- Alet dezenfektanlarına dayanıklı olmalıdır.
- 9- Her kavitron ucu özel ambalajında paketlenmiş olmalıdır.
- 10- Kavitron uçları WOODPACKER marka cihazlar ve el parçasına uyumlu olmalıdır.
- 11- Satınalma komisyonu ürün kataloğu veya numunesi olmayan teklifleri değerlendirmeye almayacaktır.

12- İstenen uç boyutları;

G1- 150 ADET

G2- 40 ADET

G6- 40 ADET

G7- 10 ADET

P1- 150 ADET

P12- 70 ADET

P58- 70 ADET

2PR- 10 ADET

2PI- 10 ADET

3PR- 10 ADET

3PI- 10 ADET

4.) FREZ CERRAHİ PİYASEMEN İÇİN ROND 2,7 MM

1. Yekpare sert metal Tungsten-Karbid alaşımından üretilmiş olmalıdır.
2. Frezler cerrahi piyasemenler ile çalışmaya uyumlu olmalıdır.
3. Cerrahi işlemler esnasında, kemik ve diş dokusunu kesmek için kullanılmalıdır.
4. Steril edilebilmelidir ve sterilizasyondan sonra herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır.
5. Dayanıklı ve sağlam olmalıdır.
6. 100.000 rpm hıza kadar çalışmaya uyumlu olmalıdır.
7. Rond frezlerin çapları komisyon tarafından seçilecektir.
8. Piyasemene yerleştirildikten sonra çalışma esnasında yer değiştirmemelidir.
9. Numuneler denenerek karar verilecektir.

5 .) PERİODONTAL FREZ SETİ

- 1- Periodontal tedavilerde odontoplasti ve mekanik kök planlaması için kullanıma uygun olmalı
- 2- Dental frezler elmas uçlu olmalı
- 3- Supragingival diş taşının mekanik olarak çıkarılmasında, periodontal cerrahi (depulasyona maruz kalan kök yüzeylerinde), kök planlamasında ve odontoplastide kullanıma uygun olmalı .
- 4- Zor alanlara iyi erişim sağlayabilmeli (furkasyonlar, kökler derin periodontal cepler)
- 5- Yumuşak kök yüzeyleri için ideal olmalı
- 6- Isıya dayanıklı ve otoklava girebilir olmalı.

➤ Set İçeriği:

- ❖ 831.012.F.RAL
- ❖ 831.012.C.RAL
- ❖ 831.012.RAL
- ❖ 832.012.F.RAL
- ❖ 832.012.C.RAL
- ❖ 832.012.RAL
- ❖ 832L.014.F.RAXL
- ❖ 832L.014.C.RAXL
- ❖ 832L.014.RAXL
- ❖ 747L.010.RAXL
- ❖ 747.010.RAL
- ❖ 758L.012.RAXL

6 .) PERİİMLANTİTİS FREZ SETİ

Set İçeriği ;

1- Nano Peri-implantitis Fırça

- Fırça kolları Nikel-titanyum olmalı.
- Her bir tel çapı 0,09 mm ve bir NiTibrush'da yaklaşık 40 tel olmalı.
- 300-600 rpm mikromotor ile çalışmaya uygun olmalı.
- İmplant yüzeyinin yeterli temizliğini sağlayabilmeli.
- Fırça kolları yatay, koronoapikalde ve apikokoronal yönde kullanıma uygun olmalı.
- Isıya dayanıklı otoklava girebilir olmalı.

2- Pocket Peri-implantitis Fırça

- Fırça kolları Nikel-titanyum olmalı.
- 300-600 rpm mikromotor ile çalışmaya uygun olmalı.
- İmplant yüzeyinin yeterli temizliğini sağlayabilmeli.
- Fırça kolları implant yüzeyine dik olarak kullanıma uygun olmalı.
- Isıya dayanıklı otoklava girebilir olmalı.

3- 811.037.G.FG Frez

- Frez ucu elmas çift koni şeklinde olmalı.
- Rezeksiyon gerçekleştirmek için Anguldurva veya piyasem en ile kullanılabilir olmalı.
- Frez ucu yatay ve dikey kullanıma uygun olmalı.
- Isıya dayanıklı otoklava girebilir olmalı.

4- 824A.026.FG Frez

- Frez ucu disk şeklinde elmas olmalı.
- Frez ucu küçük çaplı olmalı.
- Isıya dayanıklı otoklava girebilir olmalı.

5- ComNa3F

- Anguldurva ve mikromotor ile kullanılabilir olmalı.
- İmplant yüzey kısımlarının parlatılmasına uygun olmalı
- 1200 rpm'de kullanıma uygun olmalı
- Isıya dayanıklı otoklava girebilir olmalı.

7.) TİTANYUM İMPLANT KÜRETİ SETİ

1- Küret uçları implant yüzeyinin zarar görmesini önlemek için titanyum olmalı.

2- Küretler ve sterilizasyon kaseti ısıya dayanıklı otoklava girebilir olmalı.

3- Set içeriği;

- Gracey küret 1-2
- Gracey küret 3-4
- Gracey küret 5-6
- Gracey küret 7-8
- Gracey küret 9-10
- Gracey küret 11-12
- Gracey küret 13-14
- Özel sterilizasyon kaseti

8.) KAVİTRON BAŞLIĞI ANAHTARI

1) WOODPECKER markalı cihazlara uyumlu olmalı.

2) Subgingival ve supragingival alanlarda çalışmaya uygun olmalı.

3) Anterior ve posterior dişlerde çalışmaya uygun olmalı.

4) Sterilizasyona ve otoklava girmeye uygun olmalı.

5) Dezenfektanlarla korozyona uğramamalı

6) Numuneler satın alma komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Numune göndermeyen firmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 06.11.2023 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.