

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

24.11.2023

Sayı : / DT - 95

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	Azot Tüpü		1	Adet
2 .	Azot Gaz Basınç Regülatörü		1	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) Azot Tüpü

- 1- Tüp "çelik çekme" ile üretilmiş olmalıdır.
- 2- Tüp doluyken basınç, 225 bar'ı göstermelidir.
- 3- Tüp azot renginde boyalı olmalıdır.
- 4- Tüp valfi azot gazına uygun olmalıdır.
- 5- Tüpün hacmi en az 10 L olmalıdır.
- 6- Tüpün devrilmesini önleyen aksesuar (duvara monte), tüple birlikte verilmelidir.
- 7- Tüp ve regülatörün TSE belgesi olmalıdır.
- 8- Tüp ve regülatörün 2 Yıl garantisi olmalıdır.

2 .) Azot Gaz Basınç Regülatörü

1. Gaz giriş bağlantısı 5/8" olmalıdır
2. Gaz çıkış bağlantısı 3/8" olmalıdır
3. Gaz giriş basıncı 0-230 bar olmalıdır
4. Gaz çıkış basıncı 0-10 bar olmalıdır
5. Krom kaplama kapak ve piring gövde tasarımı olmalıdır.
6. Tüm tüp korumalarına uygun tasarlanmış gaz giriş rekor bağlantısı olacaktır.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMİYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYİ ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYİ ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 04.12.2023 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.