

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Sayı : / 009

23.03.2017

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Yrd. Doç. Dr. Zafer SEZER

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	K2 EDTALI TÜP 10ML	30.000	ADET
2 .	POLİPROPİLEN TÜP 3ml (KAPAK DAHİL)	50.000	ADET
4 .	ENJEKTÖR 10 CC 3P	30.000	ADET
5 .	ÜÇ YOLLU MUSLUK	2.000	ADET
6.	I.V. KANÜL NO:18 YEŞİL	1.000	ADET
7.	HİDROFİL PAMUK	30	KG

S.No	TEKNİK ŞARTNAME
1	K2 EDTALI TÜP 10 ML: 1.K2 EDTA'lı olmalıdır. 2.16*100 mm ölçüsünde 10ml olmalıdır. 3.Vakumsuz olmalıdır. 4.Sızdırmaz olmalıdır. 5.Kapağı vidalı olmamalıdır.Kapağı iyi kapanmalıdır. 6. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibarıyla en az 2 yıl olmalıdır. 7. Satınalma Komisyonu'na ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
2	POLİPROPİLEN TÜP 3ml: 1.Hacmi 3 ml olmalıdır. 2.Kapağı vidalı olmamalıdır.Kolay kapatılabilmeli, sızıntı yapmamalıdır. 3.Düz tabanlı olmalıdır. 4.Kapakları ekstra ayrı pakette olmalıdır. 5.30.000 adeti beyaz kapaklı olmalıdır. 6. 20.000 adeti kırmızı kapaklı olmalıdır. 7.Ürünün üzerinde etiket olmamalıdır. 8. Satınalma Komisyonu'na ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
3	ENJEKTÖR 10 CC 3P : 1. Tek kullanımlık ve yeşil uçlu olmalı, 2. Sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonu kolay hareket etmeli, 3. Toksik olmamalı, 4. Steril olmalı, 5. Pistonu kauçuk/plastik başlı olmalı, 6. Pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemeli, 7. Negatif basınçta hava kaçağı yapmamalı , 8. Şeffaf ve tekli ambalajlanmış, ambalaj kenarları iyi preslenmiş ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı, 9.İğne ucu paslanmaz çelikten olmalı, 10. Enjektör üzerinde cc / dizyem çizgileri olmalı ve cc / dizyem çizgisi 0' dan başlamalı, 11. Çizgi ve rakamlar belirgin olmalı ve ıslandığında silinmemeli, 12. Ambalajın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi yazılı olmalı, 13. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibarıyla en az 2 yıl olmalıdır, 14. TITUBB (Ulusal Bilgi Bankası Tıbbi Cihaz Yönetmeliği) kaydı ve T.C. Sağlık Bakanlığı onayı olmalı, 15.Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler Türkçe olmalıdır, 16.Satınalma Komisyonu'na ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
4	ÜÇ YOLLU MUSLUK : 1.5bar (72 PSI) basınca dayanıklı olmalıdır. 2.360° derece dönmelidir. 3.Akış yönünü gösteren oklar olmalıdır. 4.Şeffaf gövdeli olmalıdır. 5.Bir döner male ve iki female luer lock konektör 6.Lipit resistant 7.Kapağı rahat hareket ettirilebilir olmalıdır. 8. Satınalma Komisyonu'na ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
5	I.V. KANÜL NO:18 YEŞİL: 1.FEP kateter - İnce duvarlı - Radyopak çizgili - Silikonlu 2.Düzgün damar girişi sağlayan; iki kademeli yuvarlatılmış kateter ucu ve çift taraflı keskin (back-cut) iğne 3.Ek doz uygulamaları için port seçeneği 4.Aseptik, dengeli ve güvenli tutuş 5.Damara girildiğinde kan gelişini gösteren şeffaf flash-back 6.Uzun süreli kullanıma uygun kanat eğimi 7.Esnek ve yumuşak tespit kanatları 8.Kan durdurucu ara parça 9.Luer lock konnektör 10.Yeşil renkli olmalıdır. 11. Satınalma Komisyonu'na ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
6	HİDROFİL PAMUK: 1.Hidrofil Pamuk %100 pamuk liflerinden yapılmış olmalıdır. 2.Gözle muayene edildiğinde koza veya çiğit parçacıkları vb. gibi yabancı maddeler görülmemelidir. 3.Hidrofil Pamuğun yapısında optik beyazlatıcılar kullanılmamalıdır. 4.Paketler hidrofil pamuğun tozlanmasını, kirlenmesini ve nemlenmesini önleyecek şekilde olmalı ve delik,yırtık,patlak bulunmamalıdır.

NOT

- TEKLİF MEKTUPLARI (Aşağıda bulunan) İDARENİN VERMİŞ / YAYINLAMIŞ OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR(faks veya e-mail olarak verilecek olan teklif kabul edilmeyecektir)
- ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ
- ÖDEME MALZEME TESLİMİNE MÜTEAKİP 30 GÜNDÜR.
- SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.
- TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.
- **TEKLİFLERİN EN GEÇ 30.03.2017TARİHİNE KADAR HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARASTIRMA MERKEZİ'NE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.**

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1 .	K2 EDTALI TÜP 10ML	20.000	ADET		
2 .	POLİPROPİLEN TÜP (KAPAK DAHİL)	50.000	ADET		
4 .	ENJEKTÖR 10 CC 3P	30.000	ADET		
5 .	ÜÇ YOLLU MUSLUK	2.000	ADET		
6.	HİDROFİL PAMUK	30	KG		

FİRMA KAŞE İMZA:

