

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

17.09.2021

Sayı : / DT - 57

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Aytaç KUZLAK
Hastane Müdürü V.

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	PAT, KÖK KANAL DOLGU	60	Adet
2 .	PAPER POINT NO:45	150	Kutu
3 .	PAPER POINT NO:50	150	Kutu
4 .	KANAL ÇİMENTOSU	5	Kutu
5 .	METAL MATRİKS SİSTEMİ	10	Adet
6 .	SİMAN, REZİN, KENDİNDEN ADEZİVLİ	20	Kutu
7 .	EKSKAVATÖR (KESKİN)	150	Adet
8 .	KANAL EĞESİ K TİPİ NO:15	500	Paket
9 .	KANAL EĞESİ K TİPİ NO:10	500	Paket
10 .	KANAL EĞESİ K TİPİ NO:20 31MM	50	Kutu

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

11 .	KANAL EĞESİ K TİPİ NO:15 31MM	50	Kutu
12 .	PAPER POİNT 30	150	Kutu
13 .	PAPER POİNT 40	150	Kutu
14 .	POST, FİBER (0.7-1.3 MM-BEYAZ)	200	Adet
15 .	RUBBER DAM LASTİK ÖRTÜSÜ	60	Kutu
16 .	RETRAKSİYON SIVISI	30	Şişe
17 .	KLORHEKSİDİN KANAL İÇİ YIKAMA SOLÜSYONU	60	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1.) PAT, KÖK KANAL DOLGU

1. Reçine esaslı olacaktır.
2. Ürünün doku uyumu yüksek olacaktır.
3. Dişi renklendirmemelidir.
4. Radyo opak olmalıdır.
5. Gutta-perkalarla uyumlu olacaktır.
6. Termoplastik dolum teknikleri ile de kullanılabilmelidir.
7. Ürünün çalışma süresi 23°C de yaklaşık 30-40 dk olmalıdır.
8. Ürünün sertleşme süresi 37°C de yaklaşık 40-50 dk olmalıdır.
9. Ürünün tüpleri 1:1 oranında karıştırılmalıdır.
10. Ürünün self-adheziv özelliği olmalıdır.
11. Ürünün Base kısmı ; %29 epoksi oligomer rezin, % 18 Etilen glikol salisilat, % 17 kalsiyum fosfat, %26 Bizmut subkarbonat, % 10 Zirkonyum oksit içermelidir.
12. Ürünün Katalitör kısmı ; % 31 Poli aminobenzoat, % 5 Triethanolamin, % 29 Kalsiyum fosfat, % 21 Bizmut subkarbonat, % 10 Zirkonyum oksit, % 4 Kalsiyum oksit içermelidir.
13. Ürün saklama koşulları 18°C-24°C arasında olmalıdır.
14. Son kullanma tarihi yüklenici firmanın teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalı.
15. Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası, CE belge ibaresi yazılı olmalıdır.
16. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi, broşürü veya kataloğu olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.

2.) PAPER POİNT NO:45

- a- Biyolojik olarak nötral olmalıdır.
- b- Absorbe edici özelliği yüksek olmalıdır
- c- Fabrikasyon olmalıdır, mm'lik işaretlenmiş olmalı, bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
- d- MM'lik işaretlendirme dereceleri 18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir.
- e- Her kutu tek bir numara paper point içermeli.
- f- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- g- Kutu içinde en az 200 adet olmalıdır.
- h- CE belgesi olmalıdır

3.) PAPER POİNT NO:50

- a- Biyolojik olarak nötral olmalıdır.
- b- Absorbe edici özelliği yüksek olmalıdır
- c- Fabrikasyon olmalıdır, mm'lik işaretlenmiş olmalı, bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
- d- MM'lik işaretlendirme dereceleri 18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir.
- e- Her kutu tek bir numara paper point içermeli.
- f- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- g- Kutu içinde en az 200 adet olmalıdır.
- h- CE belgesi olmalıdır

4 .) KANAL ÇİMENTOSU

1- Kutu içeriğinde toz ve likid şeklinde bulunmalıdır. Değerlendirme gr fiyatı üzerinden yapılacaktır.

2- Beyaz olmalı.

3 - CE belgeli olmalı.

4 - Son kullanma tarihine teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl olmalı.

5 - Özellikle kök kanalı lateral perforasyonu, furkasyon perforasyonları, iç rezorbsiyon, kök apeksinin ters dolgusu, kuafaj ve tamamlanmamış kök gelişimi olan dişte pulpa kesimi durumlarında kullanılmalıdır.

6 - Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 .) METAL MATRİKS SİSTEMİ

1. Özel tutucusu ile kullanılmalıdır.

2. 0,05 mm kalınlığında olmalıdır.

3. Farklı yüksekliklerde(5 mm ve 6.3mm) kullanıma hazır olmalıdır.

4. Kutu içinde 50 adet metal matrix bandı bulunmalı. Tercih edilen şekli komisyonca belirlenecektir.

5. Özel tutusu 135oC 'de steril edilebilmelidir.

6. 5 (Beş) kutuda bir adet özel tutucu verilmelidir.

7. Tutucu matris bandını tam olarak sıkıştırabilecek mekanizmaya sahip olmalıdır.

8. Ürün CE belgesi olmalıdır.

9. Numunesi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

6 .) SİMAN, REZİN, KENDİNDEN ADEZİVLİ

1. Neme dayanıklı olmalıdır.

2. Linear ekspansiyonu az olmalıdır.

3. Yüksek bağlanma direncine sahip olmalıdır.

4. Marjinal bütünlüğü sağlamalıdır.

5. Yüksek dirençli tam seramik, zirkonyum, kompozit, post, metal-seramik ve metalden yapılmış indirekt restorasyonların simantasyonunda kullanılabilir.

6. Pasta-pasta formunda kendinden adezivli rezin siman olmalıdır.

7. En az 8 gr'lık çift pistonlu şırıngalarda bulunmalıdır. Gram fiyatı üzerinden değerlendirilecektir.

8. Hem ışııkla hem de kendiliğinden sertleşebilmelidir.

9. A2 renginde olmalıdır.

10. Kolay kullanımlı olmalı ve asit eme primerleme bonding uygulamasına ihtiyaç duyulmamalıdır.

11. Ürün orijinal ambalajında ve kullanım kılavuzu olmalıdır.

12. Ürün ambalajının üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.

13. Ürünün, teslimat sırasında en az iki yıllık raf ömrü olmalıdır.

14. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

7 .) EKSKAVATÖR (KESKİN)

1. Paslanmaz çelikten olmalıdır.

2. Uç boyutları orijinal katalogundan komisyon tarafından seçilebilmelidir.

3. Uçları keskin olmalıdır.

4. Aletin markası, seri numarası, yapıldığı ülke, CE ibaresi ve 135 °C'desteril edilebilir olduğunu gösteren bir simge silinmeyecek şekilde üzerinde yazmalıdır.

5. Aletin orijinal kutusu üzerinde marka, menşei ve seri numarası yazmalıdır.

6. En az bir sene garanti süresi olmalıdır.

7. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinde herhangi bir bozulmaya veya korozyona uğramamalı.

8. Numunesi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 .) KANAL EĞESİ K TİPİ NO:15

- a- Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı.
- b- Eğelerin her bir kutusu veya blister ambalajı 6 (adet) ayrı ebatla eğe içermeli.
- c- Eğelerde lastik stoper olmalıdır.
- d- Eğeler otoklavlanabilir olmalı, sterilizasyon sonrası herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır.
- e- Eğeler 25 mm uzunlukta olmalıdır.
- f- Eğeler kare kesitli olmalı, sap kısmında eğenin tipi sembolik olarak gösterilmeli dir.
- g- Yüklenici firma, ürün teslim aşamasında ana üretici firmadan veya Türkiye distribütöründen ürün lot numaralarının orijinalliğini belgelemelidir.
- h- Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası, eğenin tipi ve boyutları CE belge ibaresi ve numarası, kutu veya ambalaj içeriğindeki eğe adeti yazılı olmalıdır.
- i- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.
- j- Teslim tarihinden itibaren raf ömrü en az 3 (üç) yıl olmalıdır.

9 .) KANAL EĞESİ K TİPİ NO:10

- a- Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı.
- b- Eğelerin her bir kutusu veya blister ambalajı 6 (adet) ayrı ebatla eğe içermeli.
- c- Eğelerde lastik stoper olmalıdır.
- d- Eğeler otoklavlanabilir olmalı, sterilizasyon sonrası herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır.
- e- Eğeler 25 mm uzunlukta olmalıdır.
- f- Eğeler kare kesitli olmalı, sap kısmında eğenin tipi sembolik olarak gösterilmeli dir.
- g- Yüklenici firma, ürün teslim aşamasında ana üretici firmadan veya Türkiye distribütöründen ürün lot numaralarının orijinalliğini belgelemelidir.
- h- Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası, eğenin tipi ve boyutları CE belge ibaresi ve numarası, kutu veya ambalaj içeriğindeki eğe adeti yazılı olmalıdır.
- i- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.
- j- Teslim tarihinden itibaren raf ömrü en az 3 (üç) yıl olmalıdır.

10 .) KANAL EĞESİ K TİPİ NO:20 31MM

- a- Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı.
- b- Eğelerin her bir kutusu veya blister ambalajı 6 (adet) ayrı ebatla eğe içermeli.
- c- Eğelerde lastik stoper olmalıdır.
- d- Eğeler otoklavlanabilir olmalı, sterilizasyon sonrası herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır.
- e- Eğeler 31 mm uzunlukta olmalıdır.
- f- Eğeler kare kesitli olmalı, sap kısmında eğenin tipi sembolik olarak gösterilmeli dir.
- g- Yüklenici firma, ürün teslim aşamasında ana üretici firmadan veya Türkiye distribütöründen ürün lot numaralarının orijinalliğini belgelemelidir.
- h- Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası, eğenin tipi ve boyutları CE belge ibaresi ve numarası, kutu veya ambalaj içeriğindeki eğe adeti yazılı olmalıdır.
- i- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.
- j- Teslim tarihinden itibaren raf ömrü en az 3 (üç) yıl olmalıdır.

11 .) KANAL EĞESİ K TİPİ NO:15 31MM

- a- Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı.
- b- Eğelerin her bir kutusu veya blister ambalajı 6 (adet) ayrı ebatla eğe içermeli.
- c- Eğelerde lastik stoper olmalıdır.
- d- Eğeler otoklavlanabilir olmalı, sterilizasyon sonrası herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır.
- e- Eğeler 31 mm uzunlukta olmalıdır.
- f- Eğeler kare kesitli olmalı, sap kısmında eğenin tipi sembolik olarak gösterilmeli dir.
- g- Yüklenici firma, ürün teslim aşamasında ana üretici firmadan veya Türkiye distribütöründen ürün lot numaralarının orijinalliğini belgelemelidir.
- h- Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası, eğenin tipi ve boyutları CE belge ibaresi ve numarası, kutu veya ambalaj içeriğindeki eğe adeti yazılı olmalıdır.
- i- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.
- j- Teslim tarihinden itibaren raf ömrü en az 3 (üç) yıl olmalıdır.

12 .) PAPER POINT 30

- a- Biyolojik olarak nötral olmalıdır.
- b- Absorbe edici özelliği yüksek olmalıdır
- c- Fabrikasyon olmalıdır, mm'lik işaretlenmiş olmalı, bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
- d- MM'lik işaretlendirme dereceleri 18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir.
- e- Her kutu tek bir numara paper point içermeli.
- f- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- g- Kutu içinde en az 200 adet olmalıdır.
- h- CE belgesi olmalıdır

13 .) PAPER POINT 40

- a- Biyolojik olarak nötral olmalıdır.
- b- Absorbe edici özelliği yüksek olmalıdır
- c- Fabrikasyon olmalıdır, mm'lik işaretlenmiş olmalı, bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
- d- MM'lik işaretlendirme dereceleri 18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir.
- e- Her kutu tek bir numara paper point içermeli.
- f- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- g- Kutu içinde en az 200 adet olmalıdır.
- h- CE belgesi olmalıdır

14 .) POST, FİBER (0.7-1.3 MM-BEYAZ)

1. Cam fiber olarak güçlendirilmiş olmalıdır.
2. Ürün estetik, radyopak ve translüsent olmalıdır.
3. Ürünün elastikiyet modülü, dentinin elastikiyet modülüne yakın olup, en az 25 GPa en çok 50 GPa olmalıdır.
4. Ürünün, en az 3 (üç) farklı çapı olmalıdır.
5. Ürün orjinal ambalajı içerisinde en az 5 (beş) adet 0.7 veya 1.3 mm apikal çapında post olmalı ve her 5 adet fiber postla beraber boyutuna uygun 1 (bir) adet drill olmalıdır. Boyutlar renk kodlarıyla hem postun kutusunda hem de drill üzerinde gösterilmelidir.
6. Ürün CE standartlarına uygun olmalıdır ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde belirtilmelidir
7. Ürün orjinal ambalajı içerisinde Türkçe kullanma kılavuzu olmalıdır.
8. Numunesi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

15 .) RUBBER DAM LASTİK ÖRTÜSÜ

- 1.Orjinal ambalajında kutu içeriği en az 36 adet olmalı, latex ve non-latex seçimi yapılabilmelidir.
- 2.En az 150 X 150 mm boyutlarında
- 3.Esnek ve yırtılmayan özellikte olmalıdır.
- 4.Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

16 .) RETRAKSİYON SIVISI

1- % 20-30'luk Alüminyum klorid içeren solusyon olmalıdır.

2-Bir şişe içerisinde, 10-35 ml aralığında retraksiyon sıvısı olmalıdır. Değerlendirme mililitre fiyatı üzerinden yapılacaktır.

3-Ürün orijinal ambalajında ve kullanım kılavuzu olmalıdır.

4-Ürün ambalajının üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.

5-Ürünün, teslimat sırasında en az bir yıllık raf ömrü olmalıdır.

6-Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular

DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

17 .) Klorheksidin Kanal İçi Yıkama Solüsyonu

a-Sızdırmaz ışık geçirmez en az 100 ml'lik şişelerde olmalıdır.

b-İçeriği %2'lik Klorheksidin Glukonat'tan oluşmalıdır.

c-Kök kanal dezenfektanı olarak kullanılmak üzere imal edilmiş olmalıdır.

d-Satınalma Komisyonu'na ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 27.09.2021 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.