

T.C
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Diş Hekimliği Fakültesi

25.10.2024

Sayı : DT- 24/224
Konu : Teklif Talebi Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka/Model	Miktarı	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (KDVSİZ)	Toplam Fiyat (KDVSİZ)
1	PARMAK PROBU PEDIATRİK		5	ADET		
2	PARMAK PROBU YETİŞKİN		10	ADET		
3	ENTÜBASYON TÜPÜ DEĞİŞTİRİCİ		3	KUTU		
GENEL TOPLAM						

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satın Alma Birimi)
Fax : 0 (352) 438 06 10
E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 PARMAC PROBU PEDIATRİK

1. Hastanın parmağına takıldığında oksijenini ve nabzını göstermelidir.
2. Parmak üzerinden SpO₂ ve kalp atımını ölçebilen lipte olmalıdır.
3. SpO₂, Nabız atışını rakam ve grafik olarak iki renkli ekranda gösterebilmelidir.
4. Hafif ve küçük dizayn, çift renkli ekranı olmalıdır.
5. Basit kullamlı, küçük ve hafif, taşınabilir özellikte olmalıdır.
6. Düşük güç tüketimi özellikte olmalıdır.
7. 2 AAA pil ile çalışmalıdır. Piller proba birlikte verilir.
8. Düşük batarya uyarısı göstergeli olmalıdır.
9. Herhangibir kabloya gerek duymadan ve sensöre gerek duymadan anlık ölçüm yapabilen.
10. Otomatik kapanma özelliğine sahip olmalıdır.
11. Numuneler denenerek karar verilecektir.

2 PARMAC PROBU YETİŞKİN

1. Hastanın parmağına takıldığında oksijenini ve nabzını göstermelidir.
2. Parmak üzerinden SpO₂ ve kalp atımını ölçebilen lipte olmalıdır.
3. SpO₂, Nabız atışını rakam ve grafik olarak iki renkli ekranda gösterebilmelidir.
4. Hafif ve küçük dizayn, çift renkli ekranı olmalıdır.
5. Basit kullamlı, küçük ve hafif, taşınabilir özellikte olmalıdır.
6. Düşük güç tüketimi özellikte olmalıdır.
7. 2 AAA pil ile çalışmalıdır. Piller proba birlikte verilir.
8. Düşük batarya uyarısı göstergeli olmalıdır.
9. Herhangibir kabloya gerek duymadan ve sensöre gerek duymadan anlık ölçüm yapabilen.
10. Otomatik kapanma özelliğine sahip olmalıdır.
11. Numuneler denenerek karar verilecektir.

3 ENTÜBASYON TUPU DEĞİŞTİRİCİ

- 1-ÜRÜN ; ZOR ENTÜBASYONDA, TUP DEĞİŞTİRMEK İÇİN KULLANILMALIDIR.
- 2-ÜRÜN YARI SERT VE HAVA GEÇİŞİNİ SAĞLIYACAK LÜMENİ OLMALIDIR.
- 3- ÜRÜN ÜZERİNDE DERİNLİK İŞARETLERİ CM CİNSİNDEN OLMALI, BOY VE DIŞ ÇAP YAZILI OLMALIDIR.
- 4- KATETER LATEX VE X-RAY ÇİZGİ İÇERMEMELİDİR.
- 5- ÜRÜN AÇIK MAVİ RENKTE GÖVDELİ VE YUMUŞAK UCU RENK KODLU OLMALIDIR.
- 7- OKSİJEN KONNEKTÖRÜ VE ÜRÜN AYNI PAKETTE OLMALIDIR.
- 8- RENK KODLU YUMUŞAK UCUN BAŞLANGICINDA BİRBİRİNE PARELEL İKİ YAN VE BİR MERKEZ OLMAK ÜZERE ÜÇ HAVA ÇIKIŞI OLMALIDIR.
- 9- BOYLARI AŞAĞIDAKİ GİBİ OLMALIDIR.
- 10-ISO BELGELİ CE İŞARETLİ OLMALIDIR. UBB/ÜTS KAYITLI VE AB UYGUNLUK BEYANI (MDR),AB SERTİFİKASI (MDR) BELGELERİ OLMALIDIR.
- 11-ÜRÜN 3 FARKLI BOYDA OLMALIDIR,

CM. İŞARET ARALIĞI	BOY	UZUNLUK	TRAKEAL TUP BOYU	RENK KODU
5 CM. / 40 CM.	11 FR	80 CM.	> 4.00 MM	YEŞİL
5 CM. / 40 CM.	14 FR	80 CM.	> 5.00 MM	MAVİ
5 CM. / 40 CM.	19 FR	80 CM.	> 7.00 MM	TURUNCU
- 12- HER BOYDAN BİRER KUTU ALIM YAPILACAKTIR.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARDA YAZILI ÜRÜNÜN FEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İHTİBAREN **15 GÜN İÇERİSİNDE** DIŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ DEPOSUNA TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ GÖZETİMİNDE VE MESAI SAATLERİ İÇERİSİNDE EN GEÇ 17:00' E KADAR TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FIRMA ANTETLİ KAGITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN REDDEDİLİR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,KDV HARİÇ, **MARKASI** VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 04.11.2024 TARİHİNE KADAR DIŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.