

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Di Hekimliği Fakültesi

Di Hekimliği Fakültesi

09.03.2021

Sayı : /DT - 16

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Di Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan a a ıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Aytaç KUZLAK
Hastane Müdürü V.

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	SOND, ORAK	200	Adet
2 .	AYNA SAPI	200	Adet
3 .	PRESEL	100	Adet
4 .	PORTEGÜ	5	Adet
5 .	HEMOSTAT	5	Adet

TEKNİK ARTNAME

1.) SOND, ORAK

1. Alet paslanmaz çelikten olmalıdır.
2. Sondun ucu çengel şeklinde olmalıdır.
3. Aletin sapları kirlenmeye karşı düz pürüzsüz olmalıdır.
4. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinde herhangi bir bozulma ve korozyona uğramamalıdır.
5. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

2.) AYNA SAPI

1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat "1 adet" üzerinden olmalıdır.
2. Paslanmaz çelikten olmalı.
3. Üzerinde markası, menşei yazılı olmalıdır.
4. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinde herhangi bir bozulma ve korozyona uğramamalıdır.
5. Ayna sapı ilaçların yapışmaması için pürüzsüz, düz kolay temizlenebilir olmalıdır.
6. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

3.) PRESEL

1. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinde herhangi bir bozulmaya veya korozyona uğramamalı.
3. Polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalı.
4. CE belgesi olmalıdır.
5. Uçları birbiri ile iyi kapanmalıdır.
6. Numunesi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

4.) PORTEGÜ

- 1-Aletin sap kısmında, markanın yazılı olduğu alan dışında kalan bölgeler rahat bir kavrayış için özel tasarlanmış olmalıdır.
- 2-Portegü'nün dikey boyu en çok 14 cm olmalıdır.
- 3-Aletin kavrayıcı ucu cerrahi iğneyi işlem esnasında istenilmedikçe bırakmamalıdır.
- 4-Kavrayıcı uç en az 0.5 mm 1/1 oranında olmalıdır.
- 5-Tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve eklemler tam kapatıldıktan sonra ağızları birbirine aralıksız olarak oturmalıdır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

5.) HEMOSTAT

- 1- Uzun ve eğimli uçlu olmalıdır.
- 2- Üzerinde markası, katalog numarası ve CE işareti yazılı olmalıdır.
- 3- Sterilizatör, otoklav ve kimyasal solüsyon sterilizasyonuna dayanıklı olmalıdır.
- 4- ISO 9001 ve CE normlarına uygun olacaktır.
- 5- Paslanmaya, korozyona ve kırılmaya karşı üretici firma tarafından 3 yıl garantili olacaktır.
- 6- Satınalma komisyonunca numuneler değerlendirilecektir. Numunesi olmayan firmaların teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

NOT :

YUKARIDA C NS VE M KTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKL F DE ERLEND RMES SONUCU HANG F RMADA KALIR SE S PAR TAR H NDEN T BAREN 15 GÜN ÇER S NDE D HEK ML FAKÜLTES DEPOSUNA TESL M ED LECEKT R.

TEKL F MEKTUPLARI F RMA ANTETL KA ITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VER LMEYEN,AÇIK ADRES,KA E VE MZA OLMAYAN TEKL FLER DE ERLEND R LMEYE ALINMAYACAKTIR.

S L NT VE KAZINTI OLAN TEKL FLER REDDED L R.

TEKL F ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKL F KONUSU ZARFIN ÜZER NE YAZILI OLMALIDIR.

TEKL F ED LEN ÜRÜNLER N, MARKASI VE AMBALAJ EKL YAZILMALIDIR.

TEKL F ED LEN ÜRÜNLER N, B R M F YATI YAZILMALIDIR.

NUMUNES OLMAYAN F RMALARIN TEKL FLER DE ERLEND RMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKL FLER N EN GEÇ 15.03.2021 TAR H NE KADAR D HEK ML FAKÜLTES NE BIRAKILMASI GEREKMEKTED R.