

**T.C.**  
**Erciyes Üniversitesi**  
**Di Hekimliği Fakültesi**

**Di Hekimliği Fakültesi**

**09.03.2021**

**Sayı** : / DT - 15

**Konu** : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Di Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan a a ıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

**Aytaç KUZLAK**  
**Hastane Müdürü V.**

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1.	KANAMA DURDURUCU 2,5*2,5 CM (REOXCEL VEYA MUAD L )	180	Adet

## TEKNİK ARTNAME

### 1.) KANAMA DURDURUCU 2,5\*2,5 CM (REOXCEL VEYA MUADİL)

- 1) Hammaddesi okside edilmiş rejener selüloz olmalıdır. Hayvan bazlı madde içermemelidir.
- 2) Hemostatik özelliğe sahip olmalıdır.
- 3) En fazla 3-4 dakikada güvenli hemostaz sağlanmalıdır.
- 4) Eldiven ve cerrahi aletlere yapışmamalıdır.
- 5) Gama ışını ile steril edilmiş olmalıdır.
- 6) Materyal 7-14 gün içerisinde absorbe olmalıdır.
- 7) Poşetten çıkarıldığında pul pul dökülmemeli ve parçalanmamalı, kesildiğinde kan ve su ile temasında dağılmamalı, jelleşmemeli ve sertleşme yapmamalıdır.
- 8) Tek tek steril paketlerde olmalı, ürün dışarıda görünebilirliğini sağlayan şeffaf ambalajlarda olup, arka yüzünün raf ömrü boyunca bütünlüğünü koruyacak şekilde yırtılmayan, sıvı emmeyen, nem kapmayan malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 9) Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 3 (üç) yıl olmalıdır.
- 10) CE belgesi mevcut olmalıdır.
- 11) Ürün ebatları en az 2,5cm x 2,5 cm olmalıdır.
- 12) ÜTS'de (Ürün Takip Sistemi) kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

#### NOT :

YUKARIDA C NS VE M KTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRME SONUCU HANGİ F R MADA KALIR SE S PAR TAR H N DEN T BAREN 15 GÜN ÇER S NDE D HEK ML FAKÜLTES DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI F R M A ANTETLİK KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KALEVE MZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYELİNE ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLER.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ EKLE YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, B R M F YATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİZ OLMAYAN F R MALARIN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYELİNE ALINMAYACAKTIR.

**TEKLİFLERİN EN GEÇ 15.03.2021 TARİHİNE KADAR DHEK ML FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.**