

T.C  
Erciyes Üniversitesi  
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Diş Hekimliği Fakültesi

12.07.2024

Sayı DT- 24/51  
Konu Teklif Talebi Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ  
Şube Müdürü

S.N	Malzemenin Adı	Marka/Model	Miktarı	Ölçü Birim	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	FREZ AERATÖR ELMAS CHAMFER		3.000	ADET		
2	FREZ AERATÖR ELMAS FİSSÜR-PRT		1.500	ADET		
3	FREZ AERATÖR ELMAS LABUT-PRT		2.500	ADET		
4	FREZ AERATÖR ELMAS ALEV UÇLU-PRT		3.000	ADET		
5	RETRAKSİYON İPİ NO:0		200	ADET		
GENEL TOPLAM						

**İletişim Bilgileri :**

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satın Alma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

# DİŐ HEKİMLİĐİ UYGULAMA VE ARAŐTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĐÜ

## TEKNİK ŐARTNAME

### 1 FREZ AERATÖR ELMAS CHAMFER

- 1- Ürün aeratörde kullanıma uygun olmalı, orijinal ambalajı içerisinde olmalı, ürün ambalajı üzerinde kod numaraları olmalıdır.
- 2- CE ve ISO belgeleri olmalıdır.
- 3- Frezin toplam boyu 22 mm ile 23 mm arası olmalıdır.
- 4- Aktif aşındırma kısmının boyu 9,5 ile 10,5 mm aralığında, kalınlığı 1,5 ile 2,0 mm arasında olmalıdır.
- 5- En kalın olduđu yer 1,70 ile 1,90 mm aralığında, en ince olduđu yerde 0,90 ile 1,00 mm aralığında olmalıdır.
- 6- Yeşil, siyah, sarı ve kırmızı bantlı olmalı, istenilen adetler;  
YEŐİL BANTLI : 1.250 ADET  
ŐİYAH BANTLI : 250 ADET  
SARI BANTLI : 750 ADET  
KIRMIZI BANTLI : 750 ADET
- 7- Numuneler denenerek karar verilecektir.

### 2 FREZ AERATÖR ELMAS FİSSÜR-PRT

1. Teklif edilecek ürün orijinal kutusu veya ambalajı içerisinde olmalıdır.
2. Teklif edilecek ürün orijinal kutusu veya ambalajı üzerinde frezin boyutu belirtilmelidir.
3. Frezin markası, uluslararası çap ve boyutunu gösteren kod numaraları ambalajında olmalıdır.
4. Teklif edilecek ürünün Orijinal Kutusu veya ambalajı üzerinde CE belge ibaresi yazılı olmalıdır.
5. Yeşil-Sarı ve Kırmızı bantlı olmalıdır.
6. İstenen adetler;  
Yeşil Bantlı = 500 adet  
Sarı Bantlı = 500 adet  
Kırmızı Bantlı = 500 adet
- 7- Numuneler denenerek karar verilecektir.

### 3 FREZ AERATÖR ELMAS LABUT-PRT

1. Ürün aeratörde kullanıma uygun olmalı, orijinal ambalajı içerisinde olmalı, ürün ambalajı üzerinde kod numaraları olmalıdır.
2. Teklif edilecek ürünün Orijinal Kutusu veya ambalajı üzerinde CE belge ibaresi yazılı olmalıdır.
3. Yeşil-Sarı-Kırmızı ve Siyah bantlı olmalı, tombul boyu 1,9 ile 1,20 mm; aktif aşındırma kısmı 4,3 ile 4,5 mm arasında olmalı
4. İstenen adetler;  
Yeşil Bantlı = 1.000 adet  
Sarı Bantlı = 300 adet  
Kırmızı Bantlı = 800 adet  
Őiyah Bantlı = 400 adet
5. Numuneler denenerek karar verilecektir.

### 4 FREZ AERATÖR ELMAS ALEV UÇLU-PRT

1. Ürün aeratörde kullanıma uygun olmalı, orijinal ambalajı içerisinde olmalı, ürün ambalajı üzerinde kod numaraları olmalıdır.
2. Teklif edilecek ürünün Orijinal Kutusu veya ambalajı üzerinde CE belge ibaresi yazılı olmalıdır.
3. Yeşil-Sarı-Kırmızı ve Siyah bantlı olmalı, aktif aşındırma kısmı 1,0 ile 1,5 mm arasında olmalı, en kalın kısmı 1,5 mm olmalı, en ince olduđu aşındırma kısmı 0,4 ile 0,5 mm olmalı, frezin toplam boyu 22 mm ile 23 mm olmalıdır.
4. İstenen adetler;  
Yeşil Bantlı= 1.000 adet  
Sarı Bantlı = 300 adet

Kırmızı Bantlı = 1.000 adet

Siyah Bantlı = 700 adet

5. Numuneler denenerek karar verilecektir.

### 5 RETRAKSİYON İPİ NO:0

1. Teklif edilecek ürünlerden, 50 adet 0 numara, 50 adet 00 numara, 100 adet 000 numara olacaktır.
2. Elastik olmalıdır.
3. Retraksiyon sıvısını emebilecek kapasitede olmalıdır.
4. Ürün içeriği, en az 180 cm ip olmalıdır.
5. Retraksiyon işlemi sırasında kopmamalıdır.
6. Teklif edilecek ürün orijinal kutusu veya ambalajı içerisinde kullanım kılavuzu ile birlikte olmalıdır.
7. Ürünün son kullanma tarihi, üzerinde veya ambalajında yazılı olmalı ve teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.
8. Teklif edilen ürünlerin İhale Komisyonunca değerlendirilmesi aşamasında, idari ve teknik şartnamelerdeki ilgili hükümler doğrultusunda, ürün numuneleri ile birlikte ürün broşürleri ve/veya katalogları da isteklilerden talep edilecektir. Bu talebin karşılanmadığı teklif kalemleri, İhale Komisyonu tarafından DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
9. İhale komisyonu gerek duyması halinde, teklif edilen ürünleri, numunesini deneyerek değerlendirilecektir. Kullanılan numuneler için ilgili firma ücret talep etmeyecektir.

### NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARDA YAZILI ÜRÜNÜN FEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İHTİBAREN **15 GÜN İÇERİSİNDE** DIŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ DEPOSUNA TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ GÖZETİMİNDE VE MESAI SAATLERİ İÇERİSİNDE EN GEÇ 17:00' E KADAR TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FIRMA ANTETLİ KAGITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMİYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN REDDEDİLİR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, KDV HARIÇ, **MARKASI** VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

**NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.**

**TEKLİFLERİN EN GEÇ 22/07/2024 TARİHİNE KADAR DIŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.**