

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Di Hekimliği Fakültesi

Di Hekimliği Fakültesi

27.04.2021

Sayı : / DT - 29

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Di Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan a a ıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Aytaç KUZLAK
Hastane Müdürü V.

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1.	O.C. M N V DA 5 MM (YEN)	1000	Adet
2.	O.C. M N V DA 7 MM (YEN)	100	Adet
3.	ORTOGNAT K CERRAH M N V DA T TANYUM K L TS Z 6MM	400	Adet

TEKNİK ARTNAME

1.) O.C. M N V DA 5 MM (YENİ)

- 1) Mini vidalar çeneilerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasial ameliyatlarında kullanılabilirlerdir.
- 2) Vidaların çapı 2,0 mm ± 0,1 mm olmalıdır.
- 3) Vidalar, titanyum kaynaklı Ti6Al-4V alaşımdan yapılmış olmalıdır. Bu alaşımından üretildiğine dair bağımsız laboratuvar sonuçları ibraz edilebilir olmalıdır.
- 4) Self tapping ve acil vidalar ayrı renk kodlu olmalıdır. Self tapping vidaların en fazla 1 (bir) adet kesici bıçağı olmalıdır.
- 5) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalıdır.
- 6) Çene kemiği içinde vida yuvalarını hazırlamak için çapı en fazla 1,5 mm olan driller firma tarafından verilmelidir.
- 7) Mini vidalar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafından verilecektir.
- 8) Set içerisinde en az iki adet tornavida bulunmalıdır. Tornavida ile vidalar arasında tam uyum olmalı, tornavida uçları vidaları sıkıca kavramalı ve kemik fiksasyonu esnasında tornavida ucundan kolayca ayrılmamalıdır.
- 9) Ürünler ile birlikte firmaya ait orijinal olan manuel ve döner aletler ile çalışabilen cerrahi 90° açılı tornavida seti servis olarak sunulmalıdır.
- 10) Teklif edilen ürünlerin, Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olduklarını tasdik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilmelidir.
- 11) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 12) Teklif veren firmalar, ihale sırasında değerlendirilmek üzere en az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir.
- 13) Ürünler orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarası, CE işareti, TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir.
- 14) Ürünlerin en az 5 (beş) yıllık uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış literatür desteği olmalıdır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMİYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

2.) O.C. M N V DA 7 MM (YEN)

- 1) Mini vidalar çenelelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasial ameliyatlarında kullanılabilirlerdir.
- 2) Vidaların çapı 2,0 mm ± 0,1 mm olmalıdır.
- 3) Vidalar, titanyum kaynaklı Ti6Al-4V alaşımdan yapılmış olmalıdır. Bu alaşımından üretildiğine dair bağımsız laboratuvar sonuçları ibraz edilebilir olmalıdır.
- 4) Self tapping ve acil vidalar ayrı renk kodlu olmalıdır. Self tapping vidaların en fazla 1 (bir) adet kesici bıçağı olmalıdır.
- 5) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalıdır.
- 6) Çene kemiği içinde vida yuvalarını hazırlamak için çapı en fazla 1,5 mm olan driller firma tarafından verilmelidir.
- 7) Mini vidalar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafından verilecektir.
- 8) Set içerisinde en az iki adet tornavida bulunmalıdır. Tornavida ile vidalar arasında tam uyum olmalı, tornavida uçları vidaları sıkıca kavramalı ve kemik fiksasyonu esnasında tornavida ucundan kolayca ayrılmamalıdır.
- 9) Ürünler ile birlikte firmaya ait orijinal olan manuel ve döner aletler ile çalışabilen cerrahi 90° açılı tornavida seti servis olarak sunulmalıdır.
- 10) Teklif edilen ürünlerin, Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olduklarını tasdik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilmelidir.
- 11) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 12) Teklif veren firmalar, ihale sırasında değerlendirilmek üzere en az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir.
- 13) Ürünler orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarası, CE işareti, TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir.
- 14) Ürünlerin en az 5 (beş) yıllık uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış literatür desteğı olmalıdır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

3.) ORTOGNAT K CERRAH M N V DA T TANYUM K L TS Z 6MM

- 1) Mini vidalar çenelelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasial ameliyatlarında kullanılabilirlerdir.
- 2) Vidaların çapı 2,0 mm ± 0,1 mm olmalıdır.
- 3) Vidalar, titanyum kaynaklı Ti6Al-4V alaşımdan yapılmış olmalıdır. Bu alaşımından üretildiğine dair bağımsız laboratuvar sonuçları ibraz edilebilir olmalıdır.
- 4) Self tapping ve acil vidalar ayrı renk kodlu olmalıdır. Self tapping vidaların en fazla 1 (bir) adet kesici bıçağı olmalıdır.
- 5) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalıdır.
- 6) Çene kemiği içinde vida yuvalarını hazırlamak için çapı en fazla 1,5 mm olan driller firma tarafından verilmelidir.
- 7) Mini vidalar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafından verilecektir.
- 8) Set içerisinde en az iki adet tornavida bulunmalıdır. Tornavida ile vidalar arasında tam uyum olmalı, tornavida uçları vidaları sıkıca kavramalı ve kemik fiksasyonu esnasında tornavida ucundan kolayca ayrılmamalıdır.
- 9) Ürünler ile birlikte firmaya ait orijinal olan manuel ve döner aletler ile çalışabilen cerrahi 90° açılı tornavida seti servis olarak sunulmalıdır.
- 10) Teklif edilen ürünlerin, Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olduklarını tasdik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilmelidir.
- 11) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 12) Teklif veren firmalar, ihale sırasında değerlendirilmek üzere en az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir.
- 13) Ürünler orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarası, CE işareti, TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir.
- 14) Ürünlerin en az 5 (beş) yıllık uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış literatür desteğı olmalıdır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

NOT :

YUKARIDA C NS VE M KTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKL F DE ERLEND RMES SONUCU HANG F RMADA KALIR SE S PAR TAR H N DEN T BAREN 15 GÜN ÇER S NDE D HEK ML FAKÜLTES DEPOSUNA TESL M ED LECEKT R.

TEKL F MEKTUPLARI F RMA ANTETL KA ITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VER LMEYEN,AÇIK ADRES,KAE VE MZA OLMAYAN TEKL FLER DE ERLEND R LMEYE ALINMAYACAKTIR.

S L NT VE KAZINTI OLAN TEKL FLER REDDED L R.

TEKL F ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKL F KONUSU ZARFIN ÜZER NE YAZILI OLMALIDIR.

TEKL F ED LEN ÜRÜNLER N, MARKASI VE AMBALAJ EKL YAZILMALIDIR.

TEKL F ED LEN ÜRÜNLER N, B R M F YATI YAZILMALIDIR.

NUMUNES OLMAYAN F RMA LARIN TEKL FLER DE ERLEND RMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKL FLER N EN GEÇ 03.05.2021 TAR H NE KADAR D HEK ML FAKÜLTES NE BIRAKILMASI GEREKMEKTED R.