

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

6.07.2022

Sayı : / DT - 68

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Aytaç KUZLAK
Hastane Müdürü V.

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	BUHAR İNDİKATÖRÜ, KİMYASAL, KLAS 5	10000	Adet
2 .	BUHAR İNDİKATÖRÜ, KİMYASAL, KLAS 6	200000	Adet
3 .	PAMUK RULO	650	Paket

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1.) BUHAR İNDİKATÖRÜ, KİMYASAL, KLAS 5

- 1- 134° C ön vakumlu buhar otoklavlarında paket içi kullanımın yanı sıra yük kontrolü (çevrim) için de kullanılabilmelidir.
- 2- Belirlenmiş değerleri (Statedvalue) biyolojik indikatörler için verilen performans gerekliliklerine eşdeğer ya da daha fazla olacak şekilde üretilmiş olmalıdır.
- 3- İndikatörün aktivasyonu TS EN ISO 18472 de biyolojik indikatörler için belirtilen D ve Z değerleri ile ilişkilendirilmiş olmalıdır.
- 4- 18472 'e uygun üretilmiş ve resistometre raporları ile doğrulanmış olmalı ve bu raporlar teklif dosyasında bulunmalıdır.
- 5- EN ISO 11140-1 Class 5 entegratör özelliğinde olmalıdır.
- 6- Entegratör buhar sırasında oluşan neme karşı bariyer oluşturan alüminyum folyodan yapılmış olmalıdır.
- 7- Özel tablet içerisindeki kimyasal maddenin ilerlemesi pencereden izlenebilmelidir.
- 8- Entegratör sterilizasyondan sonra insan hatasına sebebiyet vermemesi için net ve anlaşılır sonuç vermeli ve sonuç yoruma dayanmamalıdır.
- 9- Kimyasal madde non-toksik olmalı, steril olan malzemeye transfer olsa bile herhangi bir zarar vermemelidir.
- 10- İndikatörün kullanılabileceği sterilizasyon çevrimleri, ürün lot numarası, üretim tarihi ve son kullanma tarihi her strip üzerinde bulunmalıdır.
- 11- Sterilizasyon sonunda indikatörde çekme, buruşma, kağıt/filmden ayrılma olmamalıdır.
- 12- İndikatör test sonucunu değerlendirmek için problemin nereden kaynaklandığını gösteren yeterli sayıda gösterge tablosu ücretsiz olarak temin edilmelidir
- 13- Sterilizasyon sonrası renk değişimi kayıt için enaz 1 yıl sabit kalmalıdır.
- 14- Teslim tarihi itibari ile en az 3 yıl miatlı olmalıdır.
- 15- Normal oda şartlarında (15-30 0 C, % 35-60 nem) saklanabilmelidir.

2 .) BUHAR İNDİKATÖRÜ, KİMYASAL, KLAS 6

- Buhar sterilizatörlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
- Çok parametrelili indikatör zaman,doymuş buhar ve sıcaklığa duyarlı olmalıdır.
- Sterilizasyon parametrelerinde bir sorun varsa renk değişimi “referans renk” ten farklı tonlarda olacaktır.
- İndikatörün sunduğu sonuç objektif olup yoruma dayanmamalı objektif bir sonuçla kullanıcıya yardımcı olmalıdır.
- İndikatör optimum sonuç verebilmesi için 134 derecede 3,5 dakikalık çevrim gösterecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- Aynı indikatör 121 derece çevrimde çalışacak programada uygun olmalıdır.
- Iso 11140-1 Class 6 standartlarına göre üretilmiş olmalıdır.
- Üretim ve son kullanma tarihi, lot numarası hangi standada göre üretildiği ve hangi sterilizasyon yöntemine ait olduğu yalnız kutu üzerinde değil indikatörlerinde üzerinde bulunmalıdır.
- İşlem görmüş indikatörün renk değişimi homojen olmalıdır.
- İndikatör film kaplı olmalıdır. İndikatör non-toksit olmalıdır.
- İndikatörde kullanılan film sterilizasyon sürecinde çekme, buruşma, yapışma vb. defektlere izin vermemelidir.
- Sterilizasyon sonrası renk değişimi kayıt için en az 1 yıl sabit kalmalıdır.
- Yorum yapabilmek için ürün üzerinde referans renkleri bulunmalıdır.Ayrıca renk değişim tablosu verilmelidir.
- Teslim tarihi itibari ile en az 2 yıl miatlı olmalıdır.
- Normal oda şartlarında (15-30 C , %35-60 nem) saklanabilmelidir.

3 .) PAMUK RULO

1. %100 Saf pamuk olmalıdır.
2. 50'şer adet sarılmış en az 600 lük orijinal ambalajında olmalıdır.
3. 2 numara olmalıdır.
4. Emici özelliği yüksek olmalı, ağız içinde dağılmamalıdır.
5. Rulo pamuklar çok sert olmamalıdır.
6. Teklifle birlikte numune verilmelidir.
7. Komisyonumuz tarafından numuneler denenerek alınacaktır.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.
ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.
TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.
NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
<u>TEKLİFLERİN EN GEÇ 18.07.2022 TARİHİNE KADAR DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.</u>