

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

1.08.2022

Sayı : / DT - 78

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Aytaç KUZLAK
Hastane Müdürü V.

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	4/0 İPEK 18MM 3/8 TERS KESKİN 75 CM	240	Adet
2 .	PERİODONTAL POLİSAJ LASTİĞİ	3000	Adet
3 .	6/0 PROPİLEN 16 MM 1/2 YUVARLAK 60 CM	120	Adet
4 .	5/0 VICRYL 16 MM 1/2 75 CM YUVARLAK	240	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1.) 4/0 İPEK 18MM 3/8 TERS KESKİN 75 CM

A. GENEL ÖZELLİKLER:

1. Dış ambalaj açılırken sterilizasyon bozulmaması için açma kulakçıkları uygun boyutta ve kolay açılabilir.
2. Ambalajlar makas veya başka malzeme kullanmasını gerektirmeksizin kolayca açılmalıdır.
3. İplikler kullanım esnasında tiftiklenmeye karşı dayanıklı olmalı, düğümlene ve suture esnasında deforme olmamalı ve kopmamalıdır.
4. Düğüm emniyeti ve kayıp oturma yeteneği olmalıdır.
5. İğneli ipliklerde teslim edilecek malzemenin iğnesi ihale listesinde belirtilen özellikte olacaktır. İplik çapı ile iğne çapı uyumlu olacak, doku harabiyetine yol açmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Dokudan direnç göstermeden geçmeli, bükülme, kırılma yapmamalıdır. İğne ile iplik birleşim noktası sağlam ve pürüzsüz olmalı, kolayca kopmamalıdır.
6. İğneler kolayca bükülmeye ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
7. İğne gövdesi portegüden kolayca kaymayacak özelliğe sahip olmalıdır.
8. İğnenin gövde yüzeyi pürüzsüz olmalı ve iğne keskinliğini / sivrilğini operasyon boyunca devam ettirmelidir. İğne dokudan geçerken iplik kısmı dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemelidir.
9. Ürün teknik özelliklerini kontrol ve mukayese amacıyla, bitmiş ürünle ilgili üretim raporu (finished product specification) ve ürün gerilme test raporları (tensile strength test report) istenildiğinde ihale komisyonuna verilecektir.
10. Ürün Avrupa menşeli veya yerli üretim olmalıdır.
11. Teslim tarihi itibarıyla miadı en az 2 yıl olmalıdır.
12. Saf ipek materyalinden imal edilmiş ve multiflam an olmalıdır.

B. AMBALAJLAMA

Birim Ambalajı:

1. Cerrahi iplikler, kullanım anına kadar sterilitésinin korunmasını sağlayacak şekilde iç ve dış olmak üzere iki ayrı ambalajdan meydana gelmelidir.
2. Dış ambalaj yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen özellikte olmalıdır.
3. Suture iç ambalajı yırtılmayan, su ve nemden etkilenmeyen hammaddeden yapılmış olmalıdır.
4. Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olacaktır. Bu bilgiler iç ambalaj üzerinde tahrip edilemeyecek ve söküp çıkarılmayacak şekilde işlenmiş olmalıdır
- a. İmalatçı firmanın ticari adı ve /veya kısa adı,
- b. İğne cinsi (yuvarlak, keskin uçlu) iğne adedi (tek çift olduğu görülecek şekilde) iğne boyu(mm olacak)
- c. İğne büyüklüğü 1/1 oranında profil resmi
- d. Suture cinsi (muhteviyatı)
- e. Suture kalınlığı metrik ve USP olarak
- f. Suture uzunluğu
- g. Suture rengi
- h. Steril ibaresi sterilizasyon metodu
- i. Üretim son kullanma tarihi
- j. Ürüne ait barkodu

Kutu Ambalajı:

1. Orjinal kutularda ambalajlanmış olmalı, içerisinde birim ambalajından kaç adet olduğu belirtilmelidir.
2. Seri veya kontrol numarası olmalıdır.

4-0 İPEK DİKİŞ MATERYALİ

1. Düğüm güvenliğinin, iğne kalınlığının, suture malzemesinin kalitesi değerlendirilecektir bu amaçla numune bırakan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2. İğnesi en az 18 mm. en fazla 19 mm. uzunluğunda 3/8 ters keskin iğneli olmalıdır.
3. İpi en az 75 cm. uzunluğunda olmalıdır.
4. Non kapiller örgülü, siyah olmalıdır.
5. Numuneler denenerek karar verilecektir.

2 .) PERİODONTAL POLİSAJ LASTİĞİ

- 1) Lastikler silikondan yapılmış olmalı
- 2) Metal mandren ile birleşik olmalı, ayrılmamalı
- 3) Lastikler beyaz renkli olmalı
- 4) Otoklavda steril edilebilmeli
- 5) Beyaz kapaklı şeffaf bir kutunun içinde en az 100, en fazla 200 adet olmalı
- 6) Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

3 .) 6/0 PROPİLEN 16 MM 1/2 YUVARLAK 60 CM

- 1-İğnesi 16mm uzunluğunda 3/8 yuvarlak iğneli olmalıdır
- 2-İplik en az 75 cm(tercihen 90 cm) olmalıdır
- 3-Sağlam olmalıdır
- 4-Örgüsüz(monofilament) olmalıdır
- 5-İç ambalajdan çıkarılma esnasında kesinlikle birbirine dolaşmamalıdır
- 6-Adet ve iplik uzunluklarının ambalaj ve kutu üzerinde yazılı olması gereklidir
- 7-Raf ömrü teslim tarihinden en az 3 yıl olmalıdır
- 8-Cerrahi sutur genel teknik şartnamesine uygun olmalıdır
- 9-İğne kalınlığının değerlendirilebilmesi için numune bırakılması gereklidir. numune bırakmayan firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

4 .) 5/0 VICRYL 16 MM 1/2 75 CM YUVARLAK

- 1-İğnesi 16mm uzunluğunda 1/2 yuvarlak iğneli olmalıdır
- 2-İplik en az 75 cm olmalıdır
- 3-Sağlam olmalıdır(numune bırakmayan firmaların ürünleri denenemeyeceğinden değerlendirmeye alınamayacaktır)
- 4-İç ambalajdan çıkarılma esnasında kesinlikle birbirine dolaşmamalıdır
- 5-Adet ve iplik uzunluklarının ambalaj ve kutu üzerinde yazılı olması gereklidir
- 6-Raf ömrü teslim tarihinden en az 3 yıl olmalıdır

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 08.08.2022 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.