

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

1.08.2022

Sayı : / DT - 79

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Aytaç KUZLAK
Hastane Müdürü V.

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	PAPER POİNT 30	500	Kutu
2 .	PAPER POİNT 35	500	Kutu
3 .	KANAL EĞESİ C TİPİ NO:6	200	Paket
4 .	KANAL EĞESİ C TİPİ NO:8	200	Paket
5 .	KANAL EĞESİ C TİPİ NO:10	250	Paket
6 .	PARMAK SPREDER NO:25	400	Paket
7 .	KANAL EĞESİ K TİPİ NO:6	500	Paket
8 .	KANAL EĞESİ K TİPİ NO:8	500	Paket
9 .	KLORHEKSİDİN KANAL İÇİ YIKAMA SOLÜSYONU	60	Adet
10 .	RETRAKSİYON İPİ NO:1	60	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

11 .	GEÇİCİ DOLGU MADDESİ	60	Adet
12 .	METAL MATRİKS SİSTEMİ	20	Adet

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) PAPER POINT 30

- a- Biyolojik olarak nötral olmalıdır.
- b- Absorbe edici özelliği yüksek olmalıdır
- c- Fabrikasyon olmalıdır, mm'lik işaretlenmiş olmalı, bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
- d- MM'lik işaretlendirme dereceleri 18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir.
- e- Her kutu tek bir numara paper point içermeli.
- f- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- g- Kutu içinde en az 200 adet olmalıdır.
- h- CE belgesi olmalıdır

2 .) PAPER POINT 35

- a- Biyolojik olarak nötral olmalıdır.
- b- Absorbe edici özelliği yüksek olmalıdır
- c- Fabrikasyon olmalıdır, mm'lik işaretlenmiş olmalı, bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
- d- MM'lik işaretlendirme dereceleri 18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir.
- e- Her kutu tek bir numara paper point içermeli.
- f- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- g- Kutu içinde en az 200 adet olmalıdır.
- h- CE belgesi olmalıdır

3 .) KANAL EĞESİ C TİPİ NO:6

- Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- Eğelerin sapında bıçakların hemen üstünde derinlik ölçüm çizgileri olmalıdır.
- Eğelerin uçları piramit şeklinde olmalıdır.
- Eğelerin kesitleri kare formunda olmalıdır.
- Eğelerde lastik stoper olmalıdır.
- Eğelerin tutulan kısımları silikon esaslı bir maddeden yapılmış olmalıdır.
- Eğeler 25 mm sap kısmı hariç 25 mm uzunlukta olmalıdır.
- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

4 .) KANAL EĞESİ C TİPİ NO:8

- Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- Eğelerin sapında bıçakların hemen üstünde derinlik ölçüm çizgileri olmalıdır.
- Eğelerin uçları piramit şeklinde olmalıdır.
- Eğelerin kesitleri kare formunda olmalıdır.
- Eğelerde lastik stoper olmalıdır.
- Eğelerin tutulan kısımları silikon esaslı bir maddeden yapılmış olmalıdır.
- Eğeler sap kısmı hariç 25 mm uzunlukta olmalıdır.
- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

5 .) KANAL EĞESİ C TİPİ NO:10

- Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- Eğelerin sapında bıçakların hemen üstünde derinlik ölçüm çizgileri olmalıdır.
- Eğelerin uçları piramit şeklinde olmalıdır.
- Eğelerin kesitleri kare formunda olmalıdır.
- Eğelerde lastik stoper olmalıdır.
- Eğelerin tutulan kısımları silikon esaslı bir maddeden yapılmış olmalıdır.
- Eğeler sap kısmı hariç 25 mm uzunlukta olmalıdır.
- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

6 .) PARMAK SPREDER NO:25

- a- Blister ambalaj şeklinde olmalıdır.
- b- Parmakta uygulanabilir tipte, plastik saplı ve lastik durduruculu, renklendirilmiş numara kodlarında olmalıdır.
- c- Sterilizasyona uygun olmalıdır.
- d- En az 25 mm boyunda olmalıdır.
- e- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

7 .) KANAL EĞESİ K TİPİ NO:6

- a- Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı.
- b- Eğelerin her bir kutusu veya blister ambalajı 6 (adet) ayrı ebatta ege içermeli.
- c- Eğelerde lastik stoper olmalıdır.
- d- Eğeler otoklavlanabilir olmalı, sterilizasyon sonrası herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır.
- e- Eğeler 25 mm uzunlukta olmalıdır.
- f- Eğeler kare kesitli olmalı, sap kısmında eğenin tipi sembolik olarak gösterilmelidir.
- g- Yüklenici firma, ürün teslim aşamasında ana üretici firmadan veya Türkiye distribütöründen ürün lot numaralarının orijinalliğini belgelemelidir.
- h- Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası, eğenin tipi ve boyutları CE belge ibaresi ve numarası, kutu veya ambalaj içeriğindeki ege adeti yazılı olmalıdır.
- i- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.
- j- Teslim tarihinden itibaren raf ömrü en az 3 (üç) yıl olmalıdır.

8 .) KANAL EĞESİ K TİPİ NO:8

- a- Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı.
- b- Eğelerin her bir kutusu veya blister ambalajı 6 (adet) ayrı ebatta ege içermeli.
- c- Eğelerde lastik stoper olmalıdır.
- d- Eğeler otoklavlanabilir olmalı, sterilizasyon sonrası herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır.
- e- Eğeler 25 mm uzunlukta olmalıdır.
- f- Eğeler kare kesitli olmalı, sap kısmında eğenin tipi sembolik olarak gösterilmelidir.
- g- Yüklenici firma, ürün teslim aşamasında ana üretici firmadan veya Türkiye distribütöründen ürün lot numaralarının orijinalliğini belgelemelidir.
- h- Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası, eğenin tipi ve boyutları CE belge ibaresi ve numarası, kutu veya ambalaj içeriğindeki ege adeti yazılı olmalıdır.
- i- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.
- j- Teslim tarihinden itibaren raf ömrü en az 3 (üç) yıl olmalıdır.

9 .) KLORHEKSİDİN KANAL İÇİ YIKAMA SOLÜSYONU

- a-Sızdırmaz ışık geçirmez en az 100 ml'lik şişelerde olmalıdır.
- b-İçeriği %02'lik Klorheksidin Glukonat'tan oluşmalıdır.
- c-Kök kanal dezenfektanı olarak kullanılmak üzere imal edilmiş olmalıdır.
- d-Satınalma Komisyonu'na ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 .) RETRAKSİYON İPİ NO:1

- 1-1 numaralı olmalıdır.
- 2-Elastik olmalıdır.
- 3-Retraksiyon sıvısını emebilecek kapasitede olmalıdır.
- 4-Bir şişenin içinde 180-280 cm arasında ip olmalıdır. Fiyat cm fiyatı üzerinden değerlendirilecektir
- 5-Retraksiyon işlemi sırasında kopmamalıdır,
- 6-Ürün orijinal ambalajında ve kullanım kılavuzu olmalıdır.
- 7-Ürün ambalajının üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
- 8-Ürünün, teslimat tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıllık raf ömrü olmalıdır.
- 9-Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

11 .) GEÇİCİ DOLGU MADDESİ

1. Kaviteleeri geçici olarak doldurmak için kullanılmalı.
2. Nemli ortamda kendiliğinden sertleşebilmeli.
3. Sertleşme birkaç dakika içinde başlamalıdır.
4. Kavite içerisine kolayca uygulanabilmeli, dökülme göstermemeli, el aletlerine yapışmamalı.
5. Net ağırlığı en az 28 gr.lık pasta şeklinde orijinal ambalajında olmalıdır.
6. Ojenol içermemeli, radyopak olmalı.
7. Kutusu üzerinde üretici firma adı, üretim ve son kullanma tarihleri, CE belgesi ibaresi bulunmalı.
8. Son kullanım tarihi teslim tarihi itibari ile en az 2 yıl olmalı.
9. Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
10. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 .) METAL MATRİKS SİSTEMİ

1. Özel tutucusu ile kullanılmalıdır.
2. 0,05 mm kalınlığında olmalıdır.
3. Farklı yüksekliklerde(5 mm ve 6.3mm) kullanıma hazır olmalıdır.
4. Kutu içinde 50 adet metal matrix bandı bulunmalı. Tercih edilen şekli komisyonca belirlenecektir.
5. Özel tutusu 135oC 'de steril edilebilmelidir.
6. 5 (Beş) kutuda bir adet özel tutucu verilmedir.
7. Tutucu matrisks bandını tam olarak sıkıştırabilecek mekanizmaya sahip olmalıdır.
8. Ürün CE belgesi olmalıdır.
9. Numunesi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 08.08.2022 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.