

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

4.08.2022

Sayı : / DT - 82

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Aytaç KUZLAK
Hastane Müdürü V.

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	SİLÂNE	6	Adet
2 .	BOND-5. JENERASYON	3	Adet
3 .	KOMPOZİT BİTİRME VE CİLA DİSKLERİ (50'Lİ PAKET)	50	Paket
4 .	POLİSAJ SİRİAL DİSKLERİ (TWİST DİA)	5	Kutu
5 .	BANT, MATRİKS, YENGEÇ	500	Paket
6 .	ÖNLÜK, HASTA	1000	Rulo

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) SİLANE

1. Porselen primer rezin simanlar ile porselen restorasyonlar arasındaki bağlantıyı güçlendirmelidir.
2. Porselen restorasyonları kontaminasyondan korumalıdır.
3. Rezine ile porselen restorasyon arasında kimyasal ve mikro mekanik bağlantı gücünü artırmalıdır.
4. Bağlantı yüzeyleri arasında sızıntı ihtimaline karşı direnç sağlamalıdır.
5. Raf ömrü boyunca üstün kimyasal özelliklerini koruyabilmelidir.
6. Porselen tamiri ve porselen restorasyonunda kullanılabilmelidir.
7. Raf ömrü teslim tarihi itibarıyla en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
8. Numuneler denenerek karar verilecektir.

2 .) BOND-5. JENERASYON

- 1- Ürün nano teknoloji ile üretilmiş olmalıdır.
- 2- Ürün içeriğinde en az % 10 nano doldurucu olmalıdır.
- 3- Ürün, çalkalama gerektirmeden kullanıma hazır olmalıdır.
- 4- Adeziv şişesi tek elle kullanılabilmeli ve şişenin damlacık büyüklüğü ayarlanabilir özellikte bir kapağı olmalıdır.
- 5- İçerisinde aseton bulunmamalıdır.
- 6- Ürün HEMA içermelidir.
- 7- Ürün; ön ve arka dişlerin kompozit restorasyonlarında, kompozit ve porselen veneer yapımında, kök hassasiyetinin giderilmesinde, kırık porselen dişlerin tamirinde, kompozit tamirinde ve eski amalgam dolgunun üstüne kompozit yapımında kullanılabilmelidir.
- 8- Ürünün orijinal ambalajı içerisinde, primer ve adezivi birlikte içeren en az 5 ml.lik şişe ve Türkçe kullanım kılavuzu yer almalıdır.
- 9- Son kullanma tarihi teslim tarihi itibarıyla 18 ay olmalıdır.
- 10- CE belgeli olmalıdır.
- 11- Ürün numunesi komisyonca değerlendirilecektir.

3 .) KOMPOZİT BİTİRME VE CİLA DİSKLERİ (50'Lİ PAKET)

- 1.Ürün; kompozit, kompomer, metal ve seramik malzemelerin cilalanmasında kullanılabilirliktir.
- 2.Ürün; anterior ve posterior restorasyonların fasial ve lingual marjinlerinde çift taraflı olarak kullanılabilirliktir.
- 3.Kalınlıkları simgeleyen en az 4 renk olmalıdır.Kalından süper inceye dört aşındırma derecesi ve normal ile ekstra ince olarak iki disk kalınlığına sahip olmalıdır.
- 4.Her pakette 50 adet refil olarak temin edilebilirliktir.
- 5.Ürünün istentğinde her kalınlıktaki disklerinin yedekleri temin edilebilirliktir.
- 6.Anterior dişlerin fasiyal ara yüzlerini zımpara yapabilmek için uygun ince kenarlara sahip olmalıdır.
- 7.Patentli bir mandren sistemine sahip olmalı ve bu özelliği sayesinde diskler kolayca değiştirilebilirliktir.
- 8.Her 100 adet disk için 1 (bir) adet mandren bulunmalıdır.
- 9.Mandren anguldruva ile uyumlu olmalıdır ve paslanmamalıdır.
- 10.Frez standı ile birlikte otoklava girebilirliktir.
- 11.Ürün; CE standartlarına uygun olmalıdır ve bu özelliği orjinal ambalajı üzerinde belirtilmelidir.
- 12.Ürün numunesi test edilecektir. Numunesi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 13.Ürün istenilen kalınlık boyutları komisyon tarafından seçilecektir.

4 .) POLİSAJ SİRİRAL DİSKLERİ (TWİST DİA)

1. Kutu içerisinde 3 adet ön polisaj + 3 adet yüksek parlaklıkta polisaj disk olmalıdır.
2. Ön polisaj,yumuşak grenli, yüksek parlaklıkta polisaj,sert grenli olmalıdır.
3. Kolay sterilize edilebilir ve yeniden kullanılabilir olmalıdır.
4. Numuneler denenerek karar verilecektir, numunesi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 .) BANT, MATRİKS, YENGEÇ

- 1-Paslanmaz çelikten olmalı.
- 2-2 ve 3 delikli olmalı.
- 3-Her bir pakette en az 12 adet bant olmalı.
- 4-CE belgesi bulunmalıdır.
- 5-Klinikte kullanılan yengeç matriks taşıyıcıları ile uyumlu olmalıdır.
- 6-Poşet üzerinde markası, imalat yeri, firma adı ve ürün boyutları belirtilmiş olmalıdır.
- 7-Boyut ve numaraları;
15 numara : 450 adet
13 numara : 50 adet
- 8-Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

6 .) ÖNLÜK, HASTA

- 1.En az 80 (seksen)'lik paketlerde olmalı ve 50*60 cm boyutlarında olmalıdır.
- 2.Dış yüzü sıvıları emici kağıt veya pamuk, iç yüzü hastayı ıslaklıktan koruyacak naylon olacak.
- 3.Hastanın boyun yerine gelen kısmı fabrikasyon olarak düzgün açılmasını ve bağlanmasını sağlayan delikli çizgilerle işaretlenmiş olacak.
- 4.Boynu sararak bağlayan kısım yeterli uzunlukta olacak
- 5.Hasta önlükleri test edilecek, kolaylıkla bağlanamayan uzunlukta olanlar ve düzgün bir şekilde bağlanmadan kopan önlükler kabul edilmeyecektir
- 6.Numuneler komisyonca denenerek karar verilecektir.

--

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.
ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.
SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.
TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.
NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
<u>TEKLİFLERİN EN GEÇ 15.08.2022 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.</u>