

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

02.09.2022

Sayı : / DT - 87

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Aytaç KUZLAK
Hastane Müdürü V.

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	ZIMPARA, KOMPOZİT	300	Kutu
2 .	BANT REMOVER	5	Adet
3 .	MTA TEPİCİ	5	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) ZIMPARA, KOMPOZİT

- 1.Bu ürün için fiyat teklifi 150 adet üzerinden olmalıdır.
- 2.Ürün; kompozit, kompomer ve cam iyonomer dolguların aproksimal yüzeylerini zımparalamak amacıyla kullanılabilir olmalıdır.
- 3.Ürün, alüminyum oksit kaplanmış ince ve esnek baza sahip olmalıdır.
- 4.Ürünün ortasında, dişlerin arasına girmeyi kolaylaştıran düz şeffaf bir alan bulunmalıdır.
- 5.Zımparalar 17,7 cm x 3,9 mm ebatlarında olmalıdır. Ürün orijinal ambalajı içerisinde en az 150 adet şerit zımpara bulunmalıdır.
- 6.Ürün CE belgesine olmalıdır ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde belirtilmelidir.
- 7.Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

2 .) BANT REMOVER

- 1- ISO standartlarına uygun, paslanmaz çelikten olmalıdır.
- 2- Sapında markası, seri numarası ve çeliği yazmalıdır.
- 3- Ortodontik olarak bant sökmek için kullanıma uygun olmalıdır.
- 4- Kalın ucu silindirik şekilde ince ucu da bant sökümüne uygun formda olmalıdır.
- 5- Eklem bölgesinde kalınlığı 10-12 mm genişliği de 7-9 mm olmalıdır.
- 6- Otoklav ve kuru havada steril edilebilmeli, alet dezenfektanlarında korozyona uğramamalı.
- 7- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

3 .) MTA TEPİCİ

- a- Tepici paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
- b- Çenelerin arka ve ön bölgelerinde kullanılabilirdir.
- c- Tepici gövdesi elin uygun şekilde kavramasını sağlayacak şekilde paslanmaz çelik materyalle yapılmış olmalıdır.
- d- Uç çapı satın alma komisyonu tarafından seçilecektir.
- e- Aletler yeni ve orijinal ambalajında olmalı ve aletlerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
- f- Aletler kullanımı süresince 134° otoklavda gazlı, kuru hava veya buharlı sterilizasyona uygun tekrar kullanıma olmalıdır.
- g- Teklif edilen aletler firmaların sunacağı orijinal kataloglarından teyid edilecektir.
- h- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.
ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.
TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.
NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
<u>TEKLİFLERİN EN GEÇ 12.09.2022 TARİHİNE KADAR DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.</u>