

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

15.09.2022

Sayı : / DT - 89

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Aytaç KUZLAK
Hastane Müdürü V.

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	DİŞ ÇEKİM KAVİTESİ ANTİSEPTİĞİ (ALVEO JEL VEYA MUADİLİ)	10	Adet
2 .	TÜP ENTÜBASYON NAZAL ŞEKİLLİ NO:5,5	20	Adet
3 .	TÜP ENTÜBASYON NAZAL ŞEKİLLİ NO:6	20	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) DİŞ ÇEKİM KAVİTESİ ANTİSEPTİĞİ (ALVEO JEL VEYA MUADİLİ)

- 1.Diş çekimlerinden hemen sonra ve Alveolit tedavilerinde kullanmaya uygun analjezik ve antiseptik özellikte olmalıdır.
 - 2.Alveol içerisinde kendiliğinden rezorbe olmalıdır.
 - 3.En az %15 oranında iodoform, %13 oranında eugenol ihtiva etmelidir.
 - 4.En az 10 gramlık ambalajlarda olmalıdır.
 - 5.Miadı teslim tarihinden sonra en az 2 yıl olmalıdır.
 - 6.Ambalajı üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu yazılı olmalıdır.
- Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

2 .) TÜP ENTÜBASYON NAZAL ŞEKLİ NO:5,5

- 1.Tüpler tek kullanımlık steril tekli paketlerde olmalı
 - 2.Tüp nontoksik ve Apirojen özellikte olmalı
 - 3.Tüp Polivinilklorür (PVC) den yapılmış olmalı
 - 4.Latex içermemeli
 - 5.Tüp iç kısmı görülecek derecede şeffaf olmalı
 - 6.Entübasyonu sağlayacak kayganlıkta ve atravmatik olmalı
 - 7.Tüp iç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalı
 - 8.Vücut içine giren kısmın seviyesini (uzunluğunu) gösterir işaret olmalı
 - 9.Tüpün arkasında konnektör olmalı
 - 10.Tüpün boyu yazılı olmalı
 - 11.Tüpün ucunda Murphy deliği olmalı
 - 12.Tüp ucunda düşük basınçlı balon bulunmaktadır.
 - 13.Tüp şekilli nort nasal entübasyon tüpü olmalı
 - 14.Tüpün üzerinde x ray'da görülmesini sağlayan çizgi bulunmalı
 15. nasal kullanıma uygun olmalı.
 16. Son kullanma tarihi paket üzerinde yazılı olmalı
 - 17.ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı olmalı
 18. Tüplerin CE Onayı olmalıdır.
 19. Firmalar teklif ile birlikte numune vereceklerdir.Ürün numunesi olmayan firmaların teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır
- Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

3.) Tüp ENTÜBASYON NAZAL ŞEKLİ NO:6

- 1.Tüpler tek kullanımlık steril tekli paketlerde olmalı
 - 2.Tüp nontoksik ve Apirojen özelliğe olmalı
 - 3.Tüp Polivinilklorür (PVC) den yapılmış olmalı
 - 4.Latex içermemeli
 - 5.Tüp iç kısmı görülecek derecede şeffaf olmalı
 - 6.Entübasyonu sağlayacak kayganlıkta ve atravmatik olmalı
 - 7.Tüp iç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalı
 - 8.Vücut içine giren kısmın seviyesini (uzunluğunu) gösterir işaret olmalı
 - 9.Tüpün arkasında konnektör olmalı
 - 10.Tüpün boyu yazılı olmalı
 - 11.Tüpün ucunda Murphy deliği olmalı
 - 12.Tüp ucunda düşük basınçlı balon bulunmaktadır.
 - 13.Tüp şekilli nort nasal entübasyon tüpü olmalı
 - 14.Tüpün üzerinde x ray'da görülmesini sağlayan çizgi bulunmalı
 15. nasal kullanıma uygun olmalı.
 16. Son kullanma tarihi paket üzerinde yazılı olmalı
 - 17.ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı olmalı
 18. Tüplerin CE Onayı olmalıdır.
 19. Firmalar teklif ile birlikte numune vereceklerdir.Ürün numunesi olmayan firmaların teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır
- Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.**VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.**

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 26.09.2022 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.