T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi **03.10.2022**

Sayı : / DT - 94
Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Aytaç KUZLAK
Hastane Müdürü V.

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	STENÇ, YEŞİL	60	Kutu
2 .	ARTİKÜLASYON KAĞIDI, U ŞEKLİNDE	200	Kutu
3 .	BOL	150	Adet
4 .	ASİT, HİDROFLORİK	5	Tüp
5 .	SİMAN, ADEZİV, A2	3	Set
6 .	BLOK PMMA CAD-CAM 20MM	30	Adet
7 .	ÖLÇÜ MADDESİ ÇİNKO OKSİT OJENOL	40	Kutu
8 .	SEPARE SONSUZ PORSELEN 0,15MM	20	Adet
9 .	SEPARE SONSUZ PORSELEN 0,25MM	10	Adet

İletişim Bilgileri :
Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)
Fax : 0 (352) 438 06 10
E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) STENÇ, YEŞİL

1-Isı ile şekillendirilen, protez kenarlarının belirlenmesinde kullanılan, kesiti yuvarlak çubuk şekllide olmalıdır,
2. Çapı 7.5-9 mm, boyu 110-115 mm aralığında olmalıdır,
3-Bir kutu 10-15 adet yeşil çubuk içermelidir. Değerlendirmede kutu içindeki adet de göz önünde bulundurulacaktır,
4-50 ila 51 derece çalışma ısı aralığına sahip olmalıdır
5-Rengi koyu yeşil olmalıdır,
6-Ölçü kaşığına kolay yapışmalı, kaşıktan kolay ayrılmamalı ve sünmemelidir.
7-Ürün numunesi denenecektir,
8-Raf ömrü teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır.
9-Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2 .) ARTİKÜLASYON KAĞIDI, U ŞEKLİNDE

1. U formunda olmalıdır,
2. Kırmızı ve mavi renkli iki yüzü olmalıdır,
3. Kağıt ısırtıldığında renkleri ısırtılan yüzeylere kolayca çıkmalıdır,
4. Kağıt aynı hastada tekrar kullanımlarda kolayca kopmamalıdır,
5. Her kutuda 6 adet, her adette 12 yaprak olmalıdır,
6. 80 mikron kalınlığında olmalıdır,
7. Ürün numunesi denenecektir,
8. Ürün numunesi olmadan yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

3 .) BOL

1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat "1 adet" tir,
2. Tamamı plastikten üretilmiş olmalı.
3. Plastiği esnek olmalı,
4. Termal yıkama ile yapılan dezenfeksiyona uygun olmalıdır,
5. En geniş yerinde iç çapı 100-110 mm ve yüksekliği 70-80 mm aralığında olmalıdır,
6. Karıştırma haznesinin iç çeperi köşeli olmamalıdır,
7. Ürün özellikle aljinat karıştırmak için ergonomik yapıda olup olmadığı anlaşılması için denenecektir,
8. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

4 .) ASİT, HİDROFLORİK

1. En az 2.5gr en fazla 10 gr. olup enjektör içerisinde kendi orjinal marka ve cinsi belirtilen ambalajlı olmalıdır. Değerlendirme gram veya mililitre üzerinden yapılacaktır.
2. En az % 5' lik hidroflorik asit içermelidir.
3. Akışkan jel kıvamında olmalıdır, enjektör içerisinde donmamalı, tıkanmamalı ve miktarı kontrol edilebilir şekilde kolaylıkla akıtılabilmelidir.
5. Her bir pakette tek kullanımlık uçlar olmalıdır, tüpten enjektörlere asit aktarmasını kolaylaştıran plastik adaptöre sahip olmalıdır.
6. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 1.5 yıl olmalıdır.
7. Ürün numunesi komisyonca değerlendirilecektir.
8. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

5 .) SİMAN, ADEZİV, A2

1. Bu ürün için verilecek birim teklif '' 1 set" için olmalıdır,
2. Set **1 adet A2 renkte (üniversal)** rezin siman içermelidir. Rezin siman pistonlu ve karıştırma ucu takılabilen bir tüp içerisinde olmalıdır.
3. Rezin siman en az 8 gram veya 4.5 ml olmalıdır. Değerlendirme gram veya mililitre üzerinden yapılacaktır.
4. Diş yüzeyine uygulamak için en az 2 ml primer içermelidir. Bu primer MDP içerikli olmalıdır.
5. Seramik yüzeyine uygulamak için en az 2 ml primer içermelidir. Bu primer MDP içerikli olmalıdır.
6. En az 3 ml asit verilmelidir. Asitle birlikte en az 20 adet asit uygulama ucu verilmelidir.
7. En az 13 karıştırma ucu verilmelidir.
8. En az 5 kanal içi uygulama ucu verilmelidir,
9. En az 25 adet aplikatör verilmelidir.
10. En az 1.5 ml deneme pastası verilmelidir.
11. Bu ürün için verilecek teklifler set ile yapılabilecek simantasyon sayısına göre de değerlendirilecektir.
12. Işıkla ve kendiliğinden sertleşen(dual-cure) siman özelliğinde olmalıdır,
13. Röntgende görülecek kadar radyoopak olmalıdır,
14. Metal destekli seramik, tam seramik ve kompozit materyallerden üretilmiş restorasyonların adeziv köprülerin simantasyonunda kullanıma uygun olmalıdır,
15. Çalışma zamanı en fazla 70 en az 50 saniye olmalıdır,
16. İstendiğine setin tüm parçaları tek tek temin edilebilmelidir,
17. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır,
18. Ürünün en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır,
19. Ürün numunesi denenecektir.

6 .) BLOK PMMA CAD-CAM 20MM

1- 98 mm çapında olmalıdır.

2- Yena Dent Dc 40 CAM cihazında kullanmak üzere uyumlu olmalıdır.

3- 20 mm kalınlığında olmalıdır.

4- Vita klasik skalasına göre B1, A2 ve A3 renk seçenekleri olmalıdır.

5- CE belgesi olmalıdır.

6- ISO belgesi olmalıdır.

7- Kırılma dayanımı en az 80 Mpa olmalıdır.

8- Elatisite modülü en az 2770 Mpa olmalıdır.

9- Su absorbsiyonu en fazla 27 µg/mm³ olmalıdır.

10- Çözünürlüğü en fazla 0,2 µg/mm³ olmalıdır.

11- Ürün üzerinde üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır.

12- Ürün numunesi denenecektir.

13- Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.

14- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

B1	A2	A3
10 adet	15 adet	5 adet

15- Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

7 .) ÖLÇÜ MADDESİ ÇİNKO OKSİT OJENOL

1. Ürün çinko oksit pasta en az 150 gr ve ojenol pastadan en az 60 gr oluşmalıdır,
2. Ürün kutusunda özel karıştırma kağıdı ve tüp anahtarı olmalıdır,
3. Tam ve hareketli bölümlü protezlerde ölçü maddesi olarak kullanıma uygun olmalıdır,
4. Hacimsel olarak 1:1 karışma oranına sahip olmalıdır,
5. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalı, en az iki yıllık raf ömrü olmalıdır.
6. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır,
7. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

8 .) SEPARE SONSUZ PORSELEN 0,15MM

1. Separenin kalınlığı 0.15 mm olmalıdır.
2. Aşındırıcı yüzey separe en dış sınırından merkeze uzunluğu 2,5-3 mm olmalı ve her iki yüzünde de bulunmalıdır.
3. Separenin aşındırıcı yüzey şekli çeşitlilik gösterebilir.
4. Separe aşındırıcı yüzey grenleri kırmızı bant gren sınırlarında olmalıdır. Porselen tesviyesinde iz bırakmamalıdır,
5. Separe deforme olmayacak kadar rijid, kırılmayacak kadar esnek olmalıdır.
6. Separe çapı 20-25 mm arasında olmalıdır.
7. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi ile birlikte broşürü veya kataloğu olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
8. Satınalma komisyonu gerek duyması durumunda teklif edilen Ürünlerin numunesi denenerek değerlendirilecektir, kullanılan numuneler için ilgili firma ücret talep etmeyecektir.

9 .) SEPARE SONSUZ PORSELEN 0,25MM
1. Separenin kalınlığı 0.25 mm olmalıdır. **2.** Aşındırıcı yüzey separe merkezinden en dış sınıra kadar olmalı ve her iki yüzünde de bulunmalıdır. **3.** Separenin aşındırıcı yüzey şekli çeşitlilik gösterebilir. **4.** Separe aşındırıcı yüzey grenleri sarı bant gren sınırlarında olmalıdır. **5.** Separe deforme olmayacak kadar rijid, kırılmayacak kadar esnek olmalıdır. **6.** Separe çapı 20-25 mm arasında olmalıdır. **7.** Satınalma komisyonuna ürünün numunesi ile birlikte broşürü veya kataloğu olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. **8.** Satınalma komisyonu gerek duyması durumunda teklif edilen Ürünlerin numunesi denenerek değerlendirilecektir, kullanılan numuneler için ilgili firma ücret talep etmeyecektir.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.
ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.
SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.
TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.
NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
TEKLİFLERİN EN GEÇ 10.10.2022 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.