

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

15.11.2022

Sayı : / DT - 103

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	KAVİTRON BAŞLIĞI ANAHTARI	32	Adet
2 .	POMZA	50	Kilogram
3 .	TREFAN FREZ	3	Adet
4 .	PERİODONTAL SOND (WHO)	25	Adet
5 .	KAVİTRON UCU	75	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) KAVİTRON BAŞLIĞI ANAHTARI

- 1) WOODPECKER markalı cihazlara uyumlu olmalı.
- 2) Subgingival ve supragingival alanlarda çalışmaya uygun olmalı.
- 3) Anterior ve posterior dişlerde çalışmaya uygun olmalı.
- 4) Sterilasyona ve otoklava girmeye uygun olmalı.
- 5) Dezenfektanlarla korozyona uğramamalı
- 6) Numuneler satın alma komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Numune göndermeyen firmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

2 .) POMZA

1. Hareketli protez bitim işlemleri için kullanıma uygun olmalıdır,
2. İnce grenli olmalı ve protez parlatma işlemleri sonucun da gözle görülür çizik bırakmamalıdır,
3. 500-1000 gram arası paketlerde olmalıdır,
4. Ürün numunesi denenecektir,
5. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.
6. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

3 .) TREFAN FREZ

- 1- Paslanmaz çelik olmalı.
- 2- Anguldurva için olmalı
- 3- İstenen adetler;
Uzunluğu 4 mm - 1 adet
Uzunluğu 6 mm - 1 adet
Uzunluğu 8 mm - 1 adet
- 4- Numuneler satın alma komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Numune göndermeyen firmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

4 .) PERİODONTAL SOND (WHO)

1. Aletler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Aletler her türlü sterilizasyon şartında paslanmamalı ve korozyon testinde dayanıklı olmalıdır
3. Cerrahi aletlerin kullanım süresi içerisinde gazlı kuru veya buharlı sterilizasyona uygunluğu garanti edilmelidir.
4. sond periodontal ceplere girebilecek kadar ince olmalıdır.
5. Uçları (3.5-5.5-8.5-11.5) milimetre renk kodlu kalibrasyona sahip olmalıdır.
6. Topuz uçlu olmalıdır.
7. Üzerinde markası ,modeli, katalog numarası, CE işareti silinmeyecek şekilde belirtilmiş olmalı.
8. El aletinin tutma kısmında elden kaymaması için özel desenler olmalı.
9. Gerektiğinde firmalardan numune istenebilir.
10. Ocean ayarında markalar tercih edilecektir.

5 .) KAVİTRON UCU

- 1) Woodpacker markalı cihazlara uyumlu olmalı.
- 2) Subgingival ve supragingival alanlarda çalışmaya uygun olmalı.
- 3) Anterior ve posterior dişlerde çalışmaya uygun olmalı.
- 4) Sterilasyona ve 134 derece otoklava girmeye uygun olmalı.
- 5) Dezenfektanlarla korozyona uğramamalı
- 6) Ürünler boyutları aşağıdaki şekilde olmalıdır;

G1- 75 ADET

7) Numuneler satın alma komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Numune göndermeyen firmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 21.11.2022 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

15.11.2022

Sayı : / DT - 103

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	KAVİTRON BAŞLIĞI ANAHTARI	32	Adet
2 .	POMZA	50	Kilogram
3 .	TREFAN FREZ	3	Adet
4 .	PERİODONTAL SOND (WHO)	25	Adet
5 .	KAVİTRON UCU	75	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) KAVİTRON BAŞLIĞI ANAHTARI

- 1) WOODPECKER markalı cihazlara uyumlu olmalı.
- 2) Subgingival ve supragingival alanlarda çalışmaya uygun olmalı.
- 3) Anterior ve posterior dişlerde çalışmaya uygun olmalı.
- 4) Sterilasyona ve otoklava girmeye uygun olmalı.
- 5) Dezenfektanlarla korozyona uğramamalı
- 6) Numuneler satın alma komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Numune göndermeyen firmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

2 .) POMZA

1. Hareketli protez bitim işlemleri için kullanıma uygun olmalıdır,
2. İnce grenli olmalı ve protez parlatma işlemleri sonucun da gözle görülür çizik bırakmamalıdır,
3. 500-1000 gram arası paketlerde olmalıdır,
4. Ürün numunesi denenecektir,
5. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.
6. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

3 .) TREFAN FREZ

- 1- Paslanmaz çelik olmalı.
- 2- Anguldurva için olmalı
- 3- İstenen adetler;
Uzunluğu 4 mm - 1 adet
Uzunluğu 6 mm - 1 adet
Uzunluğu 8 mm - 1 adet
- 4- Numuneler satın alma komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Numune göndermeyen firmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

4 .) PERİODONTAL SOND (WHO)

1. Aletler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Aletler her türlü sterilizasyon şartında paslanmamalı ve korozyon testinde dayanıklı olmalıdır
3. Cerrahi aletlerin kullanım süresi içerisinde gazlı kuru veya buharlı sterilizasyona uygunluğu garanti edilmelidir.
4. sond periodontal ceplere girebilecek kadar ince olmalıdır.
5. Uçları (3.5-5.5-8.5-11.5) milimetre renk kodlu kalibrasyona sahip olmalıdır.
6. Topuz uçlu olmalıdır.
7. Üzerinde markası ,modeli, katalog numarası, CE işareti silinmeyecek şekilde belirtilmiş olmalı.
8. El aletinin tutma kısmında elden kaymaması için özel desenler olmalı.
9. Gerektiğinde firmalardan numune istenebilir.
10. Ocean ayarında markalar tercih edilecektir.

5 .) KAVİTRON UCU

- 1) Woodpacker markalı cihazlara uyumlu olmalı.
- 2) Subgingival ve supragingival alanlarda çalışmaya uygun olmalı.
- 3) Anterior ve posterior dişlerde çalışmaya uygun olmalı.
- 4) Sterilasyona ve 134 derece otoklava girmeye uygun olmalı.
- 5) Dezenfektanlarla korozyona uğramamalı
- 6) Ürünler boyutları aşağıdaki şekilde olmalıdır;

G1- 75 ADET

7) Numuneler satın alma komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Numune göndermeyen firmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 21.11.2022 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.