

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

25.04.2023

Sayı : / DT - 27

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	BİYOKİMYA TÜPÜ (KIRMIZI KAPAKLI JELSİZ)		5000	Adet
2 .	CRESCENT BIÇAK		20	Adet
3 .	4/0 RAPİD VICRYL 16 MM 3/8 TERS KESKİN 75 CM		480	Adet
4 .	TREFAN FREZ		5	Adet
5 .	OSTEOTOM ÇEKİÇ		10	Adet
6 .	DOKU (CİLT) YAPIŞTIRICI		20	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) BİYOKİMYA TÜPÜ (KIRMIZI KAPAKLI JELSİZ)

- 1- Tüpler 16X100 mm çapında olmalı,
- 2- Vakumlu, kırmızı kapaklı, pıhtı aktivetörlü olmalı, plastik maddeden yapılmalıdır.
- 3- Plastik ile kapak kısmı kan alırken birbirinden ayrılmamalıdır.
- 4- Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.
- 5- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

2 .) CRESCENT BİÇAK

1. Bıçak cerrahi kalitede çok düzgün yüzeyli çelik kesici uca sahip olmalıdır.
2. Bıçak 2,60 mm tünel açacak şekilde yapılmış olmalı ve kesici kuşak dikey uzunluğu 2,2 mm ,bıçak ucu 60 derece eğimli olmalı,bıçağın eğim başlangıcı ile kesici ucu arası mesafe 5,7 mm olmalıdır.
3. Bıçağın sapı yüksek ısıya dayanıklı Polikarbonat plastikten yapılmış olmalıdır.
4. Bıçağın sap kısmında üretici firma ismi ve bıçağın özelliği yazılı olmalıdır.
5. Bıçağın uç kısmı mikroskop altında kesinlikle parlamayan kaliteden üretilmiş olmalıdır.
6. Bıçak muhafaza edildiği kutu içerisinde tekrar sterilize edilmek üzere otoklava girebilmelidir ve en az 5 kere kullanılabilmelidir.
7. Ürünün dış kutusu ile birlikte içindeki steril poşetin üzerinde de CE işareti, ürün özellikleri ve üretici firma detayı bulunmalıdır.

3.) 4/0 RAPİD VICRYL 16 MM 3/8 TERS KESKİN 75 CM

A. GENEL ÖZELLİKLER:

1. Dış ambalaj açılırken sterilizasyon bozulmaması için açma kulakçıkları uygun boyutta ve kolay açılabilmelidir.
2. Ambalajlar makas veya başka malzeme kullanmasını gerektirmeksizin kolayca açılmalıdır.
3. İplikler kullanım esnasında tiftiklenmeye karşı dayanıklı olmalı, düğümleme ve sütün esnasında deforme olmamalı ve kopmamalıdır.
4. Düğüm emniyeti ve kayıp oturma yeteneği olmalıdır.
5. İğneli ipliklerde teslim edilecek malzemenin iğnesi ihale listesinde belirtilen özellikte olacaktır. İplik çapı ile iğne çapı uyumlu olacak, doku harabiyetine yol açmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Dokudan direnç göstermeden geçmeli, bükülme, kırıma yapmamalıdır. İğne ile iplik birleşim noktası sağlam ve pürüzsüz olmalı, kolayca kopmamalıdır
6. İğneler kolayca bükülmeye ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
7. İğne gövdesi portegüden kolayca kaymayacak özelliğe sahip olmalıdır.
8. İğnenin gövde yüzeyi pürüzsüz olmalı ve iğne keskinliğini / sivriliğini operasyon boyunca devam ettirmelidir. İğne dokudan geçerken iplik kısmı dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemelidir.
9. Ürün teknik özelliklerini kontrol ve mukayese amacıyla, bitmiş ürünle ilgili üretim raporu (finished product specification) ve ürün gerilme test raporları (tensile strength test report) istenildiğinde ihale komisyonuna verilecektir.
10. Ürün Avrupa menşeli veya yerli üretim olmalıdır.
11. Teslim tarihi itibarıyla miadı en az 2 yıl olmalıdır.
12. Saf ipek materyalinden imal edilmiş ve multiflaman olmalıdır.

B. AMBALAJLAMA

Birim Ambalajı:

1. Cerrahi iplikler, kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde iç ve dış olmak üzere iki ayrı ambalajdan meydana gelmelidir.
2. Dış ambalaj yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen özellikte olmalıdır.
3. Sütün iç ambalajı yırtılmayan, su ve nemden etkilenmeyen hammaddeden yapılmış olmalıdır.
4. Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olacaktır. Bu bilgiler iç ambalaj üzerinde tahrip edilemeyecek ve söküp çıkarılmayacak şekilde işlenmiş olmalıdır
 - a. İmalatçı firmanın ticari adı ve /veya kısa adı,
 - b. İğne cinsi (yuvarlak, keskin uçlu) iğne adedi (tek çift olduğu görülecek şekilde) iğne boyu(mm olacak)
 - c. İğne büyüklüğü 1/1 oranında profil resmi
 - d. Sütün cinsi (muhteviyatı)
 - e. Sütün kalınlığı metrik ve USP olarak
 - f. Sütün uzunluğu
 - g. Sütün rengi
 - h. Steril ibaresi sterilizasyon metodu
 - i. Üretim son kullanma tarihi
 - j. Ürüne ait barkotu

Kutu Ambalajı:

1. Orjinal kutularda ambalajlanmış olmalı, içerisinde birim ambalajından kaç adet olduğu belirtilmelidir.
2. Seri veya kontrol numarası olmalıdır.

B. 4/0 RAPİD VICRYL 75 CM 16 MM

1. Numunesi denenecektir.
2. İğnesi 16 mm uzunluğunda, 3/8 keskin (ters üçgen) kesitli olmalıdır.
3. İpi en az 75 cm. uzunluğunda olmalıdır.
4. Absorbe olma süresi yaklaşık 40 gün olup, aynı zamanda en az 10 gün doku desteği sağlamalıdır.

4 .) TREFAN FREZ

- 1- Paslanmaz çelik olmalı.
- 2- Anguldurva için olmalı
- 3- İstenen adetler;
Uzunluğu 4 mm - 2 adet
Uzunluğu 6 mm - 2 adet
Uzunluğu 8 mm - 1 adet

4- Numuneler satın alma komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Numune göndermeyen firmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

5 .) OSTEOTOM ÇEKİÇ

- 1- Otoklavize edilebilmelidir.
- 2- Dental işlemlere uygun olmalıdır.

6 .) DOKU (CİLT) YAPIŞTIRICI

- 1-Ürün acil ve ameliyathane ortamlarında kesilerin yapıştırılmasında kullanılabilmelidir.
- 2-Doku yapıştırıcı 2-octyl ve n-butyl monomer karışımından oluşmalıdır.
- 3-Ürün ile kesiler en fazla 1 dakika içerisinde yapıştırılabilmelidir.
- 4-Ürün yüksek akışkanlık oranına sahip olmalıdır.
- 5-Ürün en az 0.7 ml olmalıdır.
- 6-Ürün su geçirmez özellikte olmalı ve hastanın aynı gün duş alabilmesine olanak sağlamalıdır. Ürünün orijinal kataloğunda belirtilmelidir.
- 7-Ürün uygulandığında hasta üzerinde herhangi bir ası / acı hissi uyandırmamalıdır.
- 8-Ürün uygulandığı kesilerde antibakteriyel bariyer oluşturmalıdır.
- 9-Ürün 30 dereceye kadar olan oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
- 10-Ürün cilt üzerinde fileksibl olmalıdır.
- 11-Ürün uygulandıktan sonra 7-10 gün içerisinde kendiliğinden dökülmeli; herhangi bir müdahale kalmamalıdır.
- 12-İstenildiği takdirde 2 adet yedek aplikatör ayrıca teslim edilmelidir.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İŞE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 02.05.2023 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.