

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

24.05.2023

Sayı : / DT - 30

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	DEZENFEKTAN, ÖLÇÜ		30	Litre
2 .	ARTİKÜLASYON KAĞIDI, DÜZ		100	Kutu
3 .	ÖLÇÜ MADDESİ ÇİNKO OKSİT OJENOL		30	Kutu
4 .	BESLEME MATERYALI (SERT), AĞIZ İÇİ		3	Kutu
5 .	FREZ CAD-CAM ZİRKON İNCE (1 MM)		5	Adet
6 .	FREZ CAD-CAM ZİRKON KALIN (2 MM)		5	Adet
7 .	BARDAK, PLASTİK, TEK KULLANIMLIK, ŞEFFAF		60000	Adet
8 .	ATIK KUTUSU, TIBBİ, KESİCİ VE DELİCİ, KÜÇÜK		100	Adet
9 .	AKRİLİK SOĞUK LİKİT		20	Şişe
10 .	KAYNAK KÖMÜRÜ, PUNTO		4	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

11 .	STENÇ, YEŞİL (ADET)		500	Adet
12 .	REVETMAN İSKELET		90	Kilogram
13 .	REÇİNE, REVETMAN		5	Litre
14 .	KUM SİYAH		10	Kilogram
15 .	ASİT İSKELET İÇİN		5	Litre

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1.) DEZENFEKTAN, ÖLÇÜ

1. Bu ürün için verilecek birim teklif "bir" litredir,
 2. Hasta ağzından aljinat, silikon(kondansasyon veya ilave reaksiyonlu) veya polieter ölçü maddeleri ile alınan ölçülerin dezenfeksiyonunda kullanım için uygun olmalıdır,
 3. Aldehit içermemelidir,
 4. Ölçünün boyutsal stabilitesini etkilememelidir,
 5. Virüsler, bakteriler, mantarlar üzerine etkili olmalıdır,
 6. TSEN 13727/A1:2013 standartlarında test edilmiş olmalıdır,
 7. Kullanıma hazır olmalıdır,
 8. % 80-85, etanol, %12-15 2-propanol ve %1-2 oranında yüzeyaktif maddeler içermelidir.
 9. Ürün bir litrelik sprey özelliği olan plastik kaplarda olmalıdır.
 10. Ürün numunesi denenecektir.
 11. Ürün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Resmi Gazetede Yayımlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait güncel malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte Türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

2.) ARTİKÜLASYON KAĞIDI, DÜZ

1. Teklif edilecek ürün orijinal kutusu veya ambalajı içerisinde olmalıdır
2. Her kutu içerisinde en az 144 adet artikülasyon kağıdı olmalıdır.
3. Her bir kağıdın eni 2 cm (+/- 0,2), boyalı alanı boyu en az 8 cm, tutacak yeri de en az 1 cm olmalıdır.
4. Artikülasyon kağıtları, En az 70 en fazla 90 µm (mikron) kalınlıkta, I formu, bir yüzü mavi, diğer yüzü kırmızı olacak şekilde çift renkli olmalıdır.
5. Kağıt ısıtıldığında renkleri ısıtılan yüzeye kolayca çıkmalıdır.
6. Kağıt aynı hastada tekrar kullanımlarda kolayca kopmamalıdır.
7. Numuneler denenerek karar verilecektir.

3.) ÖLÇÜ MADDESİ ÇİNKO OKSİT OJENOL

1. Ürün çinko oksit pasta en az 150 gr ve ojenol pastadan en az 60 gr oluşmalıdır,
2. Ürün kutusunda özel karıştırma kağıdı ve tüp anahtarı olmalıdır,
3. Tam ve hareketli bölümlü protezlerde ölçü maddesi olarak kullanıma uygun olmalıdır,
4. Hacimsel olarak 1:1 karışma oranına sahip olmalıdır,
5. Ürünün son kullanma tarihi, üzerinde veya ambalajında yazılı olmalı ve teslim tarihinden itibaren en az 18 (on sekiz) ay olmalıdır.
6. Numuneler denenerek karar verilecektir.

4.) BESLEME MATERYALİ (SERT), AĞIZ İÇİ

1. Direkt hasta ağzında kullanılabilmesi ve tek seansta protez besleme işlemini tamamlamalıdır.
2. Protezlerin hasta ağzında uzun süreli beslemesinin yapılmasında ve özellikle destek doku kaybının çok olduğu vakalar ile implant vakalarında kullanılabilmelidir.
3. Bir kutuda 75-90 gr aralığında toz, 50-55 ml aralığında likit ve 15 ml bonding ajanı olmalıdır.
4. Bonding kapağına adapte edilmiş damlalığı olmalıdır.
5. Likit şişesinin kapağına adapte edilmiş damlalığı olmalıdır.
6. Kutu içerisinde fırça, plastik gode ve karıştırma spatülü bulunmalıdır.
7. Metilmetakrilat içermemelidir.
8. Teklif edilecek ürün orijinal kutusu veya ambalajı içerisinde olmalıdır.
9. Ürünün son kullanma tarihi, üzerinde veya ambalajında yazılı olmalı ve teslim tarihinden itibaren en az 18 (on sekiz) ay olmalıdır.
10. Numuneler denenerek karar verilecektir.

5 .) FREZ CAD-CAM ZİRKON İNCE (1 MM)

1. Frezler karbürden imal edilmelidir.
2. Frezlerin iki adet kesme ağzı olmalıdır.
3. Şaft kalınlığı 4 mm olmalıdır.
4. Kesme boyu 16 mm olmalıdır.
5. Şaft boyu 16 mm olmalıdır.
6. Şaft açısı 70° olmalıdır.
7. Kesme ağzı ile şaft arasındaki açı 77-78° olmalıdır.
8. Plastik halka çapı 8 mm, kalınlığı 5 mm olmalıdır.
9. Kesici ağız kalınlığı 1 mm olmalıdır.
10. Zirkonyum kazımak için uyumlu olmalıdır,
11. YenaDentDc 40 CAM cihazı ile uyumlu olmalıdır.
12. Ürün orijinal ambalajında ve kullanım kılavuzu olmalıdır.
13. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

6 .) FREZ CAD-CAM ZİRKON KALIN (2 MM)

1. Frezler karbürden imal edilmelidir.
2. Frezlerin iki adet kesme ağzı olmalıdır.
3. Şaft kalınlığı 4 mm olmalıdır.
4. Kesme boyu 16 mm olmalıdır.
5. Şaft boyu 16 mm olmalıdır.
6. Şaft açısı 70° olmalıdır.
7. Kesme ağzı ile şaft arasındaki açı 77-78° olmalıdır.
8. Plastik halka çapı 8 mm, kalınlığı 5 mm olmalıdır.
9. Kesici ağız kalınlığı 2 mm olmalıdır.
10. Zirkonyum kazımak için uyumlu olmalıdır,
11. YenaDentDc 40 CAM cihazı ile uyumlu olmalıdır.
12. Ürün orijinal ambalajında ve kullanım kılavuzu olmalıdır.
13. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

7 .) BARDAK, PLASTİK, TEK KULLANIMLIK, ŞEFFAF

- 1.En az 6 cm çapında, en az 8 cm yüksekliğinde olmalıdır.
- 2.Takriben 180 cc sıvı alacak şekilde olmalıdır.
- 3.Alt ve üstten kavımlı olacaktır.
- 4.Şeffaf olacaktır.
- 5.Plastik bardak polypropilenden imal edilmiş olacaktır.
- 6.En az 1 gr ağırlığında olacaktır.
- 7.Plastik bardaklar en fazla 100'lük poşetlerde ambalajlanacaktır.
- 8.Numuneler satınalma komisyonunca denenerek karar verilecektir.

8 .) ATIK KUTUSU, TIBBİ, KESİCİ VE DELİCİ, KÜÇÜK

1. Atık kutu sistemi kullanılan iğne, bistüri, kelebek set, iğne uçları gibi kesici-delici aletlerin güvenli bir şekilde toplanması için uygun olmalıdır.
2. Malzeme delinme ve kırılma riskine karşı mukavemeti yüksek olan plastik veya polipropilenden imal edilmiş olmalıdır.
3. Atık kutusu; kova ve kilitli kapak olmak üzere iki parçadan oluşmalıdır.
4. Kutuya atılan ürünlerin dökülmesini veya yeniden kullanılmasını önlemek için tek yönlü güvenlik valfi bulunmalıdır.
5. İç kapak enjektör iğnelerinin, kolayca çıkartılabileceği tırnaklara sahip olmalıdır.
6. Kutu kapatıldıktan sonra tekrar açılması mümkün olmamalıdır.
7. Kolay fark edilebilmesi için dikkat çekici renklerde üretilmiş olmalıdır.
8. Biyolojik risk taşıdığını belirten uluslararası biyotehlike amblemi ile etiketlenmiş olmalı ve üzerinde "Dikkat Kesici-Delici Tıbbi Atık" yazısı bulunmalıdır.
9. Hacmi 1 L kapasitesinde , kapak çapı 13 cm ve yüksekliği 12 cm olmalıdır.
10. Satınalma Komisyonu'na ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 .) AKRİLİK SOĞUK LİKİT

1. Pembe soğuk akrilik tozu için olmalıdır.
2. Kendiliğinden polimerize olan pembe akrilik tozu için uygun olmalıdır.
3. 240-280 mililitrelik aralığında şişelerde olmalıdır.
4. Teklif edilecek ürün orijinal kutusu veya ambalajı içerisinde olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. Ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 18 (on sekiz) ay olmalıdır.
5. Numuneler denenerek karar verilecektir.

10 .) KAYNAK KÖMÜRÜ, PUNTO

- 1- Kurumumuzda kullanılmakta olan ROTAKS marka punta cihazının ucuna uyumlu olmalıdır.
- 2- Metali yeteri kadar eritmeye yarayacak şekilde ve ince olmalıdır.
- 3- Gerekli olması halinde numune istenerek denenerek karar verilecektir.

11 .) STENÇ, YEŞİL (ADET)

1. Isı ile şekillendirilen, protez kenarlarının belirlenmesinde kullanılan, kesiti yuvarlak çubuk şeklinde olmalıdır,
2. Çapı 7.5-9 mm, boyu 110-115 mm aralığında olmalıdır,
3. Teklif edilecek ürün en az 10 adetlik, en fazla 20 adetlik orijinal kutu veya ambalajında olmalıdır.
4. 50 ila 51 derece çalışma ısı aralığına sahip olmalıdır
5. Rengi koyu yeşil olmalıdır,
6. Ölçü kaşığına kolay yapışmalı, kaşıktan kolay ayrılmalı ve sünmemelidir.
7. Ürün son kullanma tarihi, üzerinde veya ambalajında yazılı olmalı ve teslim tarihinden itibaren en az 18 (on sekiz) ay olmalıdır.
8. Numuneler denenerek karar verilecektir.

12 .) REVETMAN İSKELET

1. Her bir kilogram toz için 160 ml orijinal likit ücretsiz verilecektir.
2. İskelet dökümü için özel üretilmiş olmalıdır,
3. Çalışma süresi 150-200 saniye arasında olmalıdır,
4. Donma süresi en az 30 dakika olmalıdır,
5. Toz su karıştırma oranı 100 gram toz - 16 ml likit olmalıdır,
6. 2 saat süre donucunda basma dayanımı 14-20 MPa aralığında olmalıdır,
7. DIN EN ISO 15912 standartlarına uygun üretilmiş olmalıdır,
8. Çizgisel termal genleşmesi %1,15 olmalıdır,
9. Kutu veya koli içerisindeki ürün tozu, tek kullanım için uygun, ışık geçirmeyen 300-450 gram arasında paketlerde olmalı, likidi ise en fazla 5 litrelik kaplarda olmalıdır.
10. Fosfat bağlı revetman olmalıdır,
11. Teklif edilecek ürün orijinal kutusu veya ambalajı içerisinde kullanım kılavuzu ile birlikte olmalıdır.
12. Ürünün son kullanma tarihi, üzerinde veya ambalajında yazılı olmalı ve teslim tarihinden itibaren en az 18 (on sekiz) ay olmalıdır
13. Numuneler denenerek karar verilecektir.

13 .) REÇİNE, REVETMAN

1. Fosfat bağlı revetmanlarla birlikte kullanıma uygun olmalıdır,
2. Sıvı reçine halinde olmalıdır,
3. Tekrar tekrar kullanılabilir olmalıdır,
4. Revetman üzerinde mum modelajın tutuculuğunu sağlamalıdır,
5. Teklif edilecek ürün, min. 1 litrelik, maks. 5 litrelik ağız kapaklı bidonlarda olmalıdır.
6. Ürün özelliklerini belirten bilgiler ambalaj üzerinde açık ve silinmeyecek şekilde yazmalıdır,
7. Teklif edilecek ürün orijinal kutusu veya ambalajı içerisinde olmalıdır.
8. Numuneler denenerek karar verilecektir.

14 .) KUM SİYAH

1. Bu ürün için birim fiyat teklifi " 1 kilogram" ' ' dir.
2. Kron köprü ve iskelet yapımında revetman artıklarını döküm üzerinden kolay uzaklaştırmak için uygun olmalıdır,
3. Protetik Diş Tedavisi Kliniğinde bulunan "Mikrotek" marka otomatik kumlama cihazında kullanım için uygun olmalıdır.
4. Ürünler min. 1, maks.5 kilogram arasında ağız kapalı plastik kaplarda olmalıdır,
5. Gren büyüklüğü 500 mikron siyah renkte olmalıdır.
6. Numuneler denenerek karar verilecektir.

15 .) ASİT İSKELET İÇİN

1. İskelet protez metalleri için temizleme ve parlatma elektroliz likiti olmalıdır,
2. Kroşe, ana bağlayıcı ve tüm iskelet elemanlarında yeterli parlatma sağlamalıdır,
3. Teklif edilecek ürün, min. 1, maks. 5 litrelik ağız kapaklı bidonlarda olmalıdır. Değerlendirme litre fiyatına göre yapılacaktır.
4. Bozulmadan uzun süre tekrar tekrar kullanılabilmelidir,
5. Teklif edilecek ürünün Orijinal Kutusu veya ambalajı üzerinde ürün özellikleri belirtilmelidir.
6. Numuneler denenerek karar verilecektir.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 29.05.2023 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.