

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

09.06.2023

Sayı : / DT - 39

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	SODALİME (20 KG LİK BİDON)		5	Bidon
2 .	KAŞIK SEDYE		2	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) SODALİME (20 KG LİK BİDON)

1. Sodalime kendinden porlu olan granüller halinde bulunmalıdır.
 2. UV geçirgenliği en az olan siyah bidonlarda bulunmalıdır.
 3. Absorban içine asit veya alkali ortamda renk değiştirecek indikatör eklenmiş olmalıdır.
 4. Kimyasal özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.
 - A) Ca(OH)₂ %80 -- % 5
 - B) Alkali hidroksit: % 3 -- % 4
 - C) Rutubet: %12 -- %19
 5. Fiziksel özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.
 - A) CO₂ absorpsiyonu: Min.%19
 - B) Kurutma kaybı: %12 -- %19
 - C) Rutubet absorpsiyonu (% 85 relatif doyunluktaki ortamda 24 saate:)Max % 5
 - 6.Kümülatif elek analizi aşağıdaki gibi olmalıdır.
 - A) No2 üstü: %0
 - B) No4 üstü: %0.8
 - C) No4--8 arası: %92.5
 - D) No8 altına geçen: %6.1
 - E) No40 altına geçen: %0.6
 7. Raf ömrü teslim tarihi itibariyle en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
- Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

2 .) KAŞIK SEDYE

- 1- ALÜMİNYUM ALAŞIM GÖVDEDEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- 2- ORTADAN İKİYE AYRILMA ÖZELLİĞİ BULUNMALIDIR.
- 3- YARALININ HAREKET ETTİRİLMEDEN SEDYEYE ALINABİLMESİ İÇİN TASARLANMIŞ OLMALIDIR.
- 4- OTOMATİK KİLİTLENEN KİLİT MEKANİZMASINA SAHİP OLMALIDIR.
- 5- 2 ADET YARALI TESPİT KEMERİ OLMALIDIR.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 12.06.2023 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.