

**T.C.**  
**Erciyes Üniversitesi**  
**Diş Hekimliği Fakültesi**

**Diş Hekimliği Fakültesi**

**12.06.2023**

**Sayı : / DT - 42**

**Konu : Teklif Mektubu Hakkında**

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

**Faik AĞAÇ**  
**Şube Müdürü**

| S.No | Malzemenin Adı                   | Marka Model | Miktarı | Ölçü Birimi |
|------|----------------------------------|-------------|---------|-------------|
| 1 .  | GUTTA PERKA NO:20 04 TAPER       |             | 70      | Kutu        |
| 2 .  | GUTTA PERKA NO:35 04 TAPER       |             | 30      | Kutu        |
| 3 .  | GUTTA PERKA NO:40 04 TAPER       |             | 40      | Kutu        |
| 4 .  | GUTTA PERKA NO:25 06 TAPER       |             | 90      | Kutu        |
| 5 .  | GUTTA PERKA NO:20 06 TAPER       |             | 50      | Kutu        |
| 6 .  | GUTTA PERKA NO 20                |             | 300     | Kutu        |
| 7 .  | GUTTA PERKA NO 25                |             | 300     | Kutu        |
| 8 .  | EDTA JEL                         |             | 30      | Adet        |
| 9 .  | KANAL EĞESİ H TİPİ NO:15-40 31MM |             | 20      | Set         |
| 10 . | SİLANE                           |             | 6       | Adet        |

**İletişim Bilgileri :**

**Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)**

**Fax : 0 (352) 438 06 10**

**E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr**

|      |                            |  |     |      |
|------|----------------------------|--|-----|------|
| 11 . | GUTTA PERKA NO 15          |  | 50  | Kutu |
| 12 . | GUTTA PERKA NO 15-40       |  | 30  | Kutu |
| 13 . | MANDREN, ANGULDURVA        |  | 50  | Adet |
| 14 . | GUTTA PERKA NO 25 04 TAPER |  | 100 | Kutu |
| 15 . | AĞIZ İÇİ FOSFOR PLAK NO:2  |  | 10  | Adet |

## TEKNİK ŞARTNAME

### 1 . ) GUTTA PERKA NO:20 04 TAPER

- a- Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır.
- b- Kutu üzerinde markası, menşei ve CE ibaresi olmalıdır.
- c- Orjinal paketinde kapalı olmalıdır.
- d- Dokuya uyumlu olmalıdır
- e- Kadmiyumsuz olmalıdır
- f- Radyo opak olmalıdır.
- g- Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır.
- h- Ucu düzleştirilmiş olmalıdır.
- i- Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli.
- j- MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir.
- k- Standart boylarda olmalıdır.
- l- İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır
- m- Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir.
- n- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır.
- o- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- p- En az kutu içinde 60 adet olmalıdır
- q- CE belgesi olmalıdır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun tekdif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

### 2 . ) GUTTA PERKA NO:35 04 TAPER

- a-Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır.
- b-Kutu üzerinde markası ve menşei yazılı olmalıdır.
- c-Orjinal paketinde kapalı olmalıdır.
- d-Dokuya uyumlu olmalıdır.
- e-Kadmiyumsuz olmalıdır.
- f-Radyo opak olmalıdır.
- g-Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır.
- h-Ucu düzleştirilmiş olmalıdır.
- i-Guttalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli.
- j-MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir.
- k-Standart boylarda olmalıdır.
- l-İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır.
- m-Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir.
- n-Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır.
- o-Kutu içinde en az 60 adet olmalıdır.
- ö-CE belgesi olmalıdır.
- p-Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

### 3. ) GUTTA PERKA NO:40 04 TAPER

- a- Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır.
- b- Kutu üzerinde markası, menşei ve CE ibaresi olmalıdır.
- c- Orjinal paketinde kapalı olmalıdır.
- d- Dokuya uyumlu olmalıdır
- e- Kadmiyumsuz olmalıdır
- f- Radyo opak olmalıdır.
- g- Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır.
- h- Ucu düzleştirilmiş olmalıdır.
- i- Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli.
- j- MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir.
- k- Standart boylarda olmalıdır.
- l- İyi kondanase edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır
- m- Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir.
- n- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır.
- o- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- p- En az kutu içinde 60 adet olmalıdır
- q- CE belgesi olmalıdır.

### 4. ) GUTTA PERKA NO:25 06 TAPER

- a- Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır.
- b- Kutu üzerinde markası, menşei ve CE ibaresi olmalıdır.
- c- Orjinal paketinde kapalı olmalıdır.
- d- Dokuya uyumlu olmalıdır
- e- Kadmiyumsuz olmalıdır
- f- Radyo opak olmalıdır.
- g- Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır.
- h- Ucu düzleştirilmiş olmalıdır.
- i- Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli.
- j- MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir.
- k- Standart boylarda olmalıdır.
- l- İyi kondanase edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır
- m- Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir.
- n- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır.
- o- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- p- En az kutu içinde 60 adet olmalıdır
- q- CE belgesi olmalıdır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

#### 5 . ) GUTTA PERKA NO:20 06 TAPER

- a- Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır.
- b- Kutu üzerinde markası, menşei ve CE ibaresi olmalıdır.
- c- Orjinal paketinde kapalı olmalıdır.
- d- Dokuya uyumlu olmalıdır
- e- Kadmiyumsuz olmalıdır
- f- Radyo opak olmalıdır.
- g- Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır.
- h- Ucu düzleştirilmiş olmalıdır.
- i- Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli.
- j- MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir.
- k- Standart boylarda olmalıdır.
- l- İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır
- m- Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir.
- n- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır.
- o- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- p- En az kutu içinde 60 adet olmalıdır
- q- CE belgesi olmalıdır.Resmi Gazetede Yayımlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

#### 6 . ) GUTTA PERKA NO 20

- a- Dokuya uyumlu olmalıdır
- b- Kadmiyumsuz olmalıdır
- c- Radyo opak olmalıdır.
- d- Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır.
- e- Ucu düzleştirilmiş olmalıdır.
- f- Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli.
- g- MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir.
- h- Standart boylarda olmalıdır.
- i- İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır
- j- Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir.
- k- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır.
- l- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- m- En az kutu içinde 100 adet olmalıdır
- n- CE belgesi olmalıdır.

#### 7 . ) GUTTA PERKA NO 25

- a- Dokuya uyumlu olmalıdır
- b- Kadmiyumsuz olmalıdır
- c- Radyo opak olmalıdır.
- d- Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır.
- e- Ucu düzleştirilmiş olmalıdır.
- f- Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli.
- g- MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir.
- h- Standart boylarda olmalıdır.
- i- İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır
- j- Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir.
- k- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır.
- l- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- m- En az kutu içinde 100 adet olmalıdır
- n- CE belgesi olmalıdır.

## 8 . ) EDTA JEL

\*Orjinal ambalajında 5 gr'ın üzerinde Etilediamin tetraasetik asit jeli olmalıdır.

\*Değerlendirme gr fiyatı üzerinden yapılacaktır.

\*Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalıdır.

\*Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

## 9 . ) KANAL EĞESİ H TİPİ NO:15-40 31MM

- a- Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı.
- b- Eğelerin her bir kutusu veya blister ambalajı 15-20-25-30-35-40 numara ebatta 6 (adet) eğe içermeli.
- c- Eğelerde lastik stoper olmalıdır.
- d- Eğeler otoklavlanabilir olmalı, sterilizasyon sonrası herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır.
- e- Eğeler 31 mm uzunlukta olmalıdır.
- f- Eğeler dairesel kesitli olmak, sap kısmında eğerin tipi sembolik olarak gösterilmelidir.
- g- Yüklenici firma, ürün teslim aşamasında ana üretici firmadan veya Türkiye distribütöründen ürün lot numaralarının orijinalliğini belgelemelidir.
- h- Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası, eğerin tipi ve boyutları CE belge ibaresi ve numarası, kutu veya ambalaj içeriğindeki eğe adedi yazılı olmalıdır.
- i- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.
- j- Teslim tarihinden itibaren raf ömrü en az 3 (üç) yıl olmalıdır.

## 10 . ) SİLANE

1. Porselen primer rezin simanlar ile porselen restorasyonlar arasındaki bağlantıyı güçlendirmelidir.
2. Porselen restorasyonları kontaminasyondan korumalıdır.
3. Rezine ile porselen restorasyon arasında kimyasal ve mikro mekanik bağlantı gücünü artırmalıdır.
4. Bağlantı yüzeyleri arasında sızıntı ihtimaline karşı direnç sağlamalıdır.
5. Raf ömrü boyunca üstün kimyasal özelliklerini koruyabilmelidir.
6. Porselen tamiri ve porselen restorasyonunda kullanılabilirdir.
7. Raf ömrü teslim tarihi itibarıyla en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
8. Numuneler denenerek karar verilecektir.

## 11 . ) GUTTA PERKA NO 15

- a- Dokuya uyumlu olmalıdır
- b- Kadmiyumsuz olmalıdır
- c- Radyo opak olmalıdır.
- d- Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır.
- e- Ucu düzleştirilmiş olmalıdır.
- f- Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli.
- g- MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir.
- h- Standart boylarda olmalıdır.
- i- İyi kondanase edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır
- j- Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir.
- k- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır.
- l- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- m- En az kutu içinde 100 adet olmalıdır
- n- CE belgesi olmalıdır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

## 12 . ) GUTTA PERKA NO 15-40

- a-Dokuya uyumlu olmalıdır.
- b-Kadmiyumsuz olmalıdır.
- c-Radyo opak olmalıdır.
- d-Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır.
- e-Ucu düzleştirilmiş olmalıdır.
- f-Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli.
- g-MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir.
- h-Standart boylarda olmalıdır.
- i-İyi kondanase edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır.
- j-Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir.
- k-Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır.
- l-En az kutu içinde 100 adet olmalıdır.
- m-CE belgesi olmalıdır.
- n-Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

## 13 . ) MANDREN, ANGULDURVA

- 1) Kompozit bitirme diskleri ile kullanıma uygun olmalı.
- 2) Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı.
- 3) Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerine dayanıklı olmalı.
- 4) Angldruva ile kullanılabilirmeli.
- 5) Kliniklerde kullanılmakta olan 3M, DISPODENT ve RUBYPLATON marka kompozit bitirme ve cila diskleri ile uyumlu olmalıdır.
- 6) Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

## 14 . ) GUTTA PERKA NO 25 04 TAPER

- a-Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır.
- b-Kutu üzerinde markası ve menşei yazılı olmalıdır.
- c-Orjinal paketinde kapalı olmalıdır.
- d-Dokuya uyumlu olmalıdır.
- e-Kadmiyumsuz olmalıdır.
- f-Radyo opak olmalıdır.
- g-Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır.
- h-Ucu düzleştirilmiş olmalıdır.
- i-Guttalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli.
- j-MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir.
- k-Standart boylarda olmalıdır.
- l-İyi kondanase edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır.
- m-Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir.
- n-Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır.
- o-Kutu içinde en az 60 adet olmalıdır.
- ö-CE belgesi olmalıdır.
- p-Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

**15 . ) AĞIZ İÇİ FOSFOR PLAK NO:2**

- 1.Teklif edilecek filmler, kurumumuzda mevcut bulunan INSTRUMENTARIUM DENTAL-EXPRESS marka fosfor plak tarayıcısına uyumlu olmalıdır.
- 2.Fosfor plaklar ince, esnek ve kablolu olmalıdır.
- 3.Fosfor plaklar esnemesinden dolayı sensör yüzeyi kırılmayacak yapıda olmalıdır.
- 4.Erişkin boyutu en fazla 31 x 41 mm olmalıdır.
- 5.Fosfor plakların aktif alanı %100 olmalıdır.
- 7.Fosfor plakların çözünürlükleri en az 17 lp/mm olmalıdır.
8. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

**NOT :**

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

**NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.**

**TEKLİFLERİN EN GEÇ 19.06.2023 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.**