

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

21.06.2023

Sayı : / DT - 45

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	KOL TİPİ TANSİYON ALETİ		1	Adet
2 .	ELDİVEN, MUAYENE, LATEKS, PUDRALI, (ORTA)		10	Kutu

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) KOL TİPİ TANSİYON ALETİ

- 1.Düzensiz nabız algılama özelliği, kalp sağlığını izlemenize yardımcı olmalı
- 2.Cihazın 2 kullanıcı için 120 ölçüm kaydı özelliği sayesinde aynı anda takip sağlamalı
- 3.Geniş manşon ölçüsü, farklı kol boyutlarına uygun olarak kullanım sağlamalı
- 4.Geniş manşon ölçüsü 22-42 cm aralığında olup farklı kol boyutlarına uygun olarak kullanılmalı
- 5.WHO (World Health Organisation) değerlendirme sistemine göre renk skalası ile ölçümün sınıflandırılması özelliği olmalı
- 6.Ultra ince tasarımı ve büyük rakamları sayesinde kolay okunabilir bir ekran sunmalı
- 7.Ekran göstergelerinde büyük-küçük tansiyon, nabız, tarih ve saat bulunmalı
- 8.Ürün 2 yıl garantili ve 10 yıl yedek parça garanti kapsamında olmalı
- 9.Geniş ekranlı okunabilir olmalı
- 10.Zayıf pil uyarısı olmalı

2 .) ELDİVEN, MUAYENE, LATEKS, PUDRALI, (ORTA)

- 1.Eldivenler doğal lateks mamulü ve non-steril, pudralı olmalıdır
- 2.Eldivenler 100'lük kutularda olmalıdır.
- 3.Muayene eldivenleri ince olmamalıdır
- 4.Eldivenin iç kaplaması poliüretan, dış kaplaması pürüzsüz ve parmak ucu kaymayı önleyici yapıda olmalıdır
- 5.Eldivenler sağ ve sol el olmak üzere rahatça kullanılabilmelidir
- 6.Eldivenler uzun süreli kullanıma uygun, yırtılma ve delinmeye karşı da mukavemetini korumalıdır
- 7.Üretim ve son kullanma tarihi üzerinde olmalı ve miadı en az 18 ay olmalıdır.
- 8.Kutular üzerinde üretildiği ülke adı, markası, üretici firmanın adı ve logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olacaktır.
- 9.Numuneler denenerek karar verilecektir .

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 30.12.1899 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.