

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

23.06.2023

Sayı : / DT - 46

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	ELDİVEN, ANTİMİKROBİYAL, CERRAHİ NO:7		100	Çift
2 .	ELDİVEN, ANTİMİKROBİYAL, CERRAHİ NO:8		100	Çift
3 .	ELDİVEN, ANTİMİKROBİYAL, CERRAHİ NO:7,5		100	Çift

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1.) ELDİVEN, ANTİMİKROBİYAL, CERRAHİ NO:7

- 1) Tüm tıbbi ve cerrahi müdahalelerde batma ve yaralanma sonucunda oluşabilecek perkütan kazalarda sağlık personeli viralkontaminasyondan ve vücut sıvıları ile bulaşan hastalıklardan koruma sağlama amacı ile üretilmiş olmalıdır.
- 2) Patojenlere karşı anlık etki gösterebilmesi için; dİdesil-dimetil amonyum klorid,benzalkonyumklorid ve khlorheksidindiglukonat veya benzeri anlık etki gösteren dezenfektanlar içermelidir.
- 3) Dezenfektan bileşimi eldivenin orta tabakasına izole edilmiş olmalı,oluşabilecek delinme ve kesilme durumunda koruma sağlayacak oranda salınım yapmalıdır.
- 4) Sıvı geçirilmeme özelliği olmalı, bu yüzden kalite seviyesi $\leq$ AQL 0.10 olmalıdır.
- 5) İç paket üzerinde eldivenin hangi el için olduğu belirtilecek ve steril eldiven giyim kurallarına uygun olarak katlanmış olacaktır.
- 6) Pudra ve lateks içermemeli, thermoplastikelastomerden üretilmiş olmalıdır.
- 7) E Beam yöntemiyle steril edilmiş olmalıdır.
- 8) Ürünün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 (onsekiz) ay olmalıdır.
- 9) Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.
- 10) ÜTS kaydı ve T.C. Sağlık Bakanlığı onayı olmalıdır.

2.) ELDİVEN, ANTİMİKROBİYAL, CERRAHİ NO:8

- 1) Tüm tıbbi ve cerrahi müdahalelerde batma ve yaralanma sonucunda oluşabilecek perkütan kazalarda sağlık personelinin viralkontaminasyondan ve vücut sıvıları ile bulaşan hastalıklardan koruma sağlama amacı ile üretilmiş olmalıdır.
- 2) Patojenlere karşı anlık etki gösterebilmesi için; didesil-dimetil amonyum klorid,benzalkonyumklorid ve klorheksidindiglukonat veya benzeri anlık etki gösteren dezenfektanlar içermelidir.
- 3) Dezenfektan bileşimi eldivenin orta tabakasına izole edilmiş olmalı,oluşabilecek delinme ve kesilme durumunda koruma sağlayacak oranda salınım yapmalıdır.
- 4) Sıvı geçirmeme özelliği olmalı, bu yüzden kalite seviyesi $\leq$ AQL 0.10 olmalıdır.
- 5) İç paket üzerinde eldivenin hangi el için olduğu belirtilecek ve steril eldiven giyim kurallarına uygun olarak katlanmış olacaktır.
- 6) Pudra ve lateks içermemeli, thermoplastikelastomerden üretilmiş olmalıdır.
- 7) E Beam yöntemiyle steril edilmiş olmalıdır.
- 8) Ürünün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 (onsekiz) ay olmalıdır.
- 9) Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.
- 10) ÜTS kaydı ve T.C. Sağlık Bakanlığı onayı olmalıdır.

3.) ELDİVEN, ANTİMİKROBİYAL, CERRAHİ NO:7,5

- 1) Tüm tıbbi ve cerrahi müdahalelerde batma ve yaralanma sonucunda oluşabilecek perkütan kazalarda sağlık personelinin viralkontaminasyondan ve vücut sıvıları ile bulaşan hastalıklardan koruma sağlama amacı ile üretilmiş olmalıdır.
- 2) Patojenlere karşı anlık etki gösterebilmesi için; didesil-dimetil amonyum klorid,benzalkonyumklorid ve klorheksidindiglukonat veya benzeri anlık etki gösteren dezenfektanlar içermelidir.
- 3) Dezenfektan bileşimi eldivenin orta tabakasına izole edilmiş olmalı,oluşabilecek delinme ve kesilme durumunda koruma sağlayacak oranda salınım yapmalıdır.
- 4) Sıvı geçirmeme özelliği olmalı, bu yüzden kalite seviyesi $\leq$ AQL 0.10 olmalıdır.
- 5) İç paket üzerinde eldivenin hangi el için olduğu belirtilecek ve steril eldiven giyim kurallarına uygun olarak katlanmış olacaktır.
- 6) Pudra ve lateks içermemeli, thermoplastikelastomerden üretilmiş olmalıdır.
- 7) E Beam yöntemiyle steril edilmiş olmalıdır.
- 8) Ürünün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 (onsekiz) ay olmalıdır.
- 9) Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.
- 10) ÜTS kaydı ve T.C. Sağlık Bakanlığı onayı olmalıdır.

--

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.
ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.
SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.
TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.
NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
<u>TEKLİFLERİN EN GEÇ 10.07.2023 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.</u>