

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

25.07.2023

Sayı : / DT - 50

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	PENS, 139		2	Adet
2 .	PENS, TWEED		2	Adet
3 .	ORTODONTİK FİKSATÖR		2	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) PENS, 139

- 1- Steril edilebilir paslanmaz çelikten olmalıdır.
- 2- ISO standartlarına uygun, sapında markası, seri numarası ve çeliği yazmalıdır.
- 3- Tele form verebilme özelliği ve 0,7mm (0,28) kalınlığına kadar olan tellere form verebilme özelliği olmalıdır.
- 4- Pensin ucunun bir tanesi konik diğeri köşeli olmalı, eklemenden sonra dikey sap boyu 25 mm. , dikey ağız boyu 91 mm, yuvarlak tarafın ucu 1,5 mm, yuvarlak tarafın sonu 6 mm, bükücü ucun boyu 11 mm olmalıdır.
- 5- Otoklav ve kuru havada steril edilebilmeli, alet dezenfektanlarında korozyona uğramamalı.
- 6- Laboratuarda kullanıma uygun olmalıdır.
- 7- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

2 .) PENS, TWEED

- 1- Steril edilebilir, paslanmaz çelikten olmalıdır.
- 2- Pensin ucu takılıp çıkartılabilmelidir. Pensle birlikte 2'şer adet yedek uç verilmelidir.
- 3- Sapında markası seri numarası ve çeliği yazmalıdır.
- 4- Eklemenden sonra ucu 2 basamaklı 1,1,5mm 2,2 mm uç boyu 5,5 mm olmalıdır.
- 5- Normal ucun eklemenden sonra boyu 13 mm. Dikey ağız uzunluğu 33,5 mm Dikey sap uzunluğu 94 mm olmalıdır.
- 6- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

3 .) ORTODONTİK FİKSATÖR

- 1- İKİ PARÇA OLMALIDIR.
- 2- TUTUCU PARÇALAR DİKTÖRGEN PRİZMA ŞEKLİNDE OLMALIDIR.
- 3- PASLANMAZ ÇELİKTEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- 4- PARÇALARDA SIKIŞTIRMA ÖZELLİĞİNE SAHİP İKİ ADET VİDASI OLMALIDIR.
- 5- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 31.07.2023 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.