

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

23.08.2023

Sayı : / DT - 56

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	ASPIRASYON HORTUMU		6000	Adet
2 .	ASPIRASYON TORBASI 3000 CC		1000	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1.) ASPIRASYON HORTUMU

- 1- Medikal Grade PVC Malzemededen İmal edilmiş olmalıdır
- 2- Kırılmaya ve bükülmeye karşı dirençli olmalıdır
- 3- Uzatma seti en az 1,45 x 2,45 mm çapında olmalıdır.
- 4- Uzatma setinin prime hacmi 2,5 ml'den çok olmamalıdır.
- 5- Uzatma seti tek parça olmalı, büküldüğünde eski halini almalıdır.
- 6- Toplam set uzunluğu 180 cm'den kısa olmamalıdır.
- 7- Uzatma setinin iki ucunda konnektör bulunmalıdır. Konnektörler aspirasyon sondaları ile uyumlu olmalıdır.
- 8- Tek tek ambalajlarda ve steril olmalıdır.
- 9- Çam ucu şeklinde konektörü ile birlikte olmalı
- 10- Numuneler denenerek karar verilecektir.
- 11- Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
- 12- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

2 .) ASPIRASYON TORBASI 3000 CC

- 1)Ürün birlikte ambalajlanmış hortum ve torbadan oluşmalıdır.
- 2)Sistem tamamen kapalı olmalıdır.
- 3)Torba esnek yapıda ve en az 3000 ml hacimde olmalıdır.
- 4)Torba üzerinde hasta, vakum, örnek alma, tandem (seri bağlama) portları bulunmalıdır.
- 5)Torba üzerindeki portları işlem sonunda kapatmak için kullanılan kapak sistemi kullanım kolaylığı açısından kapak üzerine bağlı olmalıdır. Hasta portunda, hortumda oluşabilecek kinglere karşı kullanmak üzere dirsek bulunmalı dirsek kapak üzerine bağlı durumda bulunmalıdır.
- 6)Torbanın vakum kaynağı bağlantı girişinde torba dolduğunda vakum emişini durduran filtre bulunmalıdır. Bu filtre aynı zamanda kontaminasyon riskini engelleyici bakteri filtresi özelliğine de sahip olmalıdır.
- 7)Torbanın hasta bağlantı portunda, çalışma anında aspire edilen materyalin hastaya geri akışını engelleyen "anti reflü valf" bulunmalıdır.
- 8)Ürün, aspire edilen materyalin ana vakum kaynağına kaçmaması için gerekli düzeneğe sahip olmalıdır.
- 9)Aspire edilen materyalin hacmine bağlı olarak torbalar birbirine tandem girişi ile seri bağlanabilmelidir.
- 10)Kanister üzerinde açma-kapama (On-Off) valfi bulunmalıdır.
- 11)Kanister, kırılmaya dirençli ve 121 C da steril edilmeye uygun polikarbonat plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 12)Kanister üzerinde 3000 ml torbalarla kullanılmaya uygun skala bulunmalıdır.
- 13)Hasta bağlantı hortumu en az 2 adet ve 180 cm olmalı ve hortumlardan 1 adeti steril olmalıdır. Hortum ucunda gerekli durumlarda vakum kontrolü yapabilmek üzere "kapkon konnektör" bulunmalıdır.
- 14)Aspirasyon torbaları, ameliyathane ve anestezi ekibinin kullanımına uygun olacak şekilde 2'li veya 4'lü mobil arabalarda kullanılabilmelidir. Mobil araba üzerinde vakummetre cihazı bulunmalıdır.
- 15)Merkezi vakum bağlantısı için gerekli hortumlar hastanenin ihtiyacına göre belirlenerek verilebilmelidir.
- 16)Yoğun bakım ve servislerde duvara montaj yapılabilir tek kanisterli sistem olarak uygulanabilir olmalıdır.
- 17)Montaj malzemeleri krom, nikel veya paslanmaz çelik malzemeden olmalıdır.
- 18)Torbalara, hastanenin özel isteği doğrultusunda ilave materyaller (Köpük önleyici, jelleştirici, dezenfektan) eklenebilmelidir.
- 19)Ürün etiketi üzerinde üretim, son kullanma tarihi, lot numarası, referans numarası ve firma bilgileri olmalıdır.
- 20)Ürün miyadı teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
- 21)Üretici firma uluslararası CE belgesine sahip olmalıdır.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.
ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.
SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.
TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.
NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
<u>TEKLİFLERİN EN GEÇ 28.08.2023 TARİHİNE KADAR DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.</u>