

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

31.08.2023

Sayı : / DT - 62

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	MEMBRAN KOLLAJEN SIĞIR KAYNAKLI 30*40		30	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) MEMBRAN KOLLAJEN SİĞİR KAYNAKLI 30*40

- 1) Sığır kaynaklı olmalıdır.
- 2) Doğal doku kollajeni korunmuş olmalıdır.
- 3) Yüksek direnç ve yüksek yoğunlukta sık kollajen fibrillerden oluşmalıdır.
- 4) Bir tarafı pürüzsüz, diğer tarafı pürüzlü, kurutulmuş membran olmalıdır.
- 5) En az 30x40 mm ebatlarda ve en az 0.4 mm kalınlıkta olmalıdır.
- 6) Tamamen eriyebilir olmalıdır.
- 7) Greftleme bölgesini enfeksiyona karşı korumalıdır.
- 8) Kemik dokusuna ve yumuşak dokuya maksimum uyum sağlamalıdır.
- 9) Alttaki greftin stabilitesini ve uzun süreli korunmasını sağlamak amacıyla, membranın yumuşak doku ile entegrasyonu iyi olmalıdır.
- 10) Açıklıklarda, yatay ögrentasyonda, kemik içi defektlerde, açık sinüs tabanı yükseltilmesinde ve blok greft uygulamalarında kullanılmaya uygun olmalıdır.
- 11) ÜTS' de kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
- 12) Serum veya kanla temasında yumuşayarak dokuya tam adapte olmalıdır.
- 13) Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 14) Ürünün Türkiye'ye hangi firma tarafından ithal edildiği (dağıtıcı firma) ve o firmaya ait iletişim bilgileri ürün kitapçığında bulunmalıdır.
- 15) Ürünün tam olarak rezorbe olma zamanı en az 8 hafta olmalı ve bu özelliği istenildiğinde yüklenici firma tarafından bilimsel çalışmalar ile ortaya konabilmelidir.
- 16) Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 11.09.2023 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.