

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

27.09.2023

Sayı : / DT - 71

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	KANAMA DURDURUCU, HEMOSTATİK MATRİKS		20	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1.) KANAMA DURDURUCU, HEMOSTATİK MATRİKS

1. Ürün oftalmik işlemler hariç veya tüm insan vücudu dokularında kanamanın konvensiyonel yöntemlerle kontrolünün etkisiz ve elverişsiz olduğu durumlarda hemostasa yardımcı olarak kullanılmak amacıyla olmalıdır.
2. Ürün en az 2000 IU plazma (insan veya hayvan) trombin ve kollajen jelatin matriks veya agar dan oluşmalıdır.
3. Ürün jelatin kaynağı hayvansal veya agar olmalıdır.
4. Ürün, 1,5-10 ml arasında olmalıdır.
5. Ürün hazırlandıktan sonra en az 6 saatte kadar kullanılabilir olmalı veya zamana gerek kalmadan kullanıma hazır bir şekilde olmalıdır.
6. Ürün vücut dokuları ile uyumlu olup 4-8 hafta içerisinde resorbe olmalıdır.
7. Ürün enjektör veya flakon içerisinde akışkan olmalıdır.
8. Ürün, düzgün olmayan yüzeylere de enjekte edilebilmelidir.
9. Ürün trombin dışında herhangi bir pıhtılaşma faktörü içermemelidir.
10. Ürün sert ve yumuşak dokulara uygulanabilmelidir.
11. Ürün uygulandıktan sonra pıhtı zedelemeyen yıkanabilmelidir.
12. Ürün uygulama alanında çevre dokulara zarar vermemelidir.
13. Ürün ulaşılabilen alanlara kesilebilir veya bükülebilir aplikatör ile uygulanabilme özelliğine sahip olmalı veya ürün kullanımına göre talep edildiğinde tüm aparatlar teslim edilebilir olmalıdır.
14. Ürün oda sıcaklığında saklanabilmeli veya kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde saklanabilmelidir.
15. Ürün kiti içerisinde flakonlar, karıştırma enjektörü ve uygulama enjektörü mevcut olmalı veya karıştıracağı bu aparatlara gerek kalmadan kullanıma hazır olmalıdır.
16. Ürünün tüm aparatları steril olmalıdır.
17. Ürünün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, açıldıktan sonraki kullanım zamanı (firma tarafından ayrı olarak da verilebilir), ürün seri numaraları veya ürün içeriği belirtilmelidir.
18. Ürünün kullanım talimatında ürün kullanım yeri ve şekli Türkçe yazılı olarak bulunmalıdır.
19. Teslim tarihinden itibaren raf ömrü en az 18 (onsekiz) ay olmalıdır.
20. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, ÜTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 02.10.2023 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.