

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

9.10.2023

Sayı : / DT - 78

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	KOLLEKTÖR SETİ MİKROMOTOR İÇİN (MC3 MODEL)		10	Adet
2 .	FREZ TUTUCU, NSK PANAMAX		100	Adet
3 .	ÜST KAPAK, KAVO 608C		50	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) KOLLEKTÖR SETİ MİKROMOTOR İÇİN (MC3 MODEL)

ELEKTRİKLİ MİKROMOTOR KOLLEKTÖR SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set içeriği, 1 adet kollektör, 2 adet rulman, 2 adet kömür, 3 adet su o-ringi, 1 adet oring, 11 adet sızdırmazlık contasından oluşmalıdır.
2. Kollektör dc sisteme uygun çalışmalıdır.
3. Kollektör ve rulmanlar 40.000 devir çalışmaya uygun olmalıdır.
4. Rulmanlar kapalı sistem olup, kömür tozlarını içerisini almamalıdır.
5. O-ringler dayanıklı silikon malzemeden üretilmiş olmalıdır.
6. Parça montaj ve işçilik hatalarına karşı 6 ay garantili olmalıdır.
7. Kurumumuzda kullanılan Bien air marka mc3 model mikromotorlara tam uyumlu olmalıdır.

2 .) FREZ TUTUCU, NSK PANAMAX

NSK PANAMAX PLUS AERATÖR FREZ TUTUCU ŞARTNAMESİ

1. Paslanmaz çelikten olmalı
2. Yükseklik ölçüsü 12.3 mm olmalıdır.
3. Kalınlık 3.175 mm olmalı
4. En az 2.2 bar hava basıncına dayanıklı olmalıdır.
5. Frez Tutucular tutma testi yapılarak teslim alınacaktır. Testi geçemeyen frez tutucular iade edilecektir.
6. Kurumumuzda kullanılan pana max plus marka aeratörlere uyumlu olmalıdır.

3 .) ÜST KAPAK, KAVO 608C

KAVO 608C PUSH BUTON KAPAĞI ŞARTNAMESİ

1. Paslanmaz çelikten olmalı.
2. İç derinliği 2.60 mm olmalıdır.
3. 4 adet kapak açma tırnağı olmalıdır.
4. Kapağın aeratöre takılan dişli çapı genişliği 11.40 mm olmalıdır.
5. Kapak içerisinde 1 adet oring 1 adet de dalgalı metal pul olmalıdır.
6. Kurumumuzda kullanılan KAVO 608C marka aeratörlere uyumlu olmalıdır.
7. Aeratöre uyumlu olmayan kapaklar iade edilecektir.

--

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.
ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.
SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.
TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.
NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
<u>TEKLİFLERİN EN GEÇ 16.10.2023 TARİHİNE KADAR DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.</u>