

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

26.10.2023

Sayı : / DT - 83

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	EPIPEN İĞNE		10	Adet
2 .	GLUKAGON İĞNESİ		10	Adet
3 .	LARİNGEAL MASKE SIZE:2		4	Adet
4 .	LARİNGEAL MASKE SIZE:2,5		5	Adet
5 .	LARİNGEAL MASKE SIZE:3		5	Adet
6 .	LARİNGEAL MASKE SIZE:3,5		4	Adet
7 .	LARİNGEAL MASKE SIZE:4		5	Adet
8 .	LARİNGEAL MASKE SIZE:5		4	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) EPİPEN İĞNE

- 1- İÇERİSİNDE EPİNEFRİN İLAÇ OLMALIDIR.
- 2- ANOFLAKSİ TEDAVİSİNDE KULLANILABİLMELİDİR.
- 3- IM ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ OLMALIDIR.

2 .) GLUKAGON İĞNESİ

- 1- ANİ HİPOGLİSEMİDE KULLANILABİLMELİDİR.
- 2- IM ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ OLMALIDIR.
- 3- GLUKAGON 1 MG TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇERİĞİ OLMALIDIR.

3 .) LARİNGEAL MASKE SIZE:2

- 1- Laringskop kullanmadan uygulanabilmelidir.
- 2- Klasik brain airway kaf şekline sahip olmalı, bu sayede kullanım zorluğu yaratabilecek sebepler ortadan kaldırılmalıdır.
- 3- Hava yolu tüpüne bağlı şişirme tüpü bulunmalıdır.
- 4- Şişirme tüpün üzerinde maske boyutu yazmalıdır.
- 5- LMA içindeki basınç hakkında bilgi edinebilmesini sağlayan basınç duyarlı pilot balonu olmalıdır.
- 6- Optimal hava yolu tüp esnekliğine sahip olmalı, bu sayede glotis çevresine kaf oturmasının mümkün olduğunca keskin olması sağlanmalıdır.
- 7- Konnektörü standart 15 mm çapında olmalıdır.
- 8- Kolay geçişe izin verecek yapıda pürüzsüz yüzeyli olmalıdır.
- 9- Hava yolu tüpü esnek yapıda(flexible) olmalıdır.
- 10- LMA üzerinde hastanın ağzından çıkan bölümde kullanımı kolaylaştıracak işaretler bulunmalı, tüp üzerinde bulunan bilgiler silinmemelidir.
- 11- Orjinal paketinde tek tek paketlenmiş, paket optimum yapının bozulmasına izin vermeyecek şekilde yapılmış ve paket içinde steril olmalıdır.
- 12- Çoklu kullanıma uygun olmalı, dezenfeksiyon sıvılarına dayanıklı olmalı, sterilizasyon yapılabilmeli, bununla ilgili talimatname verilmelidir.
- 13- Numuneler denenerek karar verilecektir.

4 .) LARİNGEAL MASKE SIZE:2,5

1- Laringoskop kullanmadan uygulanabilmelidir.

2- Klasik brain airway kaf şekline sahip olmalı, bu sayede kullanım zorluğu yaratabilecek sebepler ortadan kaldırılmalıdır.

3- Hava yolu tüpüne bağlı şişirme tüpü bulunmalıdır.

4- Şişirme tüpün üzerinde maske boyutu yazmalıdır.

5- LMA içindeki basınç hakkında bilgi edinebilmesini sağlayan basınç duyarlı pilot balonu olmalıdır.

6- Optimal hava yolu tüp esnekliğine sahip olmalı, bu sayede glotis çevresine kaf oturmasının mümkün olduğunca keskin olması sağlanmalıdır.

7- Konnektörü standart 15 mm çapında olmalıdır.

8- Kolay geçişe izin verecek yapıda pürüzsüz yüzeyli olmalıdır.

9- Hava yolu tüpü esnek yapıda(flexible) olmalıdır.

10- LMA üzerinde hastanın ağızından çıkan bölümde kullanımı kolaylaştıracak işaretler bulunmalı, tüp üzerinde bulunan bilgiler silinmemelidir.

11- Orjinal paketinde tek tek paketlenmiş, paket optimum yapının bozulmasına izin vermeyecek şekilde yapılmış ve paket içinde steril olmalıdır.

12- Çoklu kullanıma uygun olmalı, dezenfeksiyon sıvılarına dayanıklı olmalı, sterilizasyon yapılabilmeli, bununla ilgili talimatname verilmelidir.

13- Numuneler denenerek karar verilecektir.

5 .) LARİNGEAL MASKE SIZE:3

1- Laringoskop kullanmadan uygulanabilmelidir.

2- Klasik brain airway kaf şekline sahip olmalı, bu sayede kullanım zorluğu yaratabilecek sebepler ortadan kaldırılmalıdır.

3- Hava yolu tüpüne bağlı şişirme tüpü bulunmalıdır.

4- Şişirme tüpün üzerinde maske boyutu yazmalıdır.

5- LMA içindeki basınç hakkında bilgi edinebilmesini sağlayan basınç duyarlı pilot balonu olmalıdır.

6- Optimal hava yolu tüp esnekliğine sahip olmalı, bu sayede glotis çevresine kaf oturmasının mümkün olduğunca keskin olması sağlanmalıdır.

7- Konnektörü standart 15 mm çapında olmalıdır.

8- Kolay geçişe izin verecek yapıda pürüzsüz yüzeyli olmalıdır.

9- Hava yolu tüpü esnek yapıda(flexible) olmalıdır.

10- LMA üzerinde hastanın ağzından çıkan bölümde kullanımı kolaylaştıracak işaretler bulunmalı, tüp üzerinde bulunan bilgiler silinmemelidir.

11- Orjinal paketinde tek tek paketlenmiş, paket optimum yapının bozulmasına izin vermeyecek şekilde yapılmış ve paket içinde steril olmalıdır.

12- Çoklu kullanıma uygun olmalı, dezenfeksiyon sıvılarına dayanıklı olmalı, sterilizasyon yapılabilmeli, bununla ilgili talimatname verilmelidir.

13- Numuneler denenerek karar verilecektir.

6 .) LARİNGEAL MASKE SIZE:3,5

1- Laringoskop kullanmadan uygulanabilmelidir.

2- Klasik brain airway kaf şekline sahip olmalı, bu sayede kullanım zorluğu yaratabilecek sebepler ortadan kaldırılmalıdır.

3- Hava yolu tüpüne bağlı şişirme tüpü bulunmalıdır.

4- Şişirme tüpün üzerinde maske boyutu yazmalıdır.

5- LMA içindeki basınç hakkında bilgi edinebilmesini sağlayan basınç duyarlı pilot balonu olmalıdır.

6- Optimal hava yolu tüp esnekliğine sahip olmalı, bu sayede glotis çevresine kaf oturmasının mümkün olduğunca keskin olması sağlanmalıdır.

7- Konnektörü standart 15 mm çapında olmalıdır.

8- Kolay geçişe izin verecek yapıda pürüzsüz yüzeyli olmalıdır.

9- Hava yolu tüpü esnek yapıda(flexible) olmalıdır.

10- LMA üzerinde hastanın ağzından çıkan bölümde kullanımı kolaylaştıracak işaretler bulunmalı, tüp üzerinde bulunan bilgiler silinmemelidir.

11- Orjinal paketinde tek tek paketlenmiş, paket optimum yapının bozulmasına izin vermeyecek şekilde yapılmış ve paket içinde steril olmalıdır.

12- Çoklu kullanıma uygun olmalı, dezenfeksiyon sıvılarına dayanıklı olmalı, sterilizasyon yapılabilmeli, bununla ilgili talimatname verilmelidir.

13- Numuneler denenerek karar verilecektir.

7 .) LARİNGEAL MASKE SIZE:4

1- Laringoskop kullanmadan uygulanabilmelidir.

2- Klasik brain airway kaf şekline sahip olmalı, bu sayede kullanım zorluğu yaratabilecek sebepler ortadan kaldırılmalıdır.

3- Hava yolu tüpüne bağlı şişirme tüpü bulunmalıdır.

4- Şişirme tüpün üzerinde maske boyutu yazmalıdır.

5- LMA içindeki basınç hakkında bilgi edinebilmesini sağlayan basınç duyarlı pilot balonu olmalıdır.

6- Optimal hava yolu tüp esnekliğine sahip olmalı, bu sayede glotis çevresine kaf oturmasının mümkün olduğunca keskin olması sağlanmalıdır.

7- Konnektörü standart 15 mm çapında olmalıdır.

8- Kolay geçişe izin verecek yapıda pürüzsüz yüzeyli olmalıdır.

9- Hava yolu tüpü esnek yapıda(flexible) olmalıdır.

10- LMA üzerinde hastanın ağızından çıkan bölümde kullanımı kolaylaştıracak işaretler bulunmalı, tüp üzerinde bulunan bilgiler silinmemelidir.

11- Orjinal paketinde tek tek paketlenmiş, paket optimum yapının bozulmasına izin vermeyecek şekilde yapılmış ve paket içinde steril olmalıdır.

12- Çoklu kullanıma uygun olmalı, dezenfeksiyon sıvılarına dayanıklı olmalı, sterilizasyon yapılabilmeli, bununla ilgili talimatname verilmelidir.

13- Numuneler denenerek karar verilecektir.

8 .) LARİNGEAL MASKE SIZE:5

1- Laringoskop kullanmadan uygulanabilmelidir.

2- Klasik brain airway kaf şekline sahip olmalı, bu sayede kullanım zorluğu yaratabilecek sebepler ortadan kaldırılmalıdır.

3- Hava yolu tüpüne bağlı şişirme tüpü bulunmalıdır.

4- Şişirme tüpün üzerinde maske boyutu yazmalıdır.

5- LMA içindeki basınç hakkında bilgi edinebilmesini sağlayan basınç duyarlı pilot balonu olmalıdır.

6- Optimal hava yolu tüp esnekliğine sahip olmalı, bu sayede glotis çevresine kaf oturmasının mümkün olduğunca keskin olması sağlanmalıdır.

7- Konnektörü standart 15 mm çapında olmalıdır.

8- Kolay geçişe izin verecek yapıda pürüzsüz yüzeyli olmalıdır.

9- Hava yolu tüpü esnek yapıda(flexible) olmalıdır.

10- LMA üzerinde hastanın ağzından çıkan bölümde kullanımı kolaylaştıracak işaretler bulunmalı, tüp üzerinde bulunan bilgiler silinmemelidir.

11- Orjinal paketinde tek tek paketlenmiş, paket optimum yapının bozulmasına izin vermeyecek şekilde yapılmış ve paket içinde steril olmalıdır.

12- Çoklu kullanıma uygun olmalı, dezenfeksiyon sıvılarına dayanıklı olmalı, sterilizasyon yapılabilmeli, bununla ilgili talimatname verilmelidir.

13- Numuneler denenerek karar verilecektir.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYİ ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYİ ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 06.11.2023 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.