

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

31.10.2023

Sayı : / DT - 88

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	PROTEİN TESTİ		150	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1.) PROTEİN TESTİ

1. Cerrahi aletlerin, endoskopların ve ortam yüzeylerindeki adenozin trifosfat (ATP) kalıntısını 30 saniyeden kısa bir süre içerisinde tespit etmek üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Kan veya kan dokusu ve mikroorganizma yükü gibi az miktardaki ATP kalıntılarını kantitatif olarak ölçümleyebilmelidir ve yüzeylerin temizlik sürecinin etkinliğini doğrulayabilmelidir.
3. Kullanıma hazır sürüntü çubukları olmalı ve her bir çubuğun içinde ATP miktarına bağlı olarak ışık yapacak kendi çözeltisi bulunmalıdır.
4. Sürüntü çubuğu sayesinde malzeme üzerindeki oluklu kenarlar veya lümenler gibi ulaşılması zor olan bölgelerden kolayca numune alımını sağlamalıdır.
5. Swap çubuğu sayesinde oluklu kenarlar kutu köşeleri ve aletlerin eklem yerleri gibi ulaşılması zor olan bölgelerin bulunduğu malzemelerden kolayca numune alımı sağlamalıdır.
6. Ölçüm cihazı ölçüm sonuçlarını hafızasında saklayabilmelidir.
7. Ölçüm değerleri kantitatif olarak rakamsal değerlerle gösterilmeli ve böylelikle temizlik seviyesi belirlenebilmelidir.
8. Farklı özellikteki yüzeyler için duruma özel sınır değerleri belirlenebilmeli, sistem ve ölçüm cihazına kaydedilebilmelidir.
9. Planlanmış ölçüm noktaları dışında da anlık ölçümler yapılabilirdir.
10. Ölçüm cihazından bir adet hastaneye teslim edilmeli, ölçüm cihazı şarj edilebilir olmalı veya cihaz şarjlı kalem pil ile kullanıma hazır olmalıdır. Cihazı şarjlı pil ile teklif eden yüklenici firma cihaz ile birlikte 1 adet şarj cihazı ve 1 takım şarj edilebilir pili vermelidir. Cihazı pil ile çalışan yüklenici firma şarj cihazı bozulduğunda veya pillerin ömrü bittiğinde bu malzemeleri kuruma temin etmelidir.
11. Deneme yapabilmek için ölçüm cihazı ve 10 adet sürüntü çubuğu ile birlikte teslim edilmelidir.
12. Zararlı kimyasallar içermemelidir.
13. Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. Son kullanım tarihine 3 ay kala ürün değişimi tedarikçi tarafından karşılanmalıdır.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 06.11.2023 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.