

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

14.11.2023

Sayı : / DT - 92

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Aytaç KUZLAK

Hastane Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	KLİPS LİGASYON-SMALL		100	Adet
2 .	KLİPS LİGASYON APLİKATÖRÜ-SMALL		1	Adet
3 .	KLİPS LİGASYON-MEDİUM		300	Adet
4 .	KLİPS LİGASYON APLİKATÖRÜ-MEDİUM		1	Adet
5 .	KULAK KORUYUCU (40'LIK KUTU)		20	Kutu
6 .	YARA ÖRTÜSÜ 10*20		200	Adet
7 .	LABORATUAR TELİ, YUVARLAK, 0,4MM		10	Rulo

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) KLİPS LİGASYON-SMALL

- 1-Klipler titanyum small ebatında olmalıdır.
- 2-Klipler damar kapatma güvenliği açısından damar üzerinde kaymayan bağlayıcı atravmatik dişli olmalıdır.
- 3-Klipler kapanırken, damarın dışarı kaymasını engellemek için uç kısmı önce kapanıp damarı çevrelemeli, arka kısmı sonra kapanmalıdır.
- 4-Cerrahi müdahale sırasında klipler kartuştan kolaylıkla alınabilmesi için kartuşların altı yapışkanlı olmalıdır.
- 5-Small ebatındaki kliplerin boyu kapanmadan 3,0 mm., kapandıktan sonra 3,6 mm. olmalıdır.
- 6-Her kutuda 30 adet kartuş olmalıdır. Her kartuşta 6 adet klip olmalıdır.
- 7-Kartuşlar kolay ayırt edilebilmesi için renk kodlu olmalıdır.
- 8-Manyetik olmamalıdır, MR ve benzeri görüntüleme sistemlerinde görüntü imajını saptırmamalıdır.
- 9-Steril pakette ve sterilizasyon bitiş tarihi yazılı olmalıdır.
- 10-ÜTS'de kayıtlı, Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olmalıdır.

2 .) KLİPS LİGASYON APLİKATÖRÜ-SMALL

- 1-Reusable olmalıdır.
- 2-Açık cerrahi ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.
- 3-Uzunluğu en az 19 cm. olmalıdır.
- 4-Teklif edilen kliplere uyumlu olmalıdır ve aplikatörün kolay ayırt edilebilmesi için kliplerle aynı renk kodu bulunmalıdır.
- 5-Otoklava dayanıklı olmalıdır.
- 6-Klip ve uyumlu aplikatörleri bir bütün olduğundan, aynı marka ürün tercih edilecektir.
- 7-Bunun için her iki kalemin toplamında, uygun fiyat veren marka ürün tercih edilecektir.

3 .) KLİPS LİGASYON-MEDİUM

1- Klipler titanyum small ebatında olmalıdır.

2-Klipler damar kapatma güvenliği açısından damar üzerinde kaymayan bağlayıcı atravmatik dişli olmalıdır.

3-Klipler kapanırken, damarın dışarı kaymasını engellemek için uç kısmı önce kapanıp damarı çevrelemeli, arka kısmı sonra kapanmalıdır.

4-Cerrahi müdahale sırasında klipler kartuştan kolaylıkla alınabilmesi için kartuşların altı yapışkanlı olmalıdır.

5-Small ebatındaki kliplerin boyu kapanmadan 4,8 mm., kapandıktan sonra 5,6 mm. olmalıdır.

6-Her kutuda 30 adet kartuş olmalıdır. Her kartuşta 6 adet klip olmalıdır.

7-Kartuşlar kolay ayırt edilebilmesi için renk kodlu olmalıdır.

8-Manyetik olmamalıdır, MR ve benzeri görüntüleme sistemlerinde görüntü imajını saptırmamalıdır.

9-Steril pakette ve sterilizasyon bitiş tarihi yazılı olmalıdır.

10-ÜTS'de kayıtlı, Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olmalıdır.

4 .) KLİPS LİGASYON APLİKATÖRÜ-MEDİUM

1-Reusable olmalıdır.

2-Açık cerrahi ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

3-Uzunluğu en az 19 cm. olmalıdır.

4-Teklif edilen kliplere uyumlu olmalıdır ve aplikatörün kolay ayırt edilebilmesi için kliplerle aynı renk kodu bulunmalıdır.

5-Otoklava dayanıklı olmalıdır.

6-Klip ve uyumlu aplikatörleri bir bütün olduğundan, aynı marka ürün tercih edilecektir.

7-Bunun için her iki kalemin toplamında, uygun fiyat veren marka ürün tercih edilecektir.

5 .) KULAK KORUYUCU (40'LIK KUTU)

1- BRAUN MARKA ATEŞ ÖLÇER CİHAZLARINA UYUMLU OLMALIDIR.

6 .) YARA ÖRTÜSÜ 10*20

1- *Tüm kenarları kapalı, kıvrımlı bölgelerde rahatça kullanılabilecek şekilde esnek olmalı

2- *Hipoallerjenik ve hava geçirgen olmalı

3- * Yaraya yapışmadan sıvıyı absorbe edebilmeli ,

4- *Tek tek ambalajlanmış paketlerde steril ve yapışkan olmalı

5- * Gazlı bez yada pamuk ile yapılan işlemlerin yerine kullanılabilmeli

6- *Kullanımı kolaylaştırmak için arka kısmında bulunan yapışkan tabakayı örten kısım 2 parçadan oluşmalı

7- *10 x 20 cm ebatlarında olmalı

8- *Teslim tarihinden itibaren raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

9- *Numuneler denenerek karar verilecektir.

7 .) LABORATUAR TELİ, YUVARLAK, 0,4MM

1-Paslanmaz çelikten üretilmelidir.

2-0,4mm kalınlığında olmalıdır.

3-Bir telin uzunluğu en az 50 mt olmalıdır.

4-Bükülebilir olmalıdır.

4-Numuneler denenerek karar verilecektir.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 20.11.2023 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.