

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

28.11.2023

Sayı : / DT - 96

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	IŞINLI BASPLAK CİHAZI		10	Adet
2 .	SİMAN,CAM İYONOMER,SİMANTASYON (TOZ-LİKİT)		5	Kutu

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) IŞINLI BASPLAK CİHAZI

1. Bu ürün için verilecek birim fiyat teklifi 1 adet ışınli basplak cihazı için olmalıdır.
2. Cihazda 4 adet 9 voltluk ultraviyole ışın kaynağı olan lamba olmalıdır,
3. Cihazın kullanılan aktif alanının tabanı ışınları yansıtma özelliğine sahip olmalı ve bu sayede tüm yönlerden polimerizasyonu kolaylaştırmalıdır,
4. En az 5000 saat lamba ömrü olmalıdır,
5. Aynı anda en az 3 adet ölçü kaşığı polimerize edilebilmelidir,
6. Çalışma sırasında oluşan ışınların dışarı sızmasını engelleyecek kapağa sahip olmalıdır,
7. En fazla 5 dakika içerisinde ölçü kaşığı ve kaide plağının hem iç hem de dış yüzeylerini tam olarak polimerize edebilmelidir.
8. Cihazın ölçü kaşığı ve kaide plağını belirlenen sürede polimerize edip etmediği denenecektir,
9. Ürün numunesi olmadan yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

2 .) SİMAN,CAM İYONOMER,SİMANTASYON (TOZ-LİKİT)

- 1.Bu ürün için verilecek birim teklif "15 ml likit+35 gram toz " için olmalıdır,
2. Her ürünle birlikte tozu koymak için ölçülü kaşığı olmalıdır,
- 3.Kımyasal olarak sertleşmelidir,
- 4.Çalışma zamanı 2,5-4 dakika, sertleşme zamanı 5-7 dk olmalıdır,
5. EN/ISO 9917 standartlarına uygun olmalıdır,
- 6.CE belgesi olmalıdır,
7. Kuron, köprü, inley v.b yapıştırılmasına uygun olmalıdır,
8. En az 2 yıl raf ömrü olmalıdır,
9. Kullanım kolaylığı için toz/likit karıştırma oranı 3/1 olmalıdır.
- 10.Ürün numunesi denenecektir
- 11.Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.
ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.
SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.
TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.
NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
<u>TEKLİFLERİN EN GEÇ 04.12.2023 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.</u>