

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

30.11.2023

Sayı : / DT - 97

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	ULTRASONİK YIKAMA CİHAZI		1	Adet
2 .	Santrifüj Cihazı		1	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) ULTRASONİK YIKAMA CİHAZI

- 1- Sağlam ve tek parçadan oluşan vibrasyon tankı ve gövde paslanmaz çelikten üretilmelidir.
- 2- Cam malzemelerin, metal ürünlerin, elektronik komponentlerin ve çeşitli aparatların derinlemesine temizliğini sağlamalıdır.
- 3- Kesintisiz ve etkili ultrasonik dalga boyu tüm yüzeylerde hassas ve kesin temizliği garanti etmelidir.
- 4- LED panele sahip kontrol ünitesi sıcaklık ve zaman kontrolünü sağlamalıdır. Paralel olarak ayarlanan ve gerçek değerleri göstermelidir.
- 5- Sık tekrarlanan çalışmalarda hafıza fonksiyonu, kaydedilen değerleri saklamalı ve istenildiğinde derhal devreye sokmalıdır.
- 6- Banyo içi sıcaklık ortam sıcaklığı ile 80 °C arasında ayarlanabilmelidir.
- 7 - Zaman kontrolü 1-60 dakika arasında, 1 dakikalık sekmeler ile yapılabilmelidir.
- 8- Teklif edilecek ürünün orijinal kutusu veya ambalajı üzerinde CE belge ibaresi yazılı olmalıdır.
- 9- Teklif edilen ürünün, değerlendirilmesi aşamasında, teknik şartnamelerdeki ilgili hükümler doğrultusunda, ürün broşürleri ve/veya katalogları da isteklilerden talep edilecektir. Bu talebin karşılanmadığı teklifler, DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
10. Ultrasonik Yıkama Cihazı dijital göstergeli, 3 Litrelik olacaktır.

2 .) Santrifüj Cihazı

- 1- Ulusal (TSE) veya uluslararası standartlara uygun olmalıdır
- 2- Dış boyutu 390x380x590 mm (+/- 10 mm) olmalıdır.
- 3- Ağırlığı en fazla 3 kg olmalıdır.
- 4- Giriş voltajı 100-240 VAC/50-60 HZ olmalıdır.
- 5- Hızı 500 rpm (+/- 20 mm) olmalıdır.
- 6- Azami 7 dakika içinde santrifüj işlemini gerçekleştirebilmelidir.
- 7- Aynı anda 8 adet şeffaf plak hizalanabilmelidir.
- 8- İçerisinde şeffaf plakların yerleştirilmesi için kelepçeleri olmalıdır.
- 9- Şeffaf plaklar üzerinde kalan fazla reçinenin temizlenmesine uygun olmalıdır.
- 10- Teklif edilecek ürünün Orijinal Kutusu veya ambalajı üzerinde CE belge ibaresi yazılı olmalıdır.
- 11- Teklif edilen ürünün, değerlendirilmesi aşamasında, teknik şartnamelerdeki ilgili hükümler doğrultusunda, ürün broşürleri ve/veya katalogları da isteklilerden talep edilecektir. Bu talebin karşılanmadığı teklifler, DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 11.12.2023 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.