

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

6.12.2023

Sayı : / DT - 99

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	PEDİATRİK ZİRKON KRON		1	Set
2 .	GÜMÜŞ DİAMİN FLORÜR		3	Adet
3 .	PULPATOMİ AJANI (FERRİK SÜLFAT)		3	Adet
4 .	AĞIZ AÇACAĞI		50	Adet
5 .	LENTÜLO		300	Paket
6 .	NİTİ TEK EĞE KANAL ŞEKİLLENDİRME SİSTEMİ		100	Adet
7 .	KANAL EĞESİ K TİPİ NO:15-40		200	Set
8 .	KANAL ÇİMENTOSU		15	Kutu

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1.) PEDİATRİK ZİRKON KRON

- 1- ISO 13485 sertifikalı üretici olmalı
- 2- ISO 9001 sertifikalı üretici olmalı
- 3- Ürünle birlikte verilen ayrıntılı kullanım talimatları olmalı
- 4- Tasarlanan kronların iç yapısı kolesinden daha geniş olmalı ve simanın mekanik tutuculuğu artırılması sağlanmalı
- 5- Tükürük ve kanla kontaminasyonu önleyerek başarılı simantasyonu sağlanabilmeli
- 6- Kronun kole marjinlerinin incelerek ortalama (01,02 mm) inceliğinde bitecek şekilde tasarlanmış olmalı
- 7- Dayanıklılık ve minimum diş redüksiyonu için ideal kalınlıkta olmalı
- 8- Az aşınma ve plak birikimi için mikroskobik olarak düz yüzeyler olmalı
- 9- Desimantasyonu engelleyecek iç tasarıma sahip olmalı
- 10- Estetik olarak diş rengi ve saydamlığına yakın bir renkte olmalı
- 11- Posterior dişler için 6 farklı boyut seçeneğine sahip olmalı
- 12- Anterior dişler için 5 farklı boyut seçeneğine sahip olmalı
- 13- Anterior ve posterior kronların her biri üst veya alt çene dişleri için kendine özgün olmalı
- 14- En az iki renk seçeneğine (B1/A1) sahip olmalı
- 15- Kron boyutlanmasını gösteren yazılar kron içine kodlanmalı ve hastanın diliyle yazıya sürekli dokunarak (ortodontik hareketlenme) ihtimalinin önüne geçilmeli
- 16- Kronlar otoklavda steril edilebilir olup tekrar kullanım kolaylığı sağlanmalı
- 17- Kronların iç yüzeyi hava-su spreyi ile temizlendikten sonra kron temizleme solüsyonu yada %2.50'lik sodyum hipoklorit ile temizlenebilmeli
- 18- Tasarlanan kronların hasta ağızında uygulama esnasında yaşanabilecek pozisyonlama hatalarını tolera edebileceği tarzda tasarlanmış olması gerekir
- 19- Set şeklinde olmalı ve 1 set içerisinde anterior dişler için en az 3 farklı boyut olacak şekilde toplam 12 adet kron bulunmalıdır.

2.) GÜMÜŞ DİAMİN FLORÜR

- 1- Diş minesinin hassasiyetinin azaltılmasında, diş çürüklerinin önlenmesinde ve diş çürüklerinin tedavisinde kullanılabilir.
- 2- %38 gümüş diamin florür içermelidir.
- 3- Uygulama başlığı olmalıdır.
- 4- Şişe formunda ve en az 3 ml en fazla 5 ml olmalıdır.
- 5- Teslim tarihinden itibaren raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
- 6- Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, CE belge ibaresi ve numarası yazılı olmalıdır.
- 7- Ürün numuneleri denenerek karar verilecektir. Satınalma komisyonuna ürün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

3.) PULPATOMİ AJANI (FERRİK SÜLFAT)

- 1) Klasik hemostat ajanı olmalı
- 2) Kanamayı hızlı bir şekilde durdurmalı
- 3) %15,5 ferrik sülfat içermeli
- 4) Ph=1 olmalı
- 5) Kanama ce doku konturolünde pulpatomy,gingivektomi işlemlerinde kullanılmalı
- 6) Sulkuslar sıvı ile kontaminasyonu ortadan kaldırarak optimum yapıştırma sağlamalı
- 7) 30 ml şırınga ,20 uygulama ucu ve 20 boş şırıngası olmalıdır.
- 8- Teslim tarihinden itibaren raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
- 9- Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, CE belge ibaresi ve numarası yazılı olmalıdır.
- 10- Satınalma komisyonuna ürün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

4 .) AĞIZ AÇACAĞI

- 1) Çeşitli renk ve boylarda olmalıdır, otoklavda steril edilebilir olmalıdır,
- 2) Ağız dokularına zarar vermeyecek şekilde yumuşak plastikten imal edilmiş olmalıdır,
- 3) Çocuk hastada aniden ağzını kapatmasını önleyecek diş çiğneme yüzeylerine temas edecek şekilde olmalıdır,
- 4) 25 adet yeşil, 25 adet mavi renkte olacak, ürün boyutları denenerek komisyonca seçilecektir,
- 5) Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

5 .) LENTÜLO

- 1- Blister ambalaj şeklinde olmalıdır. Ürünler orjinal paketlerinde olmalıdır.
- 2- Bir blisterde en az 4 adet lentülo spiral olmalı (25#, 30#, 35#, 40#).
- 3- Sap kısmı metal olmalı, spirallerinden kolayca ayrılmamalıdır.
- 4- Sterilizasyona uygun olmalıdır.
- 5- 21 mm, 25 mm ve 27 mm uzunlukta seçenekleri olmalıdır.
- 6- Kutu veya ambalaj üzerinde üretici bilgileri, ürünün boyutları, CE belge ibaresi ve numarası yazılı olmalıdır.
- 7- Numuneler denenerek karar verilecektir. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 .) NİTİ TEK EĞE KANAL ŞEKİLLENDİRME SİSTEMİ

- 1) Eğeler M-Wire veya gold termal Ni-Ti'den yapılmış olmalı, bu durum katalog ile gösterilmeli.
- 2) Tek eğe ile kök kanalını genişletebilmeli.
- 3) Eğeler orjinal paketlerinde olmalıdır.
- 4) Eğeler resiprokasyon hareketi ile çalışarak tüm kanal genişletme işlemini tek eğe ile tamamlamak için özel dizayn edilmiş olmalı.
- 5) Eğeler hali hazırda fakültemizde kullanılan elektrik ve tork kontrollü resiprokasyon ve dönme cihazları ile uyumlu olmalı,
- 6) Standart kanalların dışındaki kanalları da tek eğe ile genişletebilmesi için farklı ebatlarda eğeler sunabilmeli.
- 7) Yüklenici firma, ürün teslim aşamasında ana üretici firmadan veya Türkiye ithalatçısından ürün lot numaralarının orijinalliğini belgelemelidir.
- 8) Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası ve boyutları CE belge ibaresi ve numarası yazılı olmalıdır.
- 9) İstenen boy ve ebatlar komisyon tarafından belirlenip yüklenici firmaya bildirilecektir.
- 10) Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 18 (on sekiz) ay olmalıdır.
- 11) Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 .) KANAL EĞESİ K TİPİ NO:15-40

1. Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı.
2. Eğelerin her bir kutusu veya blister ambalajı 15-20-25-30-35-40 numara ebatta 6 (adet) eğe içermeli
3. Eğelerde lastik stoper olmalıdır.
4. Eğeler otoklavlanabilir olmalı, sterilizasyon sonrası herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır.
5. Eğeler 25 mm uzunlukta olmalıdır.
6. Eğeler kare kesitli olmalı, sap kısmında eğenin tipi sembolik olarak gösterilmelidir.
7. Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası, eğenin tipi ve boyutları ve numarası, kutu veya ambalaj içeriğindeki eğe adeti yazılı olmalıdır.
8. Ürünün son kullanma tarihi, üzerinde veya ambalajında yazılı olmalı ve teslim tarihinden itibaren en az 18 (on sekiz) ay olmalıdır.
9. Numuneler denenerek karar verilecektir. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 .) KANAL ÇİMENTOSU

- 1- Kutu içerisinde toz ve likid şeklinde bulunmalıdır. Değerlendirme gr fiyatı üzerinden yapılacaktır.
- 2- Beyaz olmalı.
- 3- CE belgeli olmalı.
- 4- Son kullanma tarihine teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl olmalı.
- 5- Özellikle kök kanalı lateral perforasyonu, furkasyon perforasyonları, iç rezorbsiyon, kök apeksinin ters dolgusu, kuafaj ve tamamlanmamış kök gelişimi olan dişte pulpa kesimi durumlarında kullanılmalıdır.
- 6- Kullanma sonrası dişte gri renklenme yapmamalıdır.
- 7- Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, CE belge ibaresi ve numarası yazılı olmalıdır.
- 8- Numuneler denenerek karar verilecektir. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 18.12.2023 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.