

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

05.01.2024

Sayı : / DT - 1

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	KANAMA DURDURUCU 2,5*2,5 CM (REOXCEL VEYA MUADİLİ)		200	Adet
2 .	KANAMA DURDURUCU 5*7,5 CM (SURGICEL VEYA MUADİLİ)		200	Adet
3 .	KANAMA DURDURUCU 10*20 CM (SURGICEL VEYA MUADİLİ)		50	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) KANAMA DURDURUCU 2,5*2,5 CM (REOXCEL VEYA MUADİLİ)

1. Hammaddesi okside edilmiş rejenere selüloz olmalıdır. Hayvan bazlı madde içermemelidir.
2. Hemostatik özelliğe sahip olmalıdır.
3. En fazla 3-4 dakikada güvenli hemostaz sağlanmalıdır.
4. Eldiven ve cerrahi aletlere yapışmamalıdır.
5. Gama ışını ile steril edilmiş olmalıdır.
6. Materyal 7-14 gün içerisinde absorbe olmalıdır.
7. Poşetten çıkarıldığında pul pul dökülmemeli ve parçalanmamalı, kesildiğinde kan ve su ile temasında dağılmamalı, jelleşmemeli ve sertleşme yapmamalıdır.
8. Tek tek steril paketlerde olmalı, ürün dışarıda görünebilirliğini sağlayan şeffaf ambalajlarda olup, arka yüzünün raf ömrü boyunca bütünlüğünü koruyacak şekilde yırtılmayan, sıvı emmeyen, nem kapmayan malzemeden yapılmış olmalıdır.
9. Ürünün son kullanma tarihi, üzerinde veya ambalajında yazılı olmalı ve teslim tarihinden itibaren en az 18 (on sekiz) ay olmalıdır.
10. Ürün ebatları en az 2,5 cm x 2,5 cm olmalıdır.
11. **N umuneler denenerek karar verilecektir.**

2 .) KANAMA DURDURUCU 5*7,5 CM (SURGICEL VEYA MUADİLİ)

1. Hammaddesi okside edilmiş rejenere selüloz olmalıdır. Hayvan bazlı madde içermemelidir.
2. Hemostatik özelliğe sahip olmalıdır.
3. En fazla 3-4 dakikada güvenli hemostaz sağlanmalıdır.
4. Eldiven ve cerrahi aletlere yapışmamalıdır.
5. Gama ışını ile steril edilmiş olmalıdır.
6. Materyal 7-14 gün içerisinde absorbe olmalıdır.
7. Poşetten çıkarıldığında pul pul dökülmemeli ve parçalanmamalı, kesildiğinde kan ve su ile temasında dağılmamalı, jelleşmemeli ve sertleşme yapmamalıdır.
8. Tek tek steril paketlerde olmalı, ürün dışarıda görünebilirliğini sağlayan şeffaf ambalajlarda olup, arka yüzünün raf ömrü boyunca bütünlüğünü koruyacak şekilde yırtılmayan, sıvı emmeyen, nem kapmayan malzemeden yapılmış olmalıdır.
9. Ürünün son kullanma tarihi, üzerinde veya ambalajında yazılı olmalı ve teslim tarihinden itibaren en az 18 (on sekiz) ay olmalıdır.
10. Ürün ebatları en az 5 cm x 7,5 cm olmalıdır.
11. **N umuneler denenerek karar verilecektir.**

3 .) KANAMA DURDURUCU 10*20 CM (SURGICEL VEYA MUADİLİ)

1. Hammaddesi okside edilmiş rejenere selüloz olmalıdır. Hayvan bazlı madde içermemelidir.
2. Hemostatik özelliğe sahip olmalıdır.
3. En fazla 3-4 dakikada güvenli hemostaz sağlanmalıdır.
4. Eldiven ve cerrahi aletlere yapışmamalıdır.
5. Gama ışını ile steril edilmiş olmalıdır.
6. Materyal 7-14 gün içerisinde absorbe olmalıdır.
7. Poşetten çıkarıldığında pul pul dökülmemeli ve parçalanmamalı, kesildiğinde kan ve su ile temasında dağılmamalı, jelleşmemeli ve sertleşme yapmamalıdır.
8. Tek tek steril paketlerde olmalı, ürün dışarıda görünebilirliğini sağlayan şeffaf ambalajlarda olup, arka yüzünün raf ömrü boyunca bütünlüğünü koruyacak şekilde yırtılmayan, sıvı emmeyen, nem kapmayan malzemeden yapılmış olmalıdır.
9. Ürünün son kullanma tarihi, üzerinde veya ambalajında yazılı olmalı ve teslim tarihinden itibaren en az 18 (on sekiz) ay olmalıdır.
10. Ürün ebatları en az 10 cm x 20 cm olmalıdır.
11. **N umuneler denenerek karar verilecektir.**

--

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.
ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.
SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.
TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.
NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
<u>TEKLİFLERİN EN GEÇ 15.01.2024 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.</u>