

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

05.01.2024

Sayı : / DT - 2

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	RUBBER DAM LASTİK ÖRTÜSÜ		120	Kutu
2 .	SİLANE		10	Adet
3 .	EDTA JEL		60	Adet
4 .	AYNA BAŞLIĞI (RODYUMLU)		100	Adet
5 .	GEÇİCİ DOLGU MADDESİ		150	Adet
6 .	GATES-GLİDDEN		50	Paket
7 .	RUBBER DAM KLEMPİ		585	Adet
8 .	BİOSERAMİK KÖK KANAL PATI		20	Adet
9 .	KOMPOZİT, FİBER İÇERİKLİ		6	Set
10 .	LİNGUAL RETAINER WİRE BOND A BRAİD		1	Kutu

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

11 .	VİTALOMETRE (DİJİTAL)		1	Adet
------	-----------------------	--	---	------

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) RUBBER DAM LASTİK ÖRTÜSÜ

- 1.Orjinal ambalajında kutu içeriği en az 36 adet olmalı, latex ve non-latex seçimi yapılabilirdir.
- 2.En az 150 X 150 mm boyutlarında
- 3.Esnek ve yırtılmayan özellikte olmalıdır.
- 4.Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

2 .) SİLANE

1. Porselen primer rezin simanlar ile porselen restorasyonlar arasındaki bağlantıyı güçlendirmelidir.
2. Porselen restorasyonları kontaminasyondan korumalıdır.
3. Rezine ile porselen restorasyon arasında kimyasal ve mikro mekanik bağlantı gücünü artırmalıdır.
4. Bağlantı yüzeyleri arasında sızıntı ihtimaline karşı direnç sağlamalıdır.
5. Raf ömrü boyunca üstün kimyasal özelliklerini koruyabilmelidir.
6. Porselen tamiri ve porselen restorasyonunda kullanılabilmelidir.
7. Raf ömrü teslim tarihi itibarıyla en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
8. Numuneler denenerek karar verilecektir.

3 .) EDTA JEL

- 1- Orjinal ambalajında şırınga içerisinde Etilendiamin tetraasetikasit jeli olmalıdır.
- 2- Değerlendirme gr fiyatı üzerinden yapılacaktır.
- 3- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalıdır.
- 4- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

4 .) AYNA BAŞLIĞI (RODYUMLU)

- 1.Üzerinde markası, menşei yazılı olmalı.
- 2.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinde herhangi bir bozulma ve korozyona uğramamalıdır.
- 3.Estetik tutuş ve renkli gövde olmalıdır.
- 4.Ayna yüzeyi buğu yapmaz ve çizilmelere karşı dirençli olmalıdır.
- 5.Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

5 .) GEÇİCİ DOLGU MADDESİ

1. Kavileri geçici olarak doldurmak için kullanılmalı.
2. Nemli ortamda kendiliğinden sertleşebilmeli.
3. Sertleşme birkaç dakika içinde başlamalıdır.
4. Kavite içerisine kolayca uygulanabilmeli, dökülme göstermemeli, el aletlerine yapışmamalı.
5. Net ağırlığı en az 28 gr.lık pasta şeklinde orijinal kutusu veya ambalajında olmalıdır.
6. Ojenol içermemeli, radyoopak olmalı.
7. Teklif edilecek ürünün orijinal kutusu veya ambalajı üzerinde, Üretici firmanın ismi, üretim ve son kullanma tarihleri yazılı olmalıdır.
8. Ürünün son kullanma tarihi, üzerinde veya ambalajında yazılı olmalı ve teslim tarihinden itibaren en az 18 (on sekiz) ay olmalıdır.
10. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

6 .) GATES-GLİDDEN

- 1- Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2- Frezler orijinal kutularında 6'lı (altı) ve asorti (1-6 numara) olmalı, istendiğinde sorti paketlerle değiştirilebilmelidir.
- 3- Her bir frez kutusundan tek tek çıkartılabilecek şekilde paketlenmiş olmalıdır.
- 4- Anguldurvaya takılabilecek özellikte metal saplı olmalıdır.
- 5- Farklı numaralar istenildiğinde değiştirilebilmelidir.

7 .) RUBBER DAM KLEMPİ

1- Paslanmaz çelikten olmalı,

2- İstenen adetler;

No: 0 = 70 adet

No: 2 = 70 adet

No: 2A = 60 adet

No: 7 = 60 adet

No: 7A = 40 adet

No: 14 = 60 adet

No: 14A = 40 adet

No: B4 = 75 adet

No: 9 = 50 adet

No: W8A = 60 adet

3- Satınalma komisyonunda ürünün numunesi veya broşürü olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 .) BİOSERAMİK KÖK KANAL PATI

1-Akışkan bir macun kıvamında olmalı

2-Tek kullanımlık uç ve yoğunlaştırıcı bir ajan kullanılarak kök kanal içerisine uygulanmalı.

3-Rengi beyaz ve estetik olmalı.

4-İçeriğinde kalsiyum slika ve zirkonyum oksit olmalı.

5-Antibakteriyel ve radyo opak olmalı.

6-Sertleşme süresi 5 saat 30 dk 'dan daha az olmalı.

7- Numuneler denenerek karar verilecektir.

8-Bir adet şırıngada en az 2 gram olmalıdır.

9-Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 18 (onsekiz) ay olmalıdır.

9 .) KOMPOZİT, FİBER İÇERİKLİ

1. Fiber içerikli, kondanse edilebilir kompozit olmalıdır.

2. Fiber partiküller ortalama 1-2mm uzunluğunda ve en az 15 mikron genişliğinde olmalıdır.

3. Doldurucu oranı en az ağırlıkça %75, hacimce %55 olmalıdır.

4. 0.25 mg kapsüllerde bulunmalı ve bir set içerisinde en az 50 adet kapsül bulunmalıdır.

5. Işıkla polimerize edilebilir olmalıdır.

6. Polimerizasyon süresi 1200 mW/cm² ve üzeri güce sahip LED ışık cihazlarında 10 saniye, 1200mW/cm² - 700mW/cm² gücündeki LED ışık cihazlarında 20 saniye olmalıdır.

7. Radyopak olmalıdır.

8. Ürün ambalajı üzerinde kapsül gramajları ve içerdiği kapsül sayısı yazmalıdır.

9. Son kullanma tarihi teslim alınan tarihten itibaren en az 1 yıl geçerli olmalıdır.

10 .) LİNGUAL RETAINER WIRE BOND A BRAİD

- 1) Ürün jel kıvamında bulunmalı ve irrigasyon iğnesiyle periodontal cep içine uygulanabilir olmalıdır.
 - 2) % 0.12-0.2 oranında klorheksidin diglukonat içermelidir.
 - 3) Ürün 20-50 ml tüpler içerisinde kullanıma hazır durumda olmalıdır.
 - 4) Ürünün raf ömrü teslim tarihi itibarıyla en az 2 yıl olmalıdır .
 - 5) Ürünün irrigasyon iğnesiyle kıvam derecesinin uyumunun belirlenmesi amacıyla numune bırakılmalıdır.
- Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

11 .) VİTALOMETRE (DİJİTAL)

1. Ufak bir silikon parçasında çok kısımlı elektronik devre içermelidir.
2. Transistörlü olmalıdır.
3. Gentle-Pulse Stimulus (Hafif-Atımlı Stimulus) verme özelliğinde olmalıdır.
4. Çok kısımlı devre içerdiği, transistörlü olduğu, Gentle-Pulse Stimulus verme özelliğinin olduğu alet kutusunun üzerinde yazmalıdır.
5. Aletin kullanılan dudak klipsi kablosu haricinde 1 adet yedek dudak klipsi kablosu bulunmalıdır.
6. Alet kazayla açılırsa, 5-6 dakika sonra otomatik olarak kapanma özelliğinde olmalıdır.
7. Probe' lar paslanmaz çelik olmalı ve buharda otoldavlanabilmelidir.
8. Dijital okuyucusu bulunmalıdır.
9. Stimulusun artış oranı, kullanıcının tekniğine uygun olarak 3 pozisyonlu anahtar ile ayarlanabilmelidir.
10. Maksimum stimulusa karşılık gelen rakam dijital göstergede 64 olmalıdır.
11. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 15.01.2024 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.