

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

15.01.2024

Sayı : / DT - 6

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	RULMAN AERATÖR PANAMAX NSK		300	Adet
2 .	RULMAN ANGULDURVA WH		100	Adet
3 .	RULMAN MİKROMOTOR WH		50	Adet
4 .	KAVO 608 C FREZ TUTUCU		100	Adet
5 .	X SMART RULMAN		50	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) RULMAN AERATÖR PANAMAX NSK

NSK PANAMAX AERATÖR RULMAN ŞARTNAMESİ

- 1-iç çapı 3.175 mm olmalı.
- 2-Dış çapı 6.35 mm olmalı.
- 3-Kalınlık 2.38 mm olmalı.
- 4- Rulmanlar dış gövdesi paslanmaz çelik olmalıdır.
- 5-Rulmanın hızı minimum 350.000 RPM olmalıdır.
- 6-Rulman bilyeleri seramik olmalıdır.
- 7-Rulmanlar kapalı kutusunda teslim edilecektir.

2 .) RULMAN ANGULDURVA WH

PASLANMAZ ÇELİK RULMAN ŞARTNAMESİ

- 1-iç çapı 4 mm olmalı.
- 2-Dış çapı 7 mm olmalı.
- 3-Kalınlık 2 mm olmalı.
- 4-Model numarası SMR 74 olmalı.
- 5-Rulman açık ve kapalı tip olabilir.
- 7- Rulmanın hızı minimum 40.000 RPM olmalıdır.
- 8-Rulmanlar orijinal kapalı kutusunda olacak ayrıca kutu içerisinde olmalıdır.

3 .) RULMAN MİKROMOTOR WH

PASLANMAZ ÇELİK RULMAN ŞARTNAMESİ

- 1-iç çapı 3,175mm olmalı.
- 2-Dış çapı 7,9375 mm olmalı.
- 3-Kalınlık 3,571mm olmalı.
- 4-Model numarası R2-5 ZZ olmalı.
- 5-Rulman kapalı tip (ZZ) olmalıdır.
- 7- Rulmanın hızı minimum 40.000 RPM olmalıdır.
- 8-Rulmanlar kapalı kutusunda teslim edilecektir.

4 .) KAVO 608 C FREZ TUTUCU

KAVO 608C AERATÖR FREZ TUTUCU ŞARTNAMESİ

1. Paslanmaz çelikten olmalı
2. Yükseklik ölçüsü 13.9 mm olmalıdır.
3. Kalınlık 3.175 mm olmalı
4. En az 2.2 bar hava basıncına dayanıklı olmalıdır.
5. Kurumumuzda kullanılan KAVO 608C marka aeratörlere uyumlu olmalıdır.
6. Frez Tutucular tutma testi yapılarak teslim alınacaktır. Testi geçemeyen frez tutucular iade edilecektir.
7. Uyumlu olmayan tutucular iade edilecektir.

5 .) X SMART RULMAN

PASLANMAZ ÇELİK RULMAN ŞARTNAMESİ

- 1-iç çapı4 mm olmalı.
- 2-Dış çapı 6.5 mm olmalı.
- 3-Kalınlık 1.3 mm olmalı.
- 5-Rulman açık tip olmalı (ön ve arkası açık olmalı)
- 6- Rulman paslanmaz çelik olmalıdır.
- 7- Rulmanın hızı minimum 40.000 RPM olmalıdır.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 23.01.2024 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.