

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

22.01.2024

Sayı : / DT - 11

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	ÖLÇÜ MADDESİ, SİLİKON, ISIRMA (KAPANIŞ SİLİKONU)		40	Kutu
2 .	PORSELEN TAMİR SETİ		3	Kutu
3 .	PATTERN REZİN		3	Kutu

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1.) ÖLÇÜ MADDESİ, SİLİKON, ISIRMA (KAPANIŞ SİLİKONU)

- 1- Teklif edilecek birim, bir set şeklinde olmalıdır. Bir set 2 x 50 ml kartuş (Baz + Katalizör) + 12 karıştırma ucu (küçük boy) içermelidir.
- 2- Doğru ısırma kaydı sağlayan yüksek nihai sertliğe sahip ilave silikon tipinde olmalıdır.
- 3- Tiksotropik özelliği olmalıdır.
- 4- Dezenfekte edildikten sonra bile, alındığı tarihten itibaren 7 güne kadar ısırma kaydının doğruluğunun korunmasını mümkün kılan boyutsal stabiliteye sahip olmalıdır.
- 5- En az 37±5 Shore sertlik değerine sahip olmalıdır.
- 6- Çalışma zamanı 25-30 saniye aralığında olmalıdır.
- 7- Sertleşme zamanı 50-60 saniye olmalıdır.
- 8- En fazla 5 µm hassasiyetle ölçü detayı elde edilebilmelidir. Daha düşük hassasiyete sahip ürünler (5 µm' den kalın detaya sahip olanlar) kabul edilmeyecektir.
- 9- Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 18 (onsekiz) ay olmalıdır.
- 10- Her 20 kutu ürün için 1 adet karıştırma tabancası olmalıdır.
- 11- Numuneler denenerek karar verilecektir.

2.) PORSELEN TAMİR SETİ

1-Kırılmış seramik ya da kompozit resin veneer ya da köprülerin intra oral tamirinde kullanılabilir.

2-Kırılmış tüm seramik restorasyonların intra oral tamirinde kullanılabilir.

3-Açığa çıkmış kök yüzeyleri ya da kırılmış seramik inley tedavisinde kullanılabilir.

4-Hem intra hem de ekstra oral tamir için kullanılabilir.

5-Birkaç dakikada direkt tamir sağlamalı.

6-Bütün dental materyallere bağlanmayı sağlamalı.

7-Tamir kiti içerisinde 1 adet 6ml lik % 40 fosforik asit içeren asit etching jeli, 1 adet 1ml lik metal adezivi primeri, 1 adet 6ml lik primer ve 1 adet 5ml bond bulunan self-etching, ışınlı polimerize olan bir bonding sistemi, 1 adet 4ml lik porselen silanı ve 1 adet 4gr' lık metali maskelemek için opaquer kompozit içermelidir.

8-MDP fonksiyonel monomer içermelidir.

9-Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 18 (onsekiz) ay olmalıdır.

10-Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

3.) PATTERN REZİN

1. Bu ürün için verilecek teklif " 1 kutu" için olmalıdır,
2. Kendiliğinden polimerize olan akrilik özelliğinde olmalıdır,
3. Karıştırılmaya başladıktan en fazla 4 dakika süre içerisinde polimerize olmalıdır,
4. Ağız içerisinde kullanıma uygun olmalıdır,
5. Kokusu kabul edilebilir olmalıdır,
6. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi yazmalıdır,
7. Kutu içeriği toz (75-200 gr) ve likitten(75-250 ml) oluşmalıdır (değerlendirme birim fiyata göre yapılacaktır).
8. Polimerizasyon büzülmesi % 0,4 ün altında olmalıdır,
9. Bükme dayanımı en az 60 Mpa olmalıdır,
10. Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 18 (onsekiz) ay olmalıdır.
11. Ürün numunesi denencektir.
12. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 05.02.2024 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.