

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

06.02.2024

Sayı : / DT - 14

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	ANTİSEPTİK SOLÜSYON (POVİDON İYOT-BATİKON VEYA MUADİLİ)		100	Kutu
2 .	KEMİK KAZIMA ALETİ		12	Adet
3 .	POLİSAJ PASTASI		10	Kutu

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) ANTİSEPTİK SOLÜSYON (POVIDON İYOT-BATİKON VEYA MUADİLİ)

1. Ürün Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olmalıdır
2. Ürün bakterisid, virüs, fungus ve protozoid özelliğe sahip olmalıdır
3. Cilt ve mukoza dezenfeksiyonunda, yara ve yanık yüzeylerde seyreltilmeden kullanıma uygun olmalı, allerjik reaksiyon ve cilt irritasyonuna neden olmamalıdır.
4. 1000 cc'lik, ışıktan korunmalı, kapağı iyi oturan, kilitli kapak sisteminde (yukarı çekilerek akışın sağlandığı, geri itince akışın sonlandığı) veya özel püskürtme (pompalı) başlıklı cam/ plastik şişelerde ambalajlanmış olmalıdır.
5. Ürün alkol içermemelidir
6. Üzerinde etken madde miktarları, hacmi, kullanım şekli, imalat seri numarası, saklama koşulları, son kullanma tarihi yazılı olmalı, üzerindeki etiket kolay düşmeyecek, kalkanmayacak şekilde yapıştırılmış olmalıdır.
7. Son kullanma tarihi ürün tesliminden itibaren en az 18 ay olmalıdır.
8. %10 polivinilpirolidon iyot kompleksi içermelidir.
9. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

2 .) KEMİK KAZIMA ALETİ

1. En az 20 kez kullanılabilir
2. Kemik toplama haznesi kolaylıkla hareket edip, toplanan kemikler alınabilir
3. Kazıyıcı uçları tek başına da satın alınabilir
4. El aleti ile birlikte 5 adet kazıyıcı uç yanında verilmelidir
5. Alet paslanmaz çelikten olmalıdır
6. Sterilizasyona girebilir.
7. Aletin üzerinde marka, aletin katalog numarası yazılı olmalıdır.
8. Alet üzerinde ürün kare barkot bulunmalıdır.
9. Ürün kapalı ambalaj içinde olmalıdır.
10. Garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır.
11. Aletler korozyon testi açısından kaynatma ve 134 °C buharlı sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.

3 .) POLİSAJ PASTASI

- 1-Akrilik protezlerin parlatılmasında kullanılmak üzere imal edilmiş olmalıdır.
- 2- Kolay sürülebilir kıvamda, saçılmayan formül yapısına sahip olmalı ve toksik madde içermemelidir.
- 3- Ürün kapaklı kutuda olup, net ağırlığı 250-340 gr olmalıdır.
- 5- Diş yüzeyinden su ile çalkalama yoluyla kolayca uzaklaştırılabilir.
- 7-Vişne aromalı olmalıdır.
- 8-Ürün kutusu üzerinde seri üretim/son kullanma tarihi okunaklı şekilde yazılı olmalıdır.
- 9-Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.
- 10- Numuneler Satın Alma Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.
ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.
SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.
TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.
NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
<u>TEKLİFLERİN EN GEÇ 12.02.2024 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.</u>