

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

27.02.2024

Sayı : / DT - 16

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	RULMAN ANGULDURVA WH		100	Adet
2 .	ÜST KAPAK, KAVO 608C		50	Adet
3 .	RULMAN ANGULDURVA KAVO		50	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) RULMAN ANGULDURVA WH

PASLANMAZ ÇELİK RULMAN ŞARTNAMESİ

- 1-iç çapı 4 mm olmalı.
- 2-Dış çapı 7 mm olmalı.
- 3-Kalınlık 2 mm olmalı.
- 4-Model numarası SMR 74 olmalı.
- 5-Rulman açık ve kapalı tip olabilir.
- 7- Rulmanın hızı minimum 40.000 RPM olmalıdır ve markaların internet sitesindeki orjinal katalogda hız limitleri teyit edilmelidir.
- 8-Paslanmaz çelikten olmalıdır.
- 9-Rulmanların orjinal kapalı poşetlerinde veya ana gövdesinde markası yazılı olmalıdır.

2 .) ÜST KAPAK, KAVO 608C

KAVO 608C PUSH BUTON KAPAĞI ŞARTNAMESİ

1. Paslanmaz çelikten olmalı.
2. İç derinliği 2.60 mm olmalıdır.
3. 4 adet kapak açma tırnağı olmalıdır.
4. Kapağın aeratöre takılan dişli çapı genişliği 11.40 mm olmalıdır.
5. Kapak içerisinde 1 adet oring 1 adet de dalgalı metal pul olmalıdır.
6. Kurumumuzda kullanılan KAVO 608C marka aeratörlere uyumlu olmalıdır.
7. Aeratöre uyumlu olmayan kapaklar iade edilecektir.

3.) RULMAN ANGULDURVA KAVO

PASLANMAZ ÇELİK RULMAN ŞARTNAMESİ

- 1-iç çapı 3mm olmalı.
- 2-Dış çapı 6 mm olmalı.
- 3-Kalınlık 2 mm olmalı.
- 4-Model numarası SMR 63 olmalı.
- 5-Rulman açık ve kapalı tip olabilir.
- 7- Rulmanın hızı minimum 40.000 RPM olmalıdır ve markaların internet sitesindeki orjinal katalogda hız limitleri teyit edilmelidir.
- 8-Paslanmaz çelikten olmalıdır.
- 9-Rulmanların orjinal kapalı poşetlerinde veya ana gövdesinde markası yazılı olmalıdır.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 04.03.2024 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.